

四川省药品监督管理局

通告

2020年 第5号

四川省药品监督管理局 关于发布2020年医疗器械监督抽检结果的通告 (第一期)

为加强医疗器械质量监督管理,保障医疗器械产品使用安全有效,2019年四川省药品监督管理局组织对非吸收性外科缝线(带针)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定试纸(胶体金免疫层析法)、尿酸测定试剂盒(酶法)、葡萄糖测定试剂盒(酶法)、定制式活动义齿、一次性使用输液器(带针)、一次性使用静脉留置针、天然胶乳橡胶避孕套、定制式固定义齿、一次性使用医用口罩、一次性使用无菌阴道扩张器、一次性使用输注泵、医用

电气设备类等13个品种874批产品进行了质量监督抽检，现将抽检结果予以通告（见附件）。

针对发现抽检项目不符合标准规定的产品，四川省药品监督管理局责成有关市（州）市场监督管理局、检查分局对相关企业的依法进行调查处理，督促企业及时召回产品、查明不合格原因、落实整改措施、主动公开信息，并将调查处置情况及时向社会公开。

有关市（州）市场监督管理局、检查分局于2020年6月27日前将调查处置情况上报省药品监督管理局。

- 附件：1.医疗器械抽检项目符合标准规定产品名单
2.医疗器械抽检项目不符合标准规定产品名单



附件1

医疗器械抽检项目符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
葡萄糖测定试剂盒（酶法）（3批）							
1	葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法）	迈克生物股份有限公司	迈克生物股份有限公司	生产批号:0519021 生产日期:20190516	试剂1 60mL×3 试剂2 45mL×1	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法）	迈克生物股份有限公司	迈克生物股份有限公司	生产批号:0619031 生产日期:20190627	试剂1 60mL×3 试剂2 45mL×1	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）	四川长新生物科技有限公司	四川长新生物科技有限公司	生产批号:1903001 生产日期:2019年03月12日	试剂: 45ml×4; 校准品: 1ml×1	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
尿酸测定试剂盒（酶法）（5批）							
1	尿酸测定试剂盒（URO-PAP法）	四川沃文特生物技术有限公司	四川沃文特生物技术有限公司	生产批号:1903011 生产日期:20190318	R1 60ml×3 R2 45ml×1 校准品 1.0ml×1	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	尿酸测定试剂盒（URO-PAP法）	四川沃文特生物技术有限公司	四川沃文特生物技术有限公司	生产批号:1906021 生产日期:20190604	R1 60ml×3 R2 45ml×1 校准品 1.0ml×1	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	尿酸测定试剂盒（尿酸酶法）	四川长新生物科技有限公司	四川长新生物科技有限公司	生产批号:1905001 生产日期:2019年05月07日	试剂: 45ml×4; 校准品: 1ml×1	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
4	尿酸测定试剂盒 (尿酸酶法)	四川新健康成生物股份有限公司	四川新健康成生物股份有限公司	生产批号:0619041 生产日期:20190624	试剂 1 90ml×2 试剂 2 45ml×1 校准品 1.0ml ×1	成都市市场监督管理局	四川省食品药品 检验检测院
5	尿酸测定试剂盒 (尿酸酶法)	四川新健康成生物股份有限公司	四川新健康成生物股份有限公司	生产批号:0419022 生产日期:20190510	试剂 1 40ml×2 试剂 2 10ml×1	成都市市场监督管理局	四川省食品药品 检验检测院
一次性使用输注泵 (1 批)							
1	一次性使用输注泵	南昌贝欧特医疗科技股份有限公司	自贡市第三人民医院	生产批号:04190305 生产日期:2019/03/30	规格型号: BOT-802 (CBI+PCA) 标称容量 100ml 标称流量: 2.0ml/hr 自控给液剂量: 0.5ml/ 次 自控给液再充装时间: 15 分钟 残留量: < 10ml	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品 检验检测院
一次性使用无菌阴道扩张器 (1 批)							
1	一次性使用无菌 阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械有限公司	南充市第五人民医院	生产批号:1901005 生产日期:2019 年 02 月 16 日	中号 B 型	南充市市场监督管理局	四川省食品药品 检验检测院
一次性使用医用口罩 (38 批)							
1	一次性使用无菌 医用口罩	成都明森医疗器械有限责任公司	广元市利州区东坝社区卫生服务中心	生产日期:20181013	MS/KZ-A	广元市市场监督管理局	四川省食品药品 检验检测院
2	一次性使用无菌 医用口罩	成都明森医疗器械有限责任公司	四川世耀鹏程贸易有限公司	生产日期:20190108	MS/KZ-A	眉山市市场监督管理局	四川省食品药品 检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
3	一次性使用无菌医用口罩	成都明森医疗器械有限责任公司	成都明森医疗器械有限责任公司	生产日期:20190424	MS/KZ-B	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	一次性使用无菌医用口罩	成都明森医疗器械有限责任公司	黑水县人民医院	生产日期:20190301	MS/KZ-A	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	一次性使用无菌医用口罩	成都明森医疗器械有限责任公司	成都明森医疗器械有限责任公司	生产日期:20190703	MS/KZ-A	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	一次性使用无菌医用口罩	成都明森医疗器械有限责任公司	康定市人民医院	生产日期:20190309	MS/KZ-A	甘孜藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	一次性使用无菌医用口罩	河南省科隆医疗器械有限公司	达州骨科医院有限公司	生产批号:01180701 生产日期:2018年7月2日	\	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	一次性使用医用口罩	河南亚都实业有限公司	甘孜藏族自治州人民医院	生产批号:184530 生产日期:2018年11月05日	平面型 挂耳式/20PCS	甘孜藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	一次性使用医用口罩	河南亚都实业有限公司	巴中市恩阳区中医医院	生产批号:184530 生产日期:2018年11月05日	平面形 挂耳式/20PCS	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	一次性使用医用口罩	河南省豫北卫材有限公司	攀枝花市科凌商贸有限公司	生产批号:02181201 生产日期:2018年12月2日	挂耳型	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	一次性使用医用口罩	河南亚太医疗用品有限公司	四川强泰药业有限公司	生产批号:321802004	平面挂耳型 大号	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	一次性使用医用口罩	河南亚太医疗用品有限公司	宜宾南山医院	生产批号:691901001 生产日期:2019年1月2日	平面耳挂型	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
13	一次性使用医用口罩	邵阳市千康益医疗器械有限公司	德阳市正和祥药业连锁有限责任公司七十二店	生产批号:20180921 生产日期:2018-09-21	三层耳挂式	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	一次性使用医用口罩	圣光医用制品股份有限公司	四川省长星药业有限公司	生产批号:190103	挂耳型 17.5cm×9.5cm	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	一次性使用医用口罩	四川省乐至贵均卫生材料有限公司	四川省乐至贵均卫生材料有限公司	生产批号:190501 生产日期:20190503	17CM×14CM-S	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	一次性使用医用口罩	新乡市华西卫材有限公司	四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司	生产批号:18120306 生产日期:2018年12月3日	17.5cm×9.5cm 平面型	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	一次性使用医用口罩	新乡市医邦卫生材料有限公司	四川华芝药业有限公司	生产批号:20190201 生产日期:2019年2月3日	17cm(长)×16cm(宽)/平面型	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	一次性使用医用口罩	浙江伊鲁博生物科技有限公司	西昌东升大药房连锁有限责任公司月城店	生产批号:19 05 28 生产日期:20190528	平面形 三层, 176mm×95mm	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	一次性使用医用口罩	振德医疗用品股份有限公司	西昌正和祥健康药房连锁有限公司月城广场店	生产批号:20180620 生产日期:20180620	灭菌型 17cm×18cm-3P 浅蓝橡胶	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	一次性使用医用口罩	自贡市济生医用器材有限责任公司	四川酒都医药有限公司	生产日期:2019年03月01日	耳挂式	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
21	一次性使用医用口罩	自贡市济生医用器材有限责任公司	华蓥市人民医院	生产日期:2018年12月19日	系带式	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	一次性使用医用口罩	自贡市济生医用器材有限责任公司	广安市广安区人民医院	生产日期:2018年12月07日	耳挂式	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	一次性使用医用口罩	自贡市济生医用器材有限责任公司	德阳大成家人健康连锁药房有限公司	生产日期:2018年09月29日	耳挂式	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	一次性使用医用口罩	自贡市济生医用器材有限责任公司	四川宇航医疗器械有限公司	生产日期:2018年03月11日	耳挂式	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	一次性使用医用口罩	自贡市济生医用器材有限责任公司	自贡市济生医用器材有限责任公司	生产日期:2019年03月25日	系带式	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	一次性医用口罩	湖南福尔康医用卫生材料股份有限公司	绵阳保康林大药房连锁有限责任公司	生产批号:20190106 生产日期:20190106	无纺布长方形耳挂式口罩	绵阳市安州区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	医用护理口罩	稳健医疗(黄冈)有限公司	自贡市大安区大山铺中心卫生院	生产批号:20181011 生产日期:2018-10-11	长方形 挂耳型 17cm×9cm-3P	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	医用口罩	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川宏华医药有限公司	生产批号:批 190401 生产日期:20190401	KZ-8J-WJ	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	医用口罩	成都市新津事丰医疗器械有限公司	国药集团四川遂宁市医疗器械有限公司	生产批号:批 180606 生产日期:20180606	KZ-8J-WJ	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
30	医用口罩	成都市新津事丰医疗器械有限公司	乐山肛肠医院	生产批号:批 190311 生产日期:20190311	KZ-8J-WJ	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	医用口罩	成都市新津事丰医疗器械有限公司	雅安市人民医院	生产批号:批 190401 生产日期:20190401	KZ-8J-WJ	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
32	医用口罩	成都市新津事丰医疗器械有限公司	雅安市雨城区人民医院	生产批号:批 190301 生产日期:20190301	KZ-8J-WJ	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	医用口罩	成都市新津事丰医疗器械有限公司	国药集团四川南充医疗器械有限公司	生产批号:批 181201 生产日期:20181201	KZ-4J-WJ	南充市高坪区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	医用口罩	成都市新津事丰医疗器械有限公司	威远县山王中心卫生院	生产批号:批 190106 生产日期:20190106	KZ-8J-WJ	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	医用口罩	成都市新津事丰医疗器械有限公司	绵阳诚懋药业有限责任公司	生产批号:批 190511 生产日期:20190511	KZ-8J-WJ	绵阳市安州区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	医用口罩	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川世耀鹏程贸易有限公司	生产批号:批 190511 生产日期:20190511	KZ-8J-WJ	眉山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	医用口罩(非外科用)	成都稳健利康医疗用品有限公司	阿坝州民惠商贸有限公司	生产日期:20181217	挂耳型 17cm×9cm-3p	阿坝藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	普通医用口罩	湖南永康医疗器械有限公司	成都一丰立康医药连锁有限责任公司 锦江二店	生产批号:20181203 生产日期:20181203	中号 耳挂式 18cm×10cm	成都市锦江区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
定制式固定义齿 (58 批)							
1	定制式固定义齿	爱美励合成都医疗器械有限公司	爱美励合成都医疗器械有限公司	出厂编号: 20190821011 (产品编号)	全瓷冠	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	定制式固定义齿	成都齿研科技有限公司	成都齿研科技有限公司	生产日期:2019-08-02 出厂编号:1907300230(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠/桥	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	定制式固定义齿	成都登特牙科技术开发有限公司	成都登特牙科技术开发有限公司	生产日期:2019-08-08 出厂编号: X1907310001 (产品编号)	切削全瓷冠/桥	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	定制式固定义齿	成都皓峰齿科技有限责任公司	成都皓峰齿科技有限责任公司	生产日期:2019年8月14日 出厂编号:190812174 (产品编号)	切削全瓷冠/桥/桩核/贴面	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	定制式固定义齿	成都华容义齿技术有限公司	成都华容义齿技术有限公司	出厂编号:20190801 0041	金属合金铸造烤瓷冠、桥	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	定制式固定义齿	成都开创义齿技术有限责任公司	成都开创义齿技术有限责任公司	生产日期:2019-08-13 出厂编号:1908131161 (产品编号)	全锆冠	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	定制式固定义齿	成都口口齿科技有限公司	成都口口齿科技有限公司	出厂编号:1908070306(产品编号)	金属合金烤瓷冠、桥	成都市武侯区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
8	定制式固定义齿	成都领翔义齿技术有限公司	成都领翔义齿技术有限公司	生产日期:19年7月30日 出厂编号: 201907300039(产品编号)	全瓷冠、桥	成都市温江区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	定制式固定义齿	成都美尔美陶齿制品有限公司	成都美尔美陶齿制品有限公司	出厂编号: 201907290040(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	成都市温江区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	定制式固定义齿	成都派瑞义齿科技发展有限公司	成都派瑞义齿科技发展有限公司	出厂编号:1907290010(编号)	全瓷冠(桥)	成都市新都区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	定制式固定义齿	成都仁爱义齿技术有限公司	成都仁爱义齿技术有限公司	出厂编号: 201908020011	全瓷冠	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	定制式固定义齿	成都瑞达齿科技术有限公司	成都瑞达齿科技术有限公司	出厂编号:1908020158(编号)	全瓷冠、桥	成都市青羊区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	定制式固定义齿	成都盛泰齿科技术有限公司	成都盛泰齿科技术有限公司	生产日期:2019-07-31 出厂编号:1907300100(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	定制式固定义齿	成都市宏盛义齿技术有限公司	成都市宏盛义齿技术有限公司	生产日期:19年7月31日 出厂编号:1907310051(产品编号)	全瓷冠、桥	成都市郫都区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	定制式固定义齿	成都市精艺牙科技术开发有限公司	成都市精艺牙科技术开发有限公司	生产日期:2019-08-02 出厂编号: JY1907310214G(产品编号)	全瓷冠、桥	成都市郫都区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
16	定制式固定义齿	成都市新鸿牙科技术开发有限公司	成都市新鸿牙科技术开发有限公司	生产日期:2019-08-05 出厂编号: 20190801d101(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	定制式固定义齿	成都市牙立方义齿技术有限公司	成都市牙立方义齿技术有限公司	生产日期:2019年8月5日 出厂编号:1908050217(产品编号)	全瓷冠、桥	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	定制式固定义齿	成都市研美义齿技术有限公司	成都市研美义齿技术有限公司	生产日期:2019年8月3日 出厂编号:1908010066(产品编号)	全瓷冠、桥	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	定制式固定义齿	成都金典牙科技术开发有限公司	成都金典牙科技术开发有限公司	生产日期:2019-7-29 出厂编号:G19G29B758(制作编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	定制式固定义齿	成都市艺境义齿技术有限公司	成都市艺境义齿技术有限公司	生产日期:19年07月29日 出厂编号:19072901431(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	成都市成华区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	定制式固定义齿	成都蜀冠医疗器械有限公司	成都蜀冠医疗器械有限公司	生产日期:2019年8月3日 出厂编号: 201908020073(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	定制式固定义齿	成都顺雅医疗用品有限公司	成都顺雅医疗用品有限公司	生产日期:2019年8月9日 出厂编号:1908072331(加工编号)	全瓷冠、桥	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	定制式固定义齿	成都四维齿科技术开发有限公司	成都四维齿科技术开发有限公司	生产日期:2019-08-03 出厂编号:1907310140	全瓷冠、桥	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	定制式固定义齿	成都维登义齿科技有限公司	成都维登义齿科技有限公司	出厂编号:1908070174(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	成都市武侯区监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
25	定制式固定义齿	成都维雅诺义齿制作有限公司	成都维雅诺义齿制作有限公司	生产日期:2019年7月30日 出厂编号:190730202(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	新津县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	定制式固定义齿	成都伟德思创医疗设备有限公司	成都伟德思创医疗设备有限公司	生产日期:2019-8-5(出厂日期) 出厂编号:1907300002	\	成都市成华区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	定制式固定义齿	成都新大阪齿科技发展有限公司	成都新大阪齿科技发展有限公司	生产日期:2019-08-02 出厂编号:1907290171(产品编号)	全瓷冠	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	定制式固定义齿	成都牙佳美医疗用品有限责任公司	成都牙佳美医疗用品有限责任公司	生产日期:2019.7.24 出厂编号:19072670(产品编号)	全瓷冠、桥	成都市新都区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	定制式固定义齿	委托方:成都易美乐义齿有限公司; 受托方:四川恒和鑫口腔科技有限公司	四川恒和鑫口腔科技有限公司	出厂编号:1905170066(加工编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	定制式固定义齿	成都易美乐义齿有限公司	成都易美乐义齿有限公司	生产日期:2019-8-8 出厂编号:1908060132(加工编号)	全瓷冠	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	定制式固定义齿	成都易仁锡尔克堡义齿技术有限责任公司	成都易仁锡尔克堡义齿技术有限责任公司	生产日期:2019年8月25日 出厂编号:20190823002(产品编号)	全瓷冠、桥	成都市武侯区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
32	定制式固定义齿	成都悦齿精工科技有限公司	成都悦齿精工科技有限公司	出厂编号:1907310070(产品编号)	全瓷冠	成都市龙泉驿区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	定制式固定义齿	成都悦美义齿制造有限公司	成都悦美义齿制造有限公司	生产日期:2019年8月1日 出厂编号: 201907310084(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	成都市新都区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	定制式固定义齿	成都卓越义齿技术有限公司	成都卓越义齿技术有限公司	生产日期:2019年08月14日 出厂编号:91908038136(产品编号)	全瓷冠、桥	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	定制式固定义齿	成都琢美义齿技术有限公司	成都琢美义齿技术有限公司	生产日期:2019-07-30 出厂编号:1907300019(产品编号)	全瓷切削冠、桥	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	定制式固定义齿	达州市呈现义齿加工部	达州市呈现义齿加工部	生产日期:2019/6/12 出厂编号:190612016(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	定制式固定义齿	广安市欣诺德义齿技术发展有限公司	广安市欣诺德义齿技术发展有限公司	生产日期:2019.5.23 出厂编号:1905200026(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	定制式固定义齿	广元市现代义齿制作中心	广元市现代义齿制作中心	生产日期:2019年6月02日 出厂编号:1906020002(产品编号)	全瓷冠、桥	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	定制式固定义齿	康和义齿制造成都有限公司	康和义齿制造成都有限公司	生产日期:2019年5月25日 出厂编号:20190525004(产品编号)	全瓷冠、桥	成都市龙泉驿区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
40	定制式固定义齿	乐山市嘉美冠牙科技有限公司	乐山市嘉美冠牙科技有限公司	生产日期:2019年6月4日 出厂编号:19004818(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	定制式固定义齿	眉山安凯义齿有限公司	眉山安凯义齿有限公司	出厂编号: AKYC36604480(编号)	全瓷冠、桥	眉山市东坡区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	定制式固定义齿	南充市巴赫义齿制作有限公司	南充市巴赫义齿制作有限公司	出厂编号:1906030123(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	南充市顺庆区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	定制式固定义齿	南充市瑞斯德义齿制作中心	南充市瑞斯德义齿制作中心	生产日期:2019年5月28日 出厂编号:19052803(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	南充市顺庆区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
44	定制式固定义齿	南充市顺庆区艺美义齿加工中心	南充市顺庆区艺美义齿加工中心	生产日期:2019年5月30日 出厂编号:20190530003(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	南充市顺庆区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	定制式固定义齿	南充亚鑫义齿技术有限责任公司	南充亚鑫义齿技术有限责任公司	出厂编号: C20190603019(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	南充市嘉陵区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	定制式固定义齿	攀枝花市川美义齿制作有限公司	攀枝花市川美义齿制作有限公司	生产日期:2019年5月8日 出厂编号:20190508012(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	定制式固定义齿	四川安恒利义齿科技有限责任公司	四川安恒利义齿科技有限责任公司	生产批号: 出厂编号:G190521201(编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
48	定制式固定义齿	四川北极光口腔医疗器械有限公司	四川北极光口腔医疗器械有限公司	出厂编号: HLJW19081108 (单号)	金属合金铸造烤瓷冠	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	定制式固定义齿	四川编贝医疗器械有限公司	四川编贝医疗器械有限公司	生产日期:2019-06-14 出厂编号:1906140109(产品编号)	全瓷冠、桥	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
50	定制式固定义齿	四川晶瓷医疗器械有限公司	四川晶瓷医疗器械有限公司	生产日期:2019年6月11日 出厂编号:SF19061101(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	定制式固定义齿	四川瑞丰义齿技术有限公司	四川瑞丰义齿技术有限公司	生产日期:2019年6月6日 出厂编号:19060510(产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	定制式固定义齿	四川瑞珏医疗器械有限公司	四川瑞珏医疗器械有限公司	生产日期:2019年5月28日 出厂编号: 1905280001 (产品编号)	全瓷切削冠、桥	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	定制式固定义齿	四川易鸿达医疗器械有限公司	四川易鸿达医疗器械有限公司	生产日期:2019年07月30日 出厂编号:190730G037(产品编号)	全瓷冠、桥	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	定制式固定义齿	遂宁市佳鸿义齿制作有限公司	遂宁市佳鸿义齿制作有限公司	生产日期:2019年6月4日 出厂编号:标 0101 (产品编号)	烤瓷金属冠桥	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	定制式固定义齿	遂宁市维美义齿制作有限公司	遂宁市维美义齿制作有限公司	生产日期:2019年6月6日 出厂编号: 19F06WM032 (产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
56	定制式固定义齿	腾博义齿制造成都有限公司	腾博义齿制造成都有限公司	出厂编号: 201907313006 (产品编号)	全瓷冠、桥	成都市龙泉驿区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	定制式固定义齿	晓非齿科(成都)制造有限公司	晓非齿科(成都)制造有限公司	出厂编号:1901188 (订单编号)	金属合金铸造烤瓷冠	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	定制式固定义齿	自贡市远川科技有限公司	自贡市远川科技有限公司	生产日期:2019.5.29 出厂编号:1905290002 (产品编号)	金属合金铸造烤瓷冠、桥	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
定制式活动义齿 (57批)							
1	定制式活动义齿	成都齿研科技有限公司	成都齿研科技有限公司	生产日期:2019-07-31 出厂编号:1907300231 (产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	定制式活动义齿	成都登特牙技术开发有限公司	成都登特牙技术开发有限公司	生产日期:2019-08-08 出厂编号: X1908010001 (产品编号)	树脂基托总义齿	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	定制式活动义齿	成都皓峰齿科技有限责任公司	成都皓峰齿科技有限责任公司	生产日期:2019年8月14日 出厂编号:190810046 (产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	定制式活动义齿	成都华容义齿技术有限公司	成都华容义齿技术有限公司	生产日期:2019-08-12 出厂编号: 201908080051 (产品编号)	树脂基托全口义齿	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	定制式活动义齿	成都金典牙技术开发有限公司	成都金典牙技术开发有限公司	生产批号: 19G31HC091 生产日期:2019-7-31	树脂基托全口义齿	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
6	定制式活动义齿	成都开创义齿技术有限责任公司	成都开创义齿技术有限责任公司	生产日期:2019-08-12 出厂编号:1908121138(产品编号)	\	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	定制式活动义齿	成都口口齿科技术有限公司	成都口口齿科技术有限公司	出厂编号:1907310391(产品编号)	树脂基托全口义齿	成都市武侯区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	定制式活动义齿	成都领翔义齿技术有限公司	成都领翔义齿技术有限公司	生产日期:2019年7月30日 出厂编号: 201907300001	树脂基托全口义齿	成都市温江区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	定制式活动义齿	成都美尔美陶齿制品有限公司	成都美尔美陶齿制品有限公司	生产日期:2019-07-29 出厂编号: 201907290039(产品编号)	树脂基托局部义齿	成都市温江区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	定制式活动义齿	成都派瑞义齿科技发展有限公司	成都派瑞义齿科技发展有限公司	出厂编号:1907290532(订单编号)	弯制支架可摘局部义齿	成都市新都区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	定制式活动义齿	成都仁爱义齿技术有限公司	成都仁爱义齿技术有限公司	生产日期:2019-07-29 出厂编号: 201907290287	弯制支架可摘局部义齿	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	定制式活动义齿	成都瑞达齿科技术有限公司	成都瑞达齿科技术有限公司	出厂编号:1908060119(编号)	弯制支架可摘局部义齿	成都市青羊区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
13	定制式活动义齿	成都盛泰齿科技术有限公司	成都盛泰齿科技术有限公司	生产日期:2019-07-31 出厂编号:1907300099(产品编号)	树脂基托局部义齿	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	定制式活动义齿	成都市宏盛义齿技术有限公司	成都市宏盛义齿技术有限公司	生产日期:19年8月2日 出厂编号:1908020074(产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	成都市郫都区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	定制式活动义齿	成都市精艺牙科技术开发有限公司	成都市精艺牙科技术开发有限公司	生产日期:2019-07-31(合格证) 出厂编号: JY1907310363H(生产编号)	树脂基托全口义齿	成都市郫都区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	定制式活动义齿	成都市新鸿牙科技术开发有限公司	成都市新鸿牙科技术开发有限公司	生产日期:2019-08-02 出厂编号: 20190729A446(产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	定制式活动义齿	成都市牙立方义齿技术有限公司	成都市牙立方义齿技术有限公司	生产日期:2019年8月8日 出厂编号:1908080185(产品编号)	树脂基托全口义齿	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	定制式活动义齿	成都市研美义齿技术有限公司	成都市研美义齿技术有限公司	生产日期:2019年8月3日 出厂编号:1907240062(产品编号)	树脂基托全口义齿	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	定制式活动义齿	成都市艺境义齿技术有限公司	成都市艺境义齿技术有限公司	生产日期:19年07月27日 出厂编号:1907270044(产品编号)	树脂基托全口义齿	成都市成华区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	定制式活动义齿	成都蜀冠医疗器械有限公司	成都蜀冠医疗器械有限公司	生产日期:2019-08-03 出厂编号:1908020009(制作编号)	弯制支架可摘局部义齿	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	定制式活动义齿	成都顺雅医疗用品有限公司	成都顺雅医疗用品有限公司	生产日期:2019年8月9日 出厂编号:1908014542(加工编号)	树脂基托全口义齿	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
22	定制式活动义齿	成都四维齿科技技术开发有限公司	成都四维齿科技技术开发有限公司	生产日期:2019-08-10 出厂编号:1907310100(生产编号)	弯制支架可摘局部义齿/树脂基托局部义齿	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	定制式活动义齿	成都维登义齿科技有限公司	成都维登义齿科技有限公司	出厂编号:1908080053(产品编号)	树脂基托局部义齿	成都市武侯区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	定制式活动义齿	成都维雅诺义齿制作有限公司	成都维雅诺义齿制作有限公司	生产日期:19年8月2日 出厂编号:190802011(产品编号)	树脂基托局部义齿	新津县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	定制式活动义齿	成都新大阪齿科技发展有限公司	成都新大阪齿科技发展有限公司	生产日期:2019-08-02 出厂编号:1907300035(产品编号)	树脂基托局部义齿	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	定制式活动义齿	成都牙佳美医疗用品有限责任公司	成都牙佳美医疗用品有限责任公司	生产日期:2019.7.24 出厂编号:19072678(产品编号)	树脂基托局部义齿	成都市新都区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	定制式活动义齿	成都亚非齿科技有限公司	成都亚非齿科技有限公司	出厂编号:1908010125(编号)	树脂基托局部义齿	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	定制式活动义齿	委托方:成都易美乐义齿有限公司;受托方:四川恒和鑫口腔科技有限公司	四川恒和鑫口腔科技有限公司	出厂编号:1905140198(加工编号)	弯制支架可摘局部义齿	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
29	定制式活动义齿	成都易美乐义齿有限公司	成都易美乐义齿有限公司	生产日期:2019-8-5 出厂编号:1907290218(加工编号)	弯制支架可摘局部义齿	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	定制式活动义齿	成都易仁锡尔克堡义齿技术有限责任公司	成都易仁锡尔克堡义齿技术有限责任公司	生产日期:2019年8月25日 出厂编号:20190823003(产品编号)	树脂基托局部义齿	成都市武侯区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	定制式活动义齿	成都悦齿精工科技有限公司	成都悦齿精工科技有限公司	出厂编号:1907310071(产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	成都市龙泉驿区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
32	定制式活动义齿	成都悦美义齿制造有限公司	成都悦美义齿制造有限公司	生产日期:2019年8月2日 出厂编号: 201907310085(产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	成都市新都区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	定制式活动义齿	成都卓越义齿技术有限公司	成都卓越义齿技术有限公司	生产日期:2019年08月14日 出厂编号:91908095650(产品编号)	树脂基托全口义齿	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	定制式活动义齿	成都琢美义齿技术有限公司	成都琢美义齿技术有限公司	生产日期:2019-07-30 出厂编号:1907300195(产品编号)	树脂基托可摘局部义齿	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	定制式活动义齿	达州市呈现义齿加工部	达州市呈现义齿加工部	生产日期:2019/6/9 出厂编号:190609030(产品编号)	树脂基托全口义齿、弯制支架可摘全口义齿	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	定制式活动义齿	广安市欣诺德义齿技术发展有限公司	广安市欣诺德义齿技术发展有限公司	生产日期:2019-5-23 出厂编号:1905190041(产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	定制式活动义齿	乐山市嘉美冠牙科技术有限公司	乐山市嘉美冠牙科技术有限公司	生产批号:19004819 生产日期:2019年6月4日	弯制支架可摘局部义齿	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
38	定制式活动义齿	眉山安凯义齿有限公司	眉山安凯义齿有限公司	生产日期:2019年7月6日 出厂编号: AKYC36611271(产品编号)	树脂基托全口义齿	眉山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	定制式活动义齿	绵阳市金铸义齿技术开发有限公司	绵阳市金铸义齿技术开发有限公司	生产日期:2019.06.05 出厂编号:C190601077(产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	定制式活动义齿	南充市巴赫义齿制作有限公司	南充市巴赫义齿制作有限公司	出厂编号:1906010001(产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	南充市顺庆区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	定制式活动义齿	南充市瑞斯德义齿制作中心	南充市瑞斯德义齿制作中心	生产日期:2019年5月28日 出厂编号:19052801(产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	南充市顺庆区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	定制式活动义齿	南充市顺庆区艺美义齿加工中心	南充市顺庆区艺美义齿加工中心	生产日期:2019年5月31日 出厂编号:20190531001(产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	南充市顺庆区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	定制式活动义齿	南充亚鑫义齿技术有限责任公司	南充亚鑫义齿技术有限责任公司	出厂编号: C20190603048(产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	南充市嘉陵区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
44	定制式活动义齿	攀枝花市奥美特牙科技开发有限公司	攀枝花市奥美特牙科技开发有限公司	生产日期:2019年5月16日 出厂编号:H19050242(产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	定制式活动义齿	四川安恒利义齿科技有限责任公司	四川安恒利义齿科技有限责任公司	生产日期:2019/06/11 出厂编号:H190520453(编号)	弯制支架可摘局部义齿	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
46	定制式活动义齿	四川北极光口腔医疗器械有限公司	四川北极光口腔医疗器械有限公司	出厂编号: HLJW19081307(单号)	弯制支架可摘局部义齿	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	定制式活动义齿	四川编贝医疗器械有限公司	四川编贝医疗器械有限公司	生产日期:2019-06-12 出厂编号:1906120004(产品编号)	树脂基托局部义齿	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	定制式活动义齿	四川晶瓷医疗器械有限公司	四川晶瓷医疗器械有限公司	生产日期:2019年6月11日 出厂编号:SF19061109(产品编号)	树脂基托局部义齿	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	定制式活动义齿	四川瑞丰义齿技术有限公司	四川瑞丰义齿技术有限公司	生产日期:2019年6月4日 出厂编号:19060308(产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
50	定制式活动义齿	四川瑞珏医疗器械有限公司	四川瑞珏医疗器械有限公司	生产日期:2019年5月28日 出厂编号: 1905280004(产品编号)	弹性义齿	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	定制式活动义齿	四川易鸿达医疗器械有限公司	四川易鸿达医疗器械有限公司	生产日期:2019.7.29 出厂编号:190729H023(产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	定制式活动义齿	四川益均医疗器械有限公司	四川益均医疗器械有限公司	生产日期:2019-6-9 出厂编号: PZH190604003(产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	定制式活动义齿	遂宁市佳鸿义齿制作有限公司	遂宁市佳鸿义齿制作有限公司	生产日期:2019年6月4日 出厂编号:标 0102(产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
54	定制式活动义齿	遂宁市维美义齿制作有限公司	遂宁市维美义齿制作有限公司	生产日期:2019年6月6日 出厂编号: 19F06WM029(产品编号)	弯制支架可摘局部义齿	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	定制式活动义齿	腾博义齿制造成都有限公司	腾博义齿制造成都有限公司	生产日期:2019年8月3日 出厂编号: 201907302167(产品编号)	树脂基托局部义齿	成都市龙泉驿区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
56	定制式活动义齿	晓非齿科(成都)制造有限公司	晓非齿科(成都)制造有限公司	\	弯制支架可摘局部义齿	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	定制式活动义齿	自贡市远川科技有限公司	自贡市远川科技有限公司	生产日期:2019年5月15日 出厂编号:1905150002(产品编号)	金属合金铸造支架可摘局部义齿	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
非吸收性外科缝线(带针)(101批)							
1	带线缝合线(锦纶线)	上海医用缝合针厂有限公司	富顺县人民医院	生产批号:W-060818 生产日期:20180809	圆 3/8 2.5×8 5-0 线长50cm	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	带线缝合针	宁波医用缝针有限公司	丹棱县仁美镇卫生院	生产批号:180709 生产日期:180714	O3/8 4×10 3/0	丹棱县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	带线缝合针	宁波医用缝针有限公司	丹棱县仁美镇卫生院	生产批号:190325 生产日期:190330	美容针Δ1/2 4×12 4-0	丹棱县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	带线缝合针	宁波医用缝针有限公司	江油市第二人民医院	生产批号:181105 生产日期:181110	美容针Δ1/2 4×12 3-0	江油市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	带线缝合针	宁波医用缝针有限公司	成都市第二人民医院	生产批号:181008 生产日期:181013	美容针Δ1/2 3×10 8-0	成都市锦江区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
6	带线缝合针	宁波医用缝针有限公司	四川宝石花医院有限公司	生产批号:190325 生产日期:190330	3/8 7×20 3-0 (老标准1#)	四川天府新区成都管理委员会城市管理和市场监管局	四川省食品药品检验检测院
7	带线缝合针	宁波医用缝针有限公司	成都市第二人民医院	生产批号:190422 生产日期:190427	美容针Δ1/2 3×10 6-0	成都市锦江区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	带线缝合针	宁波医用缝针有限公司	江油市第二人民医院	生产批号:181112 生产日期:181117	美容针Δ1/2 3×10 5-0	江油市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	带线缝合针	宁波医用缝针有限公司	成都市第六人民医院	生产批号:190715 生产日期:20190720	○ 3/8 2×6 7-0	成都市成华区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	带线缝合针(非吸收性缝合线)	杭州爱普医疗器械股份有限公司	江油市人民医院	生产批号:201945D1 生产日期:20180118	2-0(绿)涤纶线 90cm	江油市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	带线缝合针(医用涤纶编织线)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	冕宁县人民医院	生产批号:23U0402J 生产日期:180410	5-0 蓝 90cm ●3/8 3×10 双 13mm	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	带线缝合针(医用涤纶编织线)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	邛崃市中医医院	生产批号:23U0402J 生产日期:180410	5-0 蓝 90cm ●3/8 3×10 双 13mm	邛崃市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	带线缝合针(医用涤纶编织线)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	四川汇锐达商贸有限公司	生产批号:23U1202L 生产日期:181207	2-0 蓝 90cm ●1/2 6×14 双 22mm	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
14	带线缝合针(医用丝线)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	资阳市人民医院	生产批号:17U1202J 生产日期:181217	3-0 黑色 75cm 1/2 7×17 单 27mm	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	带线缝合针(医用丝线)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	核工业四一六医院	生产批号:17U1002J 生产日期:181015	2-0/T 黑 75cm ▼ 1/ 2 8×20 单 31mm	成都市成华区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	带线缝合针(医用丝线)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	核工业四一六医院	生产批号:17V0305J 生产日期:190318	5-0 黑 75cm ▼ 1/2 5×12 单 19mm	成都市成华区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	非吸收性单股聚丙烯缝线	Covidien llc	西南医科大学附属中医医院	生产批号:D8E0807SX 生产日期:2018-05-08	6-0 0.7Metric 30"75cm	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	非吸收性外科缝线	淮阴医疗器械有限公司	大竹县万兴医疗器械有限公司	生产批号:N160303 生产日期:02 2016	0 (4-0 USP) 1Metric 10×24" 10×60cm B LACK/黑	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	非吸收性外科缝线	成都太合生物材料有限公司	成都太合生物材料有限公司	生产批号:0613	丝线 VS3-OBB60RE20 3-0 (传统1#) 60cm	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	非吸收性外科缝线	杭州华威医疗用品有限公司	凉山彝族自治州第二人民医院	生产批号:201904391 生产日期:20190423	3-0 90cm ▲1/2 5×12 双针	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	非吸收性外科缝线	成都太合生物材料有限公司	遂宁市安居区人民医院	生产批号:1204	丝线 VS2-OBB6015N 2-0 60cm×15	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	非吸收性外科缝线	淮阴医疗器械有限公司	四川昱伟医疗器械有限公司	生产批号:N180836 生产日期:2018 08	3-0 75cm 7×17 · 1/2 26mm	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
23	非吸收性外科缝线	杭州爱普医疗器械股份有限公司	中江县人民医院	生产批号:N0001862 生产日期:20181107	规格 0 (7#) 线束 60cm×15	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	非吸收性外科缝线	杭州华威医疗用品有限公司	泸州洪纬医疗器械有限公司	生产批号:201808276 生产日期:20180811	12-0 30cm ●3/8 0.6×4 双针	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	非吸收性外科缝线	杭州华威医疗用品有限公司	攀枝花煤业(集团)有限责任公司总医院	生产批号:201808170 生产日期:20180807	型号: 0 规格: 60×24	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	非吸收性外科缝线	杭州华威医疗用品有限公司	甘孜藏族自治州人民医院	生产批号:201704002 生产日期:20170401	5-0 50cm 双针▲1/2 3×10	甘孜藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	非吸收性外科缝线	淮阴医疗器械有限公司	资中县龙江中心卫生院	生产批号:N181228 生产日期:201812	1 (3-0 usp) 2Metric 1 0×24" 10×60cm BLACK/黑	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	非吸收性外科缝线 真丝编织线	威海威高富森医用材料有限公司	平昌县人民医院	生产批号:20190121 生产日期:20190123	USP#1 Metric 4 60cm	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	非吸收性外科缝线 蚕丝线	扬州环宇医疗器械有限公司	达县新桥医院	生产日期:20180105	型号: 线束 规格: 3-0 数量: 1×20 根 长度: 60cm	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	非吸收性外科缝线 蚕丝线	扬州环宇医疗器械有限公司	绵竹市人民医院	生产日期:20180505	型号: 线团 规格: 2-0 数量: 1 团 长度: 3.5m	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	非吸收性外科缝线 蚕丝线	扬州环宇医疗器械有限公司	内江亚和贸易有限公司	生产日期:20180705	型号: 线团 规格: 3-0 数量: 1 团 长度: 3.5 m	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
32	非吸收性外科缝线 尼龙线	威海威高富森医用材料有限公司	德阳市人民医院	生产批号:20180511 生产日期:20180515	USP 7-0 Metric 0.5 4 5cm	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	非吸收性外科缝线 真丝编织线	威海威高富森医用材料有限公司	宣汉县人民医院	生产批号:20190121 生产日期:20190123	USP#1 Metric4 60cm 无针	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	非吸收性外科缝线 真丝编织线	威海威高富森医用材料有限公司	平昌县人民医院	生产批号:20190301 生产日期:20190304	USP 2-0 Metric 3 60cm	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	非吸收性外科缝线 真丝编织线	威海威高富森医用材料有限公司	平昌县人民医院	生产批号:20190101 生产日期:20190105	USP 3-0 Metric2 60cm	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	非吸收性外科缝线 真丝缝线	南通华利康医疗器械有限公司	洪雅骨科医院	生产批号:190103 生产日期:2019年01月02日	2—0(4#) B-102 线长 60cm×15	洪雅县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	非吸收性外科缝线 真丝缝线	南通华利康医疗器械有限公司	仪陇县妇幼保健院	生产批号:181020 生产日期:2018年10月27日	1(10#)B-201 线长 60cm×10	仪陇县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	非吸收性外科缝线 真丝缝线	南通华利康医疗器械有限公司	雅安市中医医院	生产批号:190108 生产日期:2019年01月06日	4-0 RE-724 线长 75cm	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	非吸收性外科缝线(线束)	扬州市榕乐医疗器械实业有限公司	洪雅县瓦屋山药业有限公司	生产批号:20190408 生产日期:20190408	规格: 2-0 长度: 60cm/根	洪雅县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	非吸收性外科缝线(线束)	扬州市榕乐医疗器械实业有限公司	广元市明达医疗器械有限公司	生产批号:20180418 生产日期:20180418	规格: 3-0 长度: 60cm/根	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
41	非吸收性外科聚丙烯缝线	南通华尔康医疗科技股份有限公司	资阳市第一人民医院	生产批号:190111 生产日期:2019年1月31日	7-0 0.5 metric BVE09 76 60cm×1 根	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	非吸收性外科真丝缝线	南通华尔康医疗科技股份有限公司	崇州市妇幼保健院	生产批号:181206 生产日期:2018年12月15日	0 (7#) 3.5metric 7S15 06 60cm×15 根	崇州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	非吸收性外科真丝缝线	南通华尔康医疗科技股份有限公司	射洪县中医院	生产批号:181206 生产日期:2018年12月15日	2-0 (4#) 3.0metric 4S 1526 60cm×15 根	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
44	非吸收性外科真丝缝线	南通华尔康医疗科技股份有限公司	巴中市德信源医疗器械有限公司	生产批号:181211 生产日期:2018年12月28日	3-0 (1#) 2.0metric 1S 1536 60cm×15 根	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	荣县新城医院有限公司	生产批号: MJ5AF 生产日期:2018-09-26	4-0 (1.5METRIC) SA8 3G 15×60cm	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	大英县中医医院	生产批号: MF2AQ 生产日期:2018-06-04	3-0 (2 METRIC) SA8 4G 15×60cm	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	宣汉县第三人民医院	生产批号: MM4BN 生产日期:2018-12-19	3-0 (2 METRIC) SA 84G 15×60cm	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	仪陇县中医医院	生产批号: MM4AX 生产日期:2018-12-18	2-0/T (2.5 METRIC) SA845G 15×60cm	仪陇县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	阆中市第二人民医院	生产批号: MF2CB 生产日期:2018-06-07	0 (3.5METRIC) SA8 6G 15×60cm	阆中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
50	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	安岳县人民医院	生产批号:MF1AW 生产日期:2018-05-30	4-0 (1.5 METRIC) SA83G 15×60cm	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	乐至县人民医院	生产批号:PA2AN 生产日期:2019-01-08	2-0/T (2.5 METRIC) SA845G 15×60cm	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	内江市东兴区樟木中心卫生院	生产批号:MG2BJ 生产日期:2018-07-12	3-0 (2METRIC) SA84G 15×60cm	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	四川天和医疗器械有限公司	生产批号:PC3BU 生产日期:2019-03-14	0 (3.5 METRIC) SA86G 15×60cm	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	雅安市雨城区人民医院	生产批号:MH4AA 生产日期:2018-08-23	2-0/T (2.5METRIC) SA845G 15×60cm	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	剑阁县中医医院	生产批号:MK3AD 生产日期:2018-10-19	0 (3.5 METRIC) SA86G 15×60cm	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
56	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	攀枝花市科凌商贸有限公司	生产批号:PB1BB 生产日期:2019-02-01	2-0/T (2.5 METRIC) SA845G 15×60cm	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	米易县人民医院	生产批号:PC2AK 生产日期:2019-03-04	2-0/T (2.5 METRIC) SA845G 15×60cm	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	什邡第二医院	生产批号:LD1BH 生产日期:2017-04-06	0 (3.5METRIC) SA86G 15x60cm	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
59	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	九〇三医院	生产批号:PB3BM 生产日期:2019-02-14	0(3.5 METRIC) SA86G 15×60cm	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	绵阳市游仙区沉抗镇卫生院	生产批号:MM4AX 生产日期:2018-12-18	2-0/T(2.5METRIC) SA845G 15×60cm	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
61	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	泸县长生中医医院(有限合伙)	生产批号:PA3CG 生产日期:2019-01-18	3-0(2 METRIC) SA84G 15×60cm	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
62	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	广元市第三人民医院	生产批号:MM4BE 生产日期:2018-12-19	2-0/T(2.5 METRIC) SA845G 15×60cm	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
63	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	威远县第二人民医院	生产批号:MJ5AU 生产日期:2018-09-26	0(3.5METRIC) SA86G 15×60cm	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
64	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	武胜县人民医院	生产批号:PA2AN 生产日期:2019-01-08	2-0/T(2.5METRIC) SA845G 15×60cm	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
65	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	泸州市中医医院	生产批号:MF3AH 生产日期:2018-06-13	4-0(1.5 METRIC) SA83G 15×60cm	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
66	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	乐山肛肠医院	生产批号:MG3AE 生产日期:2018-07-17	0(3.5 METRIC) SA86G 15×60cm	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
67	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	邻水县人民医院	生产批号:MJ2AE 生产日期:2018-09-05	0(3.5METRIC) SA86G 15×60cm	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
68	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	巴中市德信源医疗器械有限公司	生产批号:MM2BL 生产日期:2018-12-07	3-0(2 METRIC) 15×60cm SA84G	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
69	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	夹江县人民医院	生产批号:PC1AA 生产日期:2019-02-27	2-0/T (2.5 METRIC) SA845G 15×60cm	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
70	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	岳池县人民医院	生产批号:PB3BN 生产日期:2019-02-14	2-0/T(2.5METRIC) SA845G 15×60cm	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
71	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	华蓥市人民医院	生产批号:PC3BD 生产日期:2019-03-14	3-0 (2 METRIC) SA84G 15×60cm	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
72	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	成都新华医院	生产批号:MJ320 生产日期:2019-09-13	3-0 (2 METRIC) W666 75cm	成都市成华区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
73	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	泸州市人民医院	生产批号:PA2AD 生产日期:2019-01-08	0 (3.5 METRIC) SA86G 15×60cm	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
74	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	乐山肛肠医院	生产批号:LM5CB 生产日期:2017-12-29	1 (4 METRIC) SA87G 10×60cm	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
75	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	雅安市中医医院	生产批号:MF4AS 生产日期:2018-06-19	0 (3.5METRIC) SA86G 15×60cm	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
76	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	雅安市人民医院	生产批号:MK3AJ 生产日期:2018-10-19	3-0 (2 METRIC) SA84G 15×60cm	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
77	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	广安市人民医院	生产批号:PA3AC 生产日期:2019-01-14	3-0 (2METRIC) SA84G 15×60cm	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
78	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	黑水县人民医院	生产批号:MM1AD 生产日期:2018-11-28	0(3.5METRIC) SA8 6G 15×60cm	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
79	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器械有限公司	茂县人民医院	生产批号:KE317 生产日期:2016-05-19	3-0(2 METRIC) W57 0 75cm	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
80	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	南部县人民医院	生产批号:11U1138 生产日期:181116	2-0/T(传统代号4) 黑色 60cm×10 A622	南部县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
81	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	荣县人民医院	生产批号:11U0802 生产日期:180802	4-0(传统代号0) 黑色 60cm×10 A620	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
82	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	青神县人民医院	生产批号:11U1101 生产日期:181102	3-0(传统代号1) 黑色 60cm×10 A621	青神县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
83	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	蓬溪恒道中医(骨科)医院	生产批号:11U0909 生产日期:180913	2-0/T(传统代号4) 黑色 60cm×10 A622	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
84	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	阆中名城医院	生产批号:11U0402 生产日期:180410	0(传统代号7) 黑色 60cm×10 A623	阆中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
85	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	康定市第二人民医院	生产批号:11U0637 生产日期:180625	2-0/T(传统代号4) 黑色 60cm×10 A622	甘孜藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
86	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	攀枝花市第二人民医院	生产批号:11T1208 生产日期:171228	3-0 (传统代号 1) 黑色 60cm×10 A614	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
87	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	四川省高洲药业有限责任公司	生产批号:11T0401 生产日期:170426	3-0 (传统代号 1) 黑色 60cm×10 A621	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
88	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	乐山鲍氏医疗投资有限公司乐山嘉定医院	生产批号:11U1210 生产日期:181219	3-0 (传统代号 1) 黑色 60cm×10 A614	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
89	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	四川鑫广源医疗器械有限公司	生产批号:11U0480 生产日期:180427	2-0/T(传统代号 4) 黑色 60cm×10 A622	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
90	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	广元市昭化区人民医院	生产批号:11U0203 生产日期:180209	3-0 (传统代号 1) 黑色 60cm×10 A621	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
91	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	乐山鲍氏医疗投资有限公司乐山嘉定医院	生产批号:11U1223 生产日期:181225	2-0/T (传统代号 4) 黑色 60cm×10 A615	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
92	医用真丝编织线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	广元市坤玖医用设备有限公司	生产批号:11U1104 生产日期:181107	0 (传统代号 7) 黑色 60 cm×10 A623	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
93	医用真丝编织线 (5M 灭菌线团)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	四川省宜宾永康医药有限责任公司	生产批号:11U0720 生产日期:18.07.12	2-0/T 5M (传统代号: 4)	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
94	医用真丝编织线 (线束)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	宜宾市星合益医疗用品有限责任公司	生产批号:11U1011 生产日期:181026	标准代号: 3-0 60cm×10	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
95	医用真丝编织线 (线束)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	攀枝花市仁和区 人民医院	生产批号:11U1105 生产日期:181108	标准代号: 2-0/T 60cm ×10	攀枝花市市 场监督管理局	四川省食品药 品 检验检测院
96	医用真丝编织线 (线束)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	德阳市罗江区 中医医院	生产批号:11T0505 生产日期:170506	标准代号: 60cm×10	德阳市市 场监督管理局	四川省食品药 品 检验检测院
97	医用真丝非吸收 缝线	扬州市金环医疗 器械厂	达州骨科医 院有限公司	生产日期:20180912	2-0 (捻线)长度× 根数: 60cm ×15	达州市市 场监督管理局	四川省食品药 品 检验检测院
98	医用真丝非吸收 缝线	扬州市金环医疗 器械厂	大英县人民 医院	生产日期:20180508	O (捻线)长度×根数 60cm×15	遂宁市市 场监督管理局	四川省食品药 品 检验检测院
99	医用真丝非吸收 缝线	扬州市金环医疗 器械厂	四川省宜宾新 石海药业有限 责任公司	生产日期:20190103	2-0 (捻线)长度× 根数: 60cm ×15	宜宾市市 场监督管理局	四川省食品药 品 检验检测院
100	医用真丝非吸收 缝线	扬州市金环医疗 器械厂	宜宾天乐医 药有限公司	生产日期:20170608	0 (捻线)长度× 根数: 60cm×20	宜宾市市 场监督管理局	四川省食品药 品 检验检测院
101	医用真丝非吸收 缝线	扬州市金环医疗 器械厂	雅安市名山 区中医医院	生产日期:20180912	O (捻线)长度×根数: 60cm×15	雅安市市 场监督管理局	四川省食品药 品 检验检测院
人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 测定试纸 (胶体金免疫层析法) (99 批)							
1	人绒毛膜促性腺 激素 (HCG) 测 定试纸 (胶体金 法)	青岛海诺生物工 程有限公司	达州市远圣药 业有限责任公司	生产批号:181202 生产日期:20181206	1 人份/袋 条型	达州市市 场监督管理局	四川省食品药 品 检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
2	人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试纸（胶体金法）	青岛海诺生物工程有限公司	雅安西康医药有限公司	生产批号:180703 生产日期:20180708	1人份/袋 条型	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试纸（胶体金法）	青岛海诺生物工程有限公司	珙县芝保林大药房	生产批号:181103 生产日期:20181108	1人份/袋 条型	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试纸（胶体金法）	青岛海诺生物工程有限公司	四川一心堂医药连锁有限公司双流区棠湖西路药店	生产批号:190405 生产日期:20190416	1人份/袋 条型	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试纸（胶体金法）	青岛海诺生物工程有限公司	四川方贞药业有限公司	生产批号:181103 生产日期:20181108	1人份/袋 条型	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试纸（胶体金法）	青岛海诺生物工程有限公司	四川合盛源医药有限公司	生产批号:190101 生产日期:20190103	1人份/袋 条型	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	人绒毛膜促性腺激素（hCG）检测试剂（胶体金法）	艾博生物医药（杭州）有限公司	资阳市第一人民医院	生产批号:2018050237 生产日期:2018-05	型号：条型 规格：1人份/袋 单人份	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	人绒毛膜促性腺激素（hCG）检测试剂（胶体金法）	艾博生物医药（杭州）有限公司	遂宁嘉慧博爱医院	生产批号:2018100015 生产日期:2018-10	规格：1人份/袋 型号：条型单人份	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
9	人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法)	艾博生物医药(杭州)有限公司	剑阁县中医医院	生产批号:2018010228 生产日期:2018-01	型号:条型单人份 规格:1 人份/袋	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法)	艾博生物医药(杭州)有限公司	广元博爱医院	生产批号:2018090030 生产日期:2018-09	型号:条型单人份 规格:1人份/袋	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法)	艾博生物医药(杭州)有限公司	都江堰市人民医院	生产批号:2018110151 生产日期:2018-11	型号:条型单人份 规格:1 人份/袋	都江堰市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法)	艾博生物医药(杭州)有限公司	荣县妇幼保健院	生产批号:2018100045 生产日期:2018-10	规格:1人份/袋 型号:条 型单人份	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法)	艾博生物医药(杭州)有限公司	自贡市第四人民医院	生产批号:2018080024 生产日期:2018-08	型号:条型单人份 规格:1人份/袋	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法)	艾博生物医药(杭州)有限公司	华蓥市人民医院	生产批号:2018110151 生产日期:2018-11	规格:1人份/袋 型号:条型单人份	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂盒(胶体金法)	青岛爱博检测科技有限公司	四川省宜宾新石海药业有限责任公司	生产批号:190390103 生产日期:20190102	笔型1人份/盒	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
16	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂盒(胶体金法)	天津中新科炬生物制药股份有限公司	四川一心堂医药连锁有限公司双流区棠湖西路药店	生产批号:201903145 生产日期:20190314	1人份 条型	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	北京金华科生物技术有限公司	四川省眉山迪康中药材有限公司	生产批号:19010300 生产日期:20190104	精装笔 1人份/笔型	眉山市东坡区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	北京金华科生物技术有限公司	筠连县三江药业有限责任公司	生产批号:19030100 生产日期:20190305	条型 1人份	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	北京金华科生物技术有限公司	平昌县妇幼保健院	生产批号:18010100 生产日期:20180103	1人份 条型	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	盐亭县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号:20181009 生产日期:20181031	条型: 1人份/袋	盐亭县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	四川医源医疗器械有限公司	生产批号:20190201 生产日期:20190215	条型: 1人份/袋	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	广元市第二人民医院	生产批号:20180509 生产日期:20180517	条型: 1人份/袋	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
23	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	雅安市名山区中医医院	生产批号:20181006 生产日期:20181020	条型: 1人份/袋	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	雅安恒博医院	生产批号:20181201 生产日期:20181204	条型: 1人份/袋	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	苍溪县人民医院	生产批号:20181111 生产日期:20181130	条型: 1人份/袋	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	仁寿县中医医院	生产批号:20181111 生产日期:20181130	条型: 1人份/袋	仁寿县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	广元青林医院	生产批号: 20171108 生产日期:20171116	条型 : 1人份/袋	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	上药控股泸州有限公司	生产批号:20181003 生产日期:20181020	条型: 1人份/袋	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	四川永静杰商贸有限公司	生产批号:20180509 生产日期:20180517	条型: 1人份/袋	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
30	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	绵竹和万家医院	生产批号:20170605 生产日期:20170628	条型: 1人份/袋	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	资阳市人民医院	生产批号:20181111 生产日期:20181130	条形: 1人份/袋	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
32	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	仁寿县人民医院	生产批号:20181204 生产日期:20181211	条型: 1人份/袋	仁寿县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	四川省淳正堂药业有限责任公司	生产批号:20181111 生产日期:20181130	条型: 1人份/袋	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	广安市人民医院	生产批号:20181111 生产日期:20181130	条型: 1人份/袋	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	凉山福星医药有限公司	生产批号:20181003 生产日期:20181020	条型: 1人份/袋	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	巴中市妇幼保健院	生产批号:20180113 生产日期:20180131	条型: 1人份/袋	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
37	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	康定市人民医院	生产批号:20180905 生产日期:20180919	条型: 1人份/袋	甘孜藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	夹江县人民医院	生产批号:20181204 生产日期:20181211	条型: 1人份/袋	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	四川久兴医药器械有限公司	生产批号:20190201 生产日期:20190215	条型: 1人份/袋	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	广安福源医院	生产批号:20181207 生产日期:20181218	条型: 1人份/袋	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	邻水县人民医院	生产批号:20190113 生产日期:20190125	条型: 1人份/袋	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	茂县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号:20170318 生产日期:20170329	条型: 1人份/袋	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	雅江县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号:20180709 生产日期:20180720	条型: 1人份/袋	甘孜藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
44	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	成都市青白江区中医医院	生产批号:20181204 生产日期:20181211	条型:1人份/袋	成都市青白江区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	成都市郫都区人民医院	生产批号:20181207 生产日期:20181218	条型:1人份/袋	成都市郫都区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	南充市太极医药有限责任公司	生产批号:20180606 生产日期:20180628	条型:1人份/袋	西充县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	南部县芝林大药房	生产批号:20181106 生产日期:20181124	条型:1人份/袋	南部县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	四川省西充医药有限责任公司	生产批号:20171108 生产日期:20171116	条型:1人份/袋	西充县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	泸州市妇幼保健计划生育服务中心	生产批号:20180709 生产日期:20180720	条型:1人份/袋	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
50	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	四川艾博医疗器材有限公司	生产批号:20190103 生产日期:20190104	条型:1人份/袋	眉山市东坡区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	乐至县人民医院	生产批号:20181204 生产日期:20181211	条型:1人份/袋	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	自贡梓潼官大药房连锁有限公司	生产批号:20180203 生产日期:20180228	条型:1人份/袋	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	雅安职业技术学院附属医院	生产批号:20181111 生产日期:20181130	条型:1人份/袋	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	绵阳安康药业连锁有限公司	生产批号:20181004 生产日期:20181024	条型:1人份/袋	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	都江堰市妇幼保健院	生产批号:20190406 生产日期:20190411	条型:1人份/袋	都江堰市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
56	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	岳池县人民医院	生产批号:20181006 生产日期:20181020	条型:1人份/袋	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
57	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	泸州市兴欣医药有限公司	生产批号:20180802 生产日期:20180824	条型:1人份/袋	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	乐山市沙湾区妇幼保健院	生产批号:20181111 生产日期:20181130	条型:1人份/袋	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	自贡市自流井区妇幼保健院	生产批号:20180711 生产日期:20180725	条型:1人份/袋	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	成都市青白江区妇幼保健院	生产批号:20180709 生产日期:20180720	条型:1人份/袋	成都市青白江区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
61	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	巴中市巴州区妇幼保健院	生产批号:20181204 生产日期:20181211	条型:1人份/袋	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
62	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	乐山现代妇产医院	生产批号:20170605 生产日期:20170628	条型:1人份/袋	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
63	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	射洪县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号:20181207 生产日期:20181218	条型: 1人份/袋	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
64	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	国药集团四川遂宁市医疗器械有限公司	生产批号:20190103 生产日期:20190104	条型: 1人份/袋	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
65	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	宣汉安安医院	生产批号:20180502 生产日期:20180504	条型: 1人份/袋	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
66	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	四川酒都医药有限公司	生产批号:20190902 生产日期:20180911	条型: 1人份/袋	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
67	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	西南兵工成都医院	生产批号:20190402 生产日期:20190404	条型: 1人份/袋	成都市郫都区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
68	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	广汉市人民医院	生产批号:20181111 生产日期:20181130	条型: 1人份/袋	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
69	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	润和生物医药科技(汕头)有限公司	盐亭本草堂药业有限公司	生产批号:20190202 H7 生产日期:2019年02月02日	试条(RH-HCG-S)	盐亭县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
70	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	润和生物医药科技(汕头)有限公司	四川省神龙医药连锁有限公司四百八十二店	生产批号:20180202 7H 生产日期:2018年02月02日	试条(RH-HCG-S)	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
71	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	润和生物医药科技(汕头)有限公司	四川众智药业有限公司	生产批号:20181225 M1 生产日期:2018年12月25日	试条(RH-HCG-S)	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
72	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	润和生物医药科技(汕头)有限公司	四川省高洲药业有限责任公司	生产批号:20180327 H3 生产日期:2018年03月27日	试条(RH-HCG-S)	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
73	人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)	威海康州生物工程有限公司	眉山市眉州药房连锁有限公司	生产批号:190412 生产日期:20190402	笔型 1支装	眉山市东坡区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
74	人绒毛膜促性腺激素(HCG)胶体金快速检测试纸(胶体金法)	深圳市康乃格生物技术有限公司	绵阳本草堂药业有限公司	生产批号:18111115 生产日期:20181103	1人份/袋	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
75	人绒毛膜促性腺激素（HCG）胶体金快速检测试纸（胶体金法）	深圳市康乃格生物技术有限公司	四川百鹤堂药业有限公司	生产批号:18100104 生产日期:20181008	1人份/袋	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
76	人绒毛膜促性腺激素（HCG）胶体金快速检测试纸（胶体金法）	深圳市康乃格生物技术有限公司	达州新天泰药业集团有限公司	生产批号:19011115 生产日期:20190103	1人份/袋	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
77	人绒毛膜促性腺激素（HCG）胶体金快速检测试纸（胶体金法）	深圳市康乃格生物技术有限公司	四川省南部县药业有限责任公司	生产批号:19011102 生产日期:20190103	1人份/袋	南部县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
78	人绒毛膜促性腺激素（HCG）胶体金快速检测试纸（胶体金法）	深圳市康乃格生物技术有限公司	攀枝花市时济医药有限公司	生产批号:18111115 生产日期:20181103	1人份/袋	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
79	人绒毛膜促性腺激素（HCG）胶体金快速检测试纸（胶体金法）	深圳市康乃格生物技术有限公司	资阳御君堂药品连锁有限公司安岳岳阳奎星路店	生产批号:18010104 生产日期:20180103	1人份/袋	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
80	人绒毛膜促性腺激素（HCG）诊断试纸盒（胶体金法）	广州万孚生物技术股份有限公司	四川易尔通药业有限公司	生产批号:W00190238 生产日期:2019/02/28	1支装（笔型）/1人份/盒	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
81	人绒毛膜促性腺激素检测试纸	安徽深蓝医疗科技股份有限公司	四川森茂医药有限公司	生产批号:181104 生产日期:2018/11/17	卡型 1人份/盒	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
82	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	北京库尔科技有限公司	四川百姓源大药房连锁有限公司 南部县幸福路店	生产批号:20180903 生产日期:2018年09月03日	条型/1个装	南部县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
83	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	北京库尔科技有限公司	四川宏华医药有限公司	生产批号:20190102 生产日期:2019年01月02日	条型/1个装	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
84	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	北京库尔科技有限公司	内江市一生好药业连锁有限公司	生产批号:20180306 生产日期:2018年03月06日	条型/1人份	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
85	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	北京库尔科技有限公司	内江正和祥药业连锁有限公司	生产批号:20190306 生产日期:2019/03/06	1人份/盒 笔型	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
86	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	北京库尔科技有限公司	四川省儒龙医药有限公司	生产批号:20190304 生产日期:2019/03/04	2人份/盒 条型	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
87	人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法)	北京库尔科技有限公司	雅安西康医药有限公司	生产批号:20180903 生产日期:2018年09月03日	条型/1人份	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
88	人绒毛膜促性腺激素检测试纸 (胶体金法)	南通伊仕生物技术股份有限公司	四川省自贡先锋医药有限公司	生产批号:1804020101 生产日期:20180401	1人份/袋(条I型)	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
89	人绒毛膜促性腺激素检测试纸 (胶体金法)	南通伊仕生物技术股份有限公司	攀枝花金利医药贸易有限公司	生产批号:1810590101 生产日期:20181029	条I型 1人份/袋	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
90	人绒毛膜促性腺激素检测试纸 (胶体金法)	南通伊仕生物技术股份有限公司	理县妇幼保健和计划生育服务中心	生产批号:1701130101 生产日期:20170106	条I型 1人份/袋	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
91	人绒毛膜促性腺激素检测试纸 (胶体金法)	南通伊仕生物技术股份有限公司	犍为县鸿康医药有限公司	生产批号:1901340101 生产日期:20190117	条I型 1人份/袋	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
92	人绒毛膜促性腺激素检测试纸 (胶体金法)	南通伊仕生物技术股份有限公司	犍为县鸿康医药有限公司	生产批号:1810590101 生产日期:20181029	条I型 1人份/袋	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
93	人绒毛膜促性腺激素检测试纸 (胶体金免疫层析法)	北京优胜然生物技术有限公司	泸州川钰保健品有限公司	生产批号:190104 生产日期:2019.01.04	规格:1人份/盒 型号:卡型	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
94	人绒毛膜促性腺激素诊断试剂盒（胶体金免疫层析法）	高碑店市普瑞赛斯生物科技有限公司	四川攀枝花贝尔康医药有限公司	生产批号:19032301 生产日期:20190404	条型 1人份/袋	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
95	人绒毛膜促性腺激素诊断试剂盒（胶体金免疫层析法）	高碑店市普瑞赛斯生物科技有限公司	四川内江市正天药业有限责任公司	生产批号:18031697 生产日期:20180316	条型 1人份/袋	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
96	人绒毛膜促性腺激素诊断试剂盒（胶体金免疫层析法）	万华普曼生物工程公司	大英县人民医院	生产批号:19010127 生产日期:20190128	条型 1人份	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
97	人绒毛膜促性腺激素诊断试剂盒（胶体金免疫层析法）	万华普曼生物工程公司	德阳大中太极大药房连锁有限公司连锁8店	生产批号:18110017 生产日期:20181107	1人份 条型	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
98	人绒毛膜促性腺激素诊断试剂盒（胶体金免疫层析法）	万华普曼生物工程公司	四川省万盛药业连锁有限公司	生产批号:19010041 生产日期:20190104	条型 1人份	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
99	人绒毛膜促性腺激素（hCG）检测试剂（胶体金法）	艾博生物医药（杭州）有限公司	越西县第一人民医院	生产批号:2018030017 生产日期:2018-03	规格：1人份/袋 型号：条型单人份	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
天然胶乳橡胶避孕套（101批）							

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
1	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	四川合盛源医药有限公司	生产批号:17011 生产日期:20170102	宽度: 52±2mm 型号: 光面型 平行边带储精囊	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司	西昌康华零售连锁药业有限公司康华大药房	生产批号:3HM1604 生产日期:2016 04	型号: 非光面型 标称宽度: W52mm	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	天然胶乳橡胶避孕套	施梦(天津)乳胶有限公司	四川九州通医药有限公司	生产批号:16G11 生产日期:201611	光面型 长度≥160mm 标称宽度: 52±2mm	成都市温江区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	南充市汇通医药零售连锁嘉陵第33店	生产批号:S1701RB 生产日期:2017.01	标称宽度:52mm 标准长度: ≥170mm 平面直壁平行边带贮精囊 型号:光面型	南充市嘉陵区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	天然胶乳橡胶避孕套	Hankook Latex gongup co.,ltd 韩国橡胶工业株式会社	四川一心堂医药连锁有限公司仁寿文林镇光明路店	生产批号:15AL002-P 生产日期:201510	规格型号: 长度 180±10mm 标称宽度:52±2mm 型号: 平滑型	仁寿县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	广元市一九药业连锁有限责任公司新华店	生产批号:81701308 生产日期:2017 01	光面 标称宽度: W52 mm	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	天然胶乳橡胶避孕套	PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD.	四川九州通医药有限公司	生产批号:LH1506104	非光面型(螺纹) 标称宽度: 52mm	成都市温江区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	雅安西康医药有限公司	生产批号:50001923 生产日期:2015 10	光面 标称宽度: W52mm	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
9	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	广元德华保健食品有限责任公司	生产批号:1JM1610 生产日期:20161010	宽度 52±2 mm 光面型	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	四川诺泰医药贸易有限公司	生产批号:A18AJD 生产日期:2018.02	标称宽度: 52 mm 类型: 颗粒型	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	天然胶乳橡胶避孕套	茂名市江源乳胶制品有限公司	德阳科伦医药贸易有限公司	生产批号:DS1902G 生产日期:2019.02	光面型 平均宽度 52mm±2mm	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	天然胶乳橡胶避孕套	威乐士医疗卫生用品(湖北)有限公司	四川省富顺中兴药业有限公司	生产批号:1706103 生产日期:201706	宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm 类型: 光面型	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	四川天和医疗器械有限公司	生产批号:50001741 生产日期:2018 07	光面型 标称宽度: W52mm	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	天然胶乳橡胶避孕套	湖南云阳乳胶科技实业有限公司	四川品趣商贸有限公司	生产批号:1801071 生产日期:201801	宽度: 52mm±2mm 长度: 不小于 160mm 产品型号: 光面型(平滑型)	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	天然胶乳橡胶避孕套	山东亚奇乳胶科技有限公司	蓬安本草堂药业有限公司	生产批号:201801 生产日期:201801	标称宽度:52±2mm 长度:≥160mm 类型:光面	蓬安县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	四川省永生药业有限公司	生产批号:B18G06 生产日期:2018.06	标称宽度:52mm 类型: 光面型	蓬安县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	四川宏华医药有限公司	生产批号:B18G05A 生产日期:2018.05	标称宽度: 52mm 类型: 光面型	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
18	天然胶乳橡胶避孕套	Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited	南充市良济大药房有限公司 嘉兴路店	生产批号:N32180403 生产日期:04/2018	宽度: 52mm±2mm 长度: 不小于 160mm 型号: 光面型橡胶避孕套(普通型)	南充市嘉陵区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	天然胶乳橡胶避孕套	SURETEX LIMITED	四川广源药业有限公司	生产批号:18032JD 生产日期:2018/02	标称宽度: 52mm	青神县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂)	德阳市罗江区妇幼保健院计划生育服务中心	生产批号:17127808 生产日期:20171219	标称宽度: 52mm 光面型	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	绵阳科伦大药房连锁有限公司 连锁一店	生产批号:18122 生产日期:20181202	宽度: 52±2mm 型号: 光面型 平行边带储精囊	绵阳市游仙区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	绵阳科伦大药房连锁有限公司 连锁一店	生产批号:1810B 生产日期:20181005	宽度: 52±2mm 型号: 光面型 平行边带储精囊	绵阳市游仙区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	四川全泰堂恒达医疗器械有限公司	生产批号:90001750 生产日期:2018 12	光面型 标称宽度: W52mm	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	宜宾致远药业有限公司	生产批号:30002232 生产日期:2018 01	光面型 标称宽度: W52mm	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	四川郎中医药营销有限公司	生产批号:JD1805H 生产日期:2018.05	标称宽度: 52mm 类型: 光面型	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
26	天然胶乳橡胶避孕套	山东铭源乳胶有限责任公司	泸州市龙马潭区第二人民医院	生产批号:201901 生产日期:201901	W52±2mm (光面型)	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	四川美大康仁爱医药有限公司	生产批号:G1812S 生产日期:2018.12	标称宽度: 52mm 标准长度: ≥170mm 型号: 光面型	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	天然胶乳橡胶避孕套	天津中生乳胶有限公司	和平泰康资阳药业有限责任公司	生产批号:1711055 生产日期:2017.11	规格: 标称宽度 52m 型号: 光面型	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	天然胶乳橡胶避孕套	天津中生乳胶有限公司	四川爱民医药有限公司	生产批号:LB180828 生产日期:2018/08	标称宽度 52mm, 长度不应小于 160mm 光面	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	四川仁寿科伦医药贸易有限公司	生产批号:18K08A 生产日期:2018.08	标称宽度: 52mm 类型: 颗粒型	仁寿县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	天然胶乳橡胶避孕套	Nipponeka Industries Sdn.Bhd	四川海棠医药有限公司	生产批号:18B115 生产日期:201811	型号规格: 光面型 规格尺寸: 长度≥160mm 标称宽度: 52±2mm	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
32	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	乐山市沙湾区正清医药有限责任公司	生产批号:18G11A 生产日期:2018.11	标称宽度: 52mm 类型: 光面型	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂)	攀枝花合鸿商贸有限公司	生产批号:YJ1705 生产日期:2017.05	标称宽度: 52mm 类型: 光面型	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	天然胶乳橡胶避孕套	海氏海诺乳胶(青岛)有限公司	达州新天泰药业集团有限公司	生产批号:F190112 生产日期:2019/01	产品型号: 浮点型 产品规格: 标称宽度 52mm±2mm	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	天然胶乳橡胶避孕套	海氏海诺乳胶(青岛)有限公司	四川众智药业有限公司	生产批号:G180822 生产日期:2018/08	光面型 标称宽度 52mm±2mm	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	四川旭天药业有限公司	生产批号:B18G03 生产日期:2018.02	类型: 光面型 标称宽度: 52mm	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	天然胶乳橡胶避孕套	天津中生乳胶有限公司	四川永辉超市有限公司广安市滨河路分公司	生产批号:LB180824 生产日期:2018/08	光面 标称宽度 52mm 长度不应小于 160mm	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
38	天然胶乳橡胶避孕套	NULATEX SDN. BHD	平昌康贝大药房连锁有限公司旗舰分店	生产批号:1808/17 生产日期:2018/08	型号:颗粒型 标准宽度:52mm±2mm	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	天然胶乳橡胶避孕套	河北维妮德橡胶制品有限公司	巴中市中心医院	生产批号:190501	光面型 宽度 52±2mm	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	天然胶乳橡胶避孕套	东台百地医用制品有限公司	四川省佳旺大药房连锁有限公司	生产批号:201705B 生产日期:201705	型号:平面型 标称宽度:52±2mm	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	天然胶乳橡胶避孕套	优丽达斯(张家港)乳胶业有限公司	四川省万盛药业连锁有限公司	生产批号:U9A601 生产日期:2019 01	52±2mm 光面型	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	天然胶乳橡胶避孕套	优丽达斯(张家港)乳胶业有限公司	达州市远圣药业有限责任公司	生产批号:U8D803D 生产日期:2018 04	型号:非光面(浮点型) 标称宽度:52±2mm	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	四川人福海灵医药有限公司	生产批号:B18G06 生产日期:2018.06	类型:光面型 标称宽度:52mm	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
44	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	太极集团四川省德阳大中药业有限公司	生产批号:1000580210 生产日期:2018-08	标称宽度 52mm	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品集团有限公司	康定市同康大药房	生产批号:3MZ1811 生产日期:20181107	型号: 光面型 宽度: 52±2mm	甘孜藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	沃尔玛(四川)百货有限公司成都龙泉驿分店	生产批号:1000580212 生产日期:2018-08	标称宽度 52mm	成都市龙泉驿区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	马尔康市妇幼保健和计划生育技术服务中心	生产批号:18106204 002 生产日期:20181002	标称宽度: 52mm 类型: 光面型	阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	天然胶乳橡胶避孕套	冈本株式会社	广安正和祥药业连锁有限公司	生产批号:HK168X9B 生产日期:10/2018	Okamoto Super Lubricative condom 直形光面型 标称宽度: 53±2 毫米	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	天然胶乳橡胶避孕套	海氏海诺乳胶(青岛)有限公司	凉山福星医药有限公司	生产批号:F171103 生产日期:2017/11	产品型号: 浮点型 产品规格: 标称宽度 52mm±2mm	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
50	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	四川贝尔康医药有限公司	生产批号:1000750905 生产日期:2019-04	标称宽度 52mm	成都市新都区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	天然胶乳橡胶避孕套	GUMMITECH INDUSTRIES SD N.BHD 马来西亚古米特工业有限公司	四川贝尔康医药有限公司	生产批号:19B01 生产日期:201902	型号: 光面型 标称宽度: 52±2mm	成都市新都区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	天然胶乳橡胶避孕套	广州万方健医药有限公司	隆昌京华壹零贰药业连锁有限公司	生产批号:GW8061 生产日期:2018年06月	标称宽度: 52mm	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	安岳唐芝林药品有限公司	生产批号:1000700560 生产日期:2019-02	标称宽度 52mm	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	天然胶乳橡胶避孕套	青岛欧米卡橡胶制品有限公司	自贡梓潼官大药房连锁有限公司	生产批号:18010311A 生产日期:20180103	型号: 光面型 规格: 52mm±2mm	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	天然胶乳橡胶避孕套	施梦(天津)乳胶有限公司	资阳市蜀康药品有限责任公司	生产批号:1801XP2 生产日期:201801	标称宽度: 52±2mm/光面型	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
56	天然胶乳橡胶避孕套	河北安琪胶业有限公司	四川攀枝花贝尔康医药有限公司	生产批号:181046 生产日期:201810	型号: 平滑型 规格: 52mm±2mm (W52)	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	天然胶乳橡胶避孕套	冈本株式会社	绵阳正和祥药业连锁有限公司游仙一店	生产批号:HK11882B 生产日期:08/2018	Okamoto Vanilla Condom 标称宽度: 53±2 毫米 光面型	绵阳市游仙区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂)	青神县妇幼保健院	生产批号:171210101 生产日期:20171225	标称宽度: 52mm 光面型	青神县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	天然胶乳橡胶避孕套	保定三普科技开发有限公司	泸州市妇幼保健计划生育服务中心	生产批号:190102	光面型 52±2mm 长度≥160mm	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	泸州市人民医院	生产批号:HB1711G 生产日期:20171102	类型: 光面型 宽度: 52±2mm	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
61	天然胶乳橡胶避孕套	保定三普科技开发有限公司	遂宁市安居区人民医院	生产批号:190402	光面型 52±2mm 长度≥160mm	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
62	天然胶乳橡胶避孕套	山东铭源乳胶有限责任公司	四川山河水药业有限公司	生产批号:201903 生产日期:201903	W52±2mm (光面型)	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
63	天然胶乳橡胶避孕套	海氏海诺乳胶(青岛)有限公司	四川天伦药业有限公司	生产批号:G180420 生产日期:2018/04	光面型 标称宽度 52mm±2mm	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
64	天然胶乳橡胶避孕套	马来西亚 NULAT EX SDN.BHD (马来西亚优立德有限公司)	四川东升大药房连锁有限责任公司	生产批号:YT8-05AT 生产日期:2018.05	标称宽度: 52±2mm 颗粒型	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
65	天然胶乳橡胶避孕套	NULATEX SDN. BHD.	平昌康贝大药房连锁有限公司旗舰分店	生产批号:1805/20 生产日期:2018/05	类型 三合一型 宽度 52±2 (mm)	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
66	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	四川人福海灵医药有限公司	生产批号:8012 生产日期:20180112	型号: 光面型 宽度: 52±2mm	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
67	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂)	自贡市大安区大山铺中心卫生院	生产批号:17102802 生产日期:20171026	标称宽度: 52mm 光面型	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
68	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	沃尔玛(四川)百货有限公司成都华府大道分店	生产批号:1000645896 生产日期:2018-11	标称宽度 49mm	四川省天府新区成都管理委员会城市管理和市场监管局	四川省食品药品检验检测院
69	天然胶乳橡胶避孕套	东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司	四川易尔通药业有限公司	生产批号:70502 生产日期:201705	平行边带精囊 类型:光面型 标称宽度:52±2mm 长度:≥160mm	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
70	天然胶乳橡胶避孕套	优丽达斯(张家港)乳胶业有限公司	四川省中江神龙医药有限公司	生产批号:U8F807F 生产日期:2018 06	标称宽度:52±2mm 型号:光面(平面型)	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
71	天然胶乳橡胶避孕套	晋江市康乐乳胶用品有限公司	四川省长星药业有限公司	生产批号:18102221 生产日期:20181022	型号:光面型 规格:52mm±2mm	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
72	天然胶乳橡胶避孕套	威乐士医疗卫生用品(湖北)有限公司	四川科伦医药贸易有限公司	生产批号:1805106 生产日期:201805	标称宽度 52±2mm 产品型号光面型	成都市新都区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
73	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	巴中市康贝大药房连锁有限公司	生产批号:1000769608 生产日期:2019-05	标称宽度 52.5mm	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
74	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂)	泸州锦欣妇产医院有限公司	生产批号:17112302 生产日期:20171109	标称宽度: 52mm 光面型	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
75	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品集团有限公司	四川射洪华通药业有限责任公司	生产批号:HT1901M 生产日期:20190102	类型: 颗粒型 宽度: 52±2mm 长度≥160mm	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
76	天然胶乳橡胶避孕套	KAREX INDUSTRIES SDN.BHD	四川省儒龙医药有限公司	生产批号:18N0463 生产日期:201802	型号: 螺纹型 标称宽度: 52mm±2mm	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
77	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	绵阳市第三人民医院	生产批号:8062 生产日期:20180612	宽度: 52±2mm 类型: 光面型	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
78	天然胶乳橡胶避孕套	广州万方健医药有限公司	雅安西康医药有限公司	生产批号:AX9011 生产日期:2019年01月	光面型 标称宽度: 52mm	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
79	天然胶乳橡胶避孕套	威乐士医疗卫生用品(湖北)有限公司	康定市佳美大药房连锁有限公司	生产批号:1901102 生产日期:20190106	宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm 类型: 有储精囊光面型	甘孜藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
80	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	沃尔玛(四川)百货有限公司成都龙泉驿分店	生产批号:G18100 生产日期:2018.10	标称宽度: 52mm 标准长度: ≥170mm 平面直壁平行边带储精囊 型号: 颗粒型	成都市龙泉驿区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
81	天然胶乳橡胶避孕套	茂名市江源乳胶制品有限公司	四川久兴医药器械有限公司	生产批号:Y809C 生产日期:2018.09	光面型; 平均宽度 52mm±2mm	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
82	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	四川九州通医药有限公司	生产批号:18102 生产日期:20181015	宽度: 52±2mm 型号: 光面型	成都市温江区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
83	天然胶乳橡胶避孕套	茂名市江源乳胶制品有限公司	四川华芝药业有限公司	生产批号:DS1711G 生产日期:2017.11	光面型; 平均宽度 52mm±2mm	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
84	天然胶乳橡胶避孕套	Suretex Prophylactics (India) Limited	雅安高济和康药业有限公司	生产批号:LH170905 生产日期:2017/09	非光面型 标称宽度: 52mm	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
85	天然胶乳橡胶避孕套	冈本株式会社	资阳市泉润商贸有限公司	生产批号:HK57893B 生产日期:09/2018	Okamoto Purity condom 标称宽度: 53±2 毫米	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
86	天然胶乳橡胶避孕套	素瑞特斯有限公司	沃尔玛(四川)百货有限公司成都华府大道分店	生产批号:18076JD 生产日期:2018/07	标称宽度为 52mm	四川天府新区成都管理委员会城市管理和市场监管局	四川省食品药品检验检测院
87	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品集团有限公司	四川海棠医药有限公司	生产批号:HS1806L 生产日期:20180622	类型: 光面型 宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
88	天然胶乳橡胶避孕套	保定三普科技开发有限公司	四川海棠医药有限公司	生产批号:171006	光面型 长度:≥160mm 宽度: 52±2mm	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
89	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	四川省仁祥药业有限公司	生产批号:18104 生产日期:20181001	宽度: 52±2mm 螺纹型	仁寿县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
90	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	宜宾天天康大药房零售连锁有限责任公司东街店	生产批号:18G08A 生产日期:2018.08	类型: 光面型 标称宽度: 52mm	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
91	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	宜宾天天康大药房零售连锁有限责任公司宜宾县华富商业城店	生产批号:G1810S 生产日期:2018.10	型号: 光面型 标称宽度: 52mm 标准长度: ≥170mm	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
92	天然胶乳橡胶避孕套	天津中生乳胶有限公司	雅安高济和康药业有限公司	生产批号:LA18102 生产日期:2018/10	光面 标称宽度 52mm, 长度 不应小于 160mm	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
93	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	理县妇幼保健和计划生育服务中心	生产批号:18106204 002 生产日期:20181002	标称宽度: 52mm 类型: 光面型	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
94	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	攀枝花金利医药贸易有限公司	生产批号:18052 生产日期:20180512	宽度: 52±2mm 光面型	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
95	天然胶乳橡胶避孕套	素瑞特斯有限公司	广元泰和医药贸易有限公司	生产批号:18112JB 生产日期:2018/10	标称宽度为 52mm	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
96	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	雅安西康医药有限公司	生产批号:18G08A 生产日期:2018.08	类型: 光面型 标称宽度: 52mm	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
97	天然胶乳橡胶避孕套	上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂)	绵阳市游仙区益寿堂康沈家坝加盟药店	生产批号:180931 生产日期:201809	标称宽度: 52mm 型号: 光面 润滑型	绵阳市游仙区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
98	天然胶乳橡胶避孕套	中美百翰医疗产品(湖北)有限公司	攀枝花市敬仁堂医药连锁有限责任公司	生产批号:190101ZM 生产日期:2019.01	W52mm 非光面型颗粒	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
99	天然胶乳橡胶避孕套	GUMMITECH INDUSTRIES SD N.BHD (马来西亚古米特工业有限公司)	蓬安蓬州医药有限公司	生产批号:17H13 生产日期:2017.08	标称宽度:52±2mm 型号:光面型	蓬安县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
100	天然胶乳橡胶避孕套	山东亚奇乳胶科技有限公司	乐山科伦医药贸易有限公司	生产批号:201809 生产日期:201809	标称宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm 类型: 光面	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
101	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	四川人福海灵医药有限公司	生产批号:8075 生产日期:20180702	型号: 光面型 宽度: 52±2mm	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
一次性使用静脉留置针 (86 批)							
1	密闭式防针刺伤静脉留置针	苏州碧迪医疗器械有限公司	大邑望县中医医院	生产批号:9106982 生产日期:2019-05-16	24G×0.75IN 0.7mm×19mm 19ml/min	大邑县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
2	密闭式静脉留置针	苏州碧迪医疗器械有限公司	攀枝花市第二人民医院	生产批号:8305839 生产日期:2018-11-15	直型 24G×0.75IN 0.7mm×19mm 19mL/min	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	密闭式静脉留置针	苏州碧迪医疗器械有限公司	岳池县人民医院	生产批号:8141405 生产日期:2018-06-20	直型 22G×1.00IN 0.9mm×25mm 33ml/min	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	密闭式静脉留置针	苏州碧迪医疗器械有限公司	汶川县人民医院	生产批号:8305896 生产日期:2018-11-30	Y型 24G×0.75IN 19mL/min 0.7mm×19mm	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	密闭式静脉留置针	苏州碧迪医疗器械有限公司	资阳市人民医院	生产批号:8141409 生产日期:2018-06-25	Y型 24G×0.75IN 0.7mm×19mm 19mL/min	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	密闭式静脉留置针	苏州碧迪医疗器械有限公司	自贡市第四人民医院	生产批号:8233290 生产日期:2018-09-16	直型 20G×1.16IN 1.1mm×30mm 50mL/min	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	密闭式静脉留置针	苏州碧迪医疗器械有限公司	绵竹市人民医院	生产批号:8305836 生产日期:2018-11-13	直型 24G×0.75IN 0.7mm×19mm 19mL/min	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
8	密闭式静脉留置针	苏州碧迪医疗器械有限公司	夹江县人民医院	生产批号:8325631 生产日期:2019-01-03	直型 24G×0.75IN 0.7mm×19mm 19mL/min	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	密闭式静脉留置针	苏州碧迪医疗器械有限公司	雅安市雨城区人民医院	生产批号:8107465 生产日期:2018-05-29	直型 22G×1.00IN 0.9mm×25mm 33mL/min	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	密闭式静脉留置针	苏州碧迪医疗器械有限公司	遂宁市中心医院	生产批号:8262058 生产日期:2018-10-26	直型 24G×0.75IN 19mL/min 0.7mm×19mm	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	一次性使用静脉留置针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	四川安岳贝尔康医药有限公司	生产批号:批 181213 生产日期:2018-12-13	24G 0.7mm×19mm 流速: 19ml/min	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	一次性使用静脉留置针	Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc.	雅安职业技术学院附属医院	生产批号:8136223	24GA 0.75IN 0.7×19mm 25ml/min	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	一次性使用静脉留置针	江西科伦医疗器械制造有限公司	荣县新城医院有限公司	生产批号:批 20181015 L1 生产日期:20181015	Y型 22G 0.9×25 流速: 30ml/min	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
14	一次性使用静脉留置针	四川普瑞斯生物科技有限公司	威远县山王中心卫生院	生产批号:批 190219 生产日期:20190219	A-a 头皮式 A 型 24G 0.7×19mm 19mL/min	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	一次性使用静脉留置针	Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc.	雅安市人民医院	生产批号:8234079	24GA 0.75IN 0.7×19mm 25ml/min	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	一次性使用静脉留置针	河南慧超医疗器械有限公司	德阳高新康复医院	生产批号:20180816 生产日期:20180825	Y 型 24G 0.7×19 19 ml/min	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	一次性使用静脉留置针	四川普瑞斯生物科技有限公司	洪雅县中医医院	生产批号:批 190219 生产日期:20190219	A-a 头皮式 A 型 24G 0.7×19mm 19mL/min	洪雅县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	一次性使用静脉留置针	四川普瑞斯生物科技有限公司	四川洪辉医疗器械有限公司	生产批号:批 181010 生产日期:20181010	头皮式 A 型 22G 0.9×25mm 32mL/min	眉山市东坡区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	一次性使用静脉留置针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	四川景宏医疗器械有限公司	生产批号:批 181213 生产日期:2018-12-13	B 型 24G 0.7mm×19mm 流速: 19ml/min	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
20	一次性使用静脉留置针	苏州林华医疗器械股份有限公司	泸州市中医医院	生产批号:18120268 生产日期:20181224	YF II -A 型 22G×1.00 IN (0.9×25mm) 流速: 33ml/min	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	一次性使用静脉留置针	四川普瑞斯生物科技有限公司	四川宇航医疗器械有限公司	生产批号:批 190330 生产日期:20190330	A-b 头皮式 A 型 24G 0.7×19mm 19mL/min	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	一次性使用静脉留置针	广东百合医疗科技股份有限公司	射洪县中医院	生产批号:YD2-180823 生产日期:2018-08-23	0.73mm×19mm 24G×3 /4" 2ml/min	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	一次性使用静脉留置针	苏州鱼跃医疗科技有限公司	广汉市人民医院	生产批号:20180502	24G×0.75" 0.7mm×19 mm 流速: 18ml/min	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	一次性使用静脉留置针	威海洁瑞医用制品有限公司	雅安河北医院	生产批号:180111 16 生产日期:20180116	18G×29mm/Y-G	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	一次性使用静脉留置针	威海洁瑞医用制品有限公司	三台县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号:20181001 10 生产日期:20181010	24G×19mm/Y-G	三台县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
26	一次性使用静脉留置针	威海洁瑞医用制品有限公司	遂宁市船山区妇幼保健院	生产批号:180601 05 生产日期:20180605	20G×29mm/Y-G	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	一次性使用静脉留置针	湖南平安医械科技有限公司	宣汉县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号:批 20190106 生产日期:20190106	型号: Y-G 24G×0.75 IN (0.7mm×19mm) 19ml/min	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	一次性使用静脉留置针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	四川旭天药业有限公司	生产批号:批 190115 生产日期:2019-01-15	B型: 22G 0.9mm×25mm 流速: 33ml/min	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	一次性使用静脉留置针	四川普瑞斯生物科技有限公司	西昌市人民医院	生产批号:批 181214 生产日期:20181214	A-b 头皮式 A 型 24G 0.7×19mm 19mL/min	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	一次性使用静脉留置针	江西科伦医疗器械制造有限公司	泸沽铁矿职工医院	生产批号:批 20181123 L1 生产日期:20181123	Y 型 24G 0.7×19 流速: 19ml/min	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	一次性使用静脉留置针	四川普瑞斯生物科技有限公司	理县人民医院	生产批号:批 180308 生产日期:20180308	头皮式 A 型 22G 0.9×25mm 32mL/min	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
32	一次性使用静脉留置针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	万源仁合医院	生产批号:批 190114 生产日期:2019-01-14	B 型 20G 1.1mm×30mm 流速: 50ml/min	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	一次性使用静脉留置针	四川普瑞斯生物科技有限公司	万源市天泰药业有限责任公司	生产批号:批 190219 生产日期:20190219	A-a 头皮式 A 型 24G 0.7×19mm 19mL/min	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	一次性使用静脉留置针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	四川酒都医药有限公司	生产批号:批 180818 生产日期:2018-08-18	B 型 22G0.9mm×25mm 流速: 33ml/min	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	一次性使用静脉留置针	广东爱迪医疗科技有限公司	通江新区医院	生产批号:18341	1.1×30mm 20G×1.18" 51ml/min	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	一次性使用静脉留置针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	四川省铭杰药业有限公司	生产批号:批 181213 生产日期:2018-12-13	B 型 24G 0.7mm×19mm 流速: 19ml/min	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	一次性使用静脉留置针	江西科伦医疗器械制造有限公司	乐山科伦医药贸易有限公司	生产批号:批 20180501 生产日期:20180524	Y 型 22G 0.9×25 流速: 30ml/min	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
38	一次性使用静脉留置针	威海洁瑞医用制品有限公司	稻城县人民医院	生产批号:20190141 15 生产日期:20190115	24G×19mm/Y-G	甘孜藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	一次性使用静脉留置针	江苏阳普医疗科技有限公司	大邑县人民医院	生产批号:201903004 生产日期:20190308	YZ24GX19-19	大邑县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	一次性使用静脉留置针	广东爱迪医疗科技有限公司	南充友豪医院	生产批号:19113 生产日期:201904	0.7×19mm 24G×3/4" 22ml/min	南充市高坪区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	一次性使用静脉留置针	威海洁瑞医用制品有限公司	简阳市人民医院	生产批号:20190551 26 生产日期:20190526	型号规格: 24G×19mm/Y-G 公称流量: 21ml/min	简阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	一次性使用静脉留置针	上海普益医疗器械股份有限公司	南充市高坪区人民医院	生产批号:180521 生产日期:2018年05月21日	型号: 针尖套头 Y 型 规格: 22G L=25mm 流量=34ml/min	南充市高坪区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	一次性使用静脉留置针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号:批 190526 生产日期:20190526	Y 型 0.7×19	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
44	一次性使用静脉留置针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	蒲江鑫名老年病医院	生产批号:批 190103 生产日期:2019-01-03 (单包装)	B 型 24G 0.7mm×19mm 流速: 19ml/min	蒲江县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	一次性使用静脉留置针	威海洁瑞医用制品有限公司	营山县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号:批 20181011 16 生产日期:20181016	24G×19mm/Y-G	营山县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	一次性使用静脉留置针	河南飘安集团有限公司	四川省兴诚药业有限责任公司	生产日期:20190212	Y 型 24G 0.7mm×19mm	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	一次性使用静脉留置针	江西科伦医疗器械制造有限公司	大英县人民医院	生产批号:批 20180501 生产日期:20180525	Y 型 22G 0.9×25 流速: 30ml/min	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	一次性使用静脉留置针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	四川众信堂医药贸易有限公司	生产批号:批 190226 生产日期:2019-02-26	B 型: 24G 0.7×19mm 流速: 19ml/min	三台县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	一次性使用静脉留置针	威海洁瑞医用制品有限公司	资中县龙江中心卫生院	生产批号:20181211 18 生产日期:20181218	24G×19mm/Y-G	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
50	一次性使用静脉留置针	江西洪达医疗器械集团有限公司	四川美迪药业有限公司	生产批号:批 20190218 生产日期:20190218	三通型 0.7×19mm 18 mL/min 24G×0.75IN	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品 检验检测院
51	一次性使用静脉留置针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川合盛源医药有限公司	生产批号:190121 生产日期:20190121	Y型 0.7×19	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品 检验检测院
52	一次性使用静脉留置针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	苍溪县人民医院	生产批号:181206 生产日期:20181206	Y型 1.3×32	广元市市场监督管理局	四川省食品药品 检验检测院
53	一次性使用静脉留置针	四川普瑞斯生物科技有限公司	富顺华英医院	生产批号:批 180912 生产日期:20180912	头皮式 A型 24G 0.7 ×19mm 19mL/min	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品 检验检测院
54	一次性使用静脉留置针	江西科伦医疗器械制造有限公司	洪雅仁济医院	生产批号:批 20181123 L1 生产日期:20181123	Y型 24G 0.7×19 流速: 19m l/min	洪雅县市场监督管理局	四川省食品药品 检验检测院
55	一次性使用静脉留置针	上海普益医疗器械股份有限公司	黑水县人民医院	生产批号:180709 生产日期:2018年07月09 日	型号:普通型Y型规格: 24G 导管外径: 0.7mm 流量=15ml/min L=18mm	阿坝藏族羌族自治州食 品药品监督管理局	四川省食品药品 检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
56	一次性使用静脉留置针	威海洁瑞医用制品有限公司	万源市妇幼保健计划生育服务中心	生产批号:180721 生产日期:20180723	I型 24G 24G×19mm 22ml/min	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	一次性使用静脉留置针	威海洁瑞医用制品有限公司	冕宁县人民医院	生产批号:180741 11 生产日期:20180711	24G×19mm/Z-G	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	一次性使用静脉留置针	广州爱迪医疗科技有限公司	大邑县妇幼保健计划生育服务中心(大邑县妇幼保健院)	生产批号:19149 生产日期:201906	0.7×19mm 24G×3/4" 22ml/min	大邑县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	一次性使用静脉留置针	圣光医用制品股份有限公司	四川省时代宏医药有限公司	生产批号:批 190109	型号: Y型 规格: 2 2G 流速: 3 0mL/min	眉山市东坡区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	一次性使用静脉留置针	四川普瑞斯生物科技有限公司	四川普瑞斯生物科技有限公司	生产批号:批 190423 生产日期:20190423	A-a 头皮式 A型 24G 0.7×19mm 19mL/min	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
61	一次性使用静脉留置针	威海洁瑞医用制品有限公司	华蓥市人民医院	生产批号:20190331 03 生产日期:20190303	24G×19mm/Y-G 公称流量: 21ml/min	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
62	一次性使用静脉留置针	威海洁瑞医用制品有限公司	巴塘县人民医院	生产批号:180601 05 生产日期:20180605	20G×29mm/Y-G	甘孜藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
63	一次性使用静脉留置针	江西科伦医疗器械制造有限公司	乐山市市中区城北医院	生产批号:批 20181220 L1 生产日期:20181220	Y型 24G 0.7×19 流速: 19ml/min	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
64	一次性使用静脉留置针	江西科伦医疗器械制造有限公司	广元市光华药业有限公司	生产批号:B1 批 20180110 生产日期:20180110	Y型 22G 0.9×25 流速: 30ml/min	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
65	一次性使用静脉留置针	江西三鑫医疗科技股份有限公司	成都阴氏骨科医院	生产批号:批 190422 Z1C 生产日期:20190422	Y型-03 24G×0.75” 0.7×19mm 20mL/min	蒲江县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
66	一次性使用静脉留置针	广东百合医疗科技股份有限公司	喜德县人民医院	生产批号: YD2-E170607E 生产日期:2017-06-07	0.90mm×25mm 22G×1” 32ml/min	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
67	一次性使用静脉留置针(II-A型)	苏州林华医疗器械股份有限公司	简阳市中医医院	生产批号:19053025 生产日期:20190523	24G×0.75IN 0.7×19mm 流速: 19ml/min	简阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
68	一次性使用静脉留置针(II-B型)	苏州林华医疗器械股份有限公司	四川壮力药业有限公司	生产批号:19030034 生产日期:20190316	26G×0.63IN 0.6×16mm 流速: 10ml/min	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
69	一次性使用静脉留置针(II-C型)	苏州林华医疗器械股份有限公司	盐边县人民医院	生产批号:19030366 生产日期:20190327	24G×0.75IN 0.7mm×19mm 流速: 19ml/min	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
70	一次性使用静脉留置针(II-C型)	苏州林华医疗器械股份有限公司	三台县中医骨科医院	生产批号:19030300 生产日期:20190315	24G×0.75IN 0.7×19mm 流速: 19ml/min	三台县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
71	一次性使用静脉留置针(II-C型)	苏州林华医疗器械股份有限公司	荣县妇幼保健院	生产批号:18060125 生产日期:20180611	22G×1.00IN 0.9×25mm 流速: 33ml/min	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
72	一次性使用静脉留置针(II-C型)	苏州林华医疗器械股份有限公司	三台县中医院	生产批号:18100328 生产日期:20181031	22G×1.00IN 0.9×25mm 流速: 33ml/min	三台县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
73	一次性使用静脉留置针(II-C型)	苏州林华医疗器械股份有限公司	甘孜藏族自治州人民医院	生产批号:18080233 生产日期:20180824	20G×1.16IN 1.1×30mm 流速: 50ml/min	甘孜藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
74	一次性使用静脉留置针(Y式)	河南驼人贝斯特医疗器械有限公司	青川县人民医院	生产批号:1903005 生产日期:2019年3月5日	24G 0.7mm×19mm 流速: 20mL/min	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
75	一次性使用静脉留置针(Y式)	河南驼人医疗器械集团有限公司	乐山老年病专科医院	生产批号:1902022 生产日期:2019年2月22日	24G 0.7mm×19mm 流速: 20ml/min	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
76	一次性使用静脉留置针(Y式)	河南驼人医疗器械集团有限公司	巴中市恩阳区中医医院	生产批号:1901029 生产日期:2019年1月29日	24G 0.7mm×19mm 流速: 20ml/min	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
77	一次性使用静脉留置针(Y式)	河南驼人医疗器械集团有限公司	巴中市妇幼保健院	生产批号:1901021 生产日期:2019年1月21日	22G 0.9mm×25mm 流速: 31ml/min	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
78	一次性使用静脉留置针(Y型)	江西三鑫医疗科技股份有限公司	广元博爱医院	生产批号:批 181206 生产日期:20181206	Y型-03 20G×1.16" 1.1×30mm 45mL/min	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
79	一次性使用静脉留置针(Y型)	江西三鑫医疗科技股份有限公司	广安福源医院	生产批号:批 181008 生产日期:20181008	Y型-03 24G×0.75" 0.7×19mm 20mL/min	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
80	一次性使用静脉留置针(Y型)	江西三鑫医疗科技股份有限公司	营山县人民医院	生产批号:批 180703 生产日期:20180703	Y型-03 22G×1.00" 0.9×25mm 31mL/min	营山县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
81	一次性使用静脉留置针(Y型)	江西三鑫医疗科技股份有限公司	攀枝花市仁和区人民医院	生产批号:批 181210 生产日期:20181210	Y型-01 24G×0.75" 0.7×19mm 20mL/min	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
82	一次性使用静脉留置针(Y型)	江西三鑫医疗科技股份有限公司	宜宾市南溪区新康医院	生产批号:批 180727 生产日期:20180727	Y型-03 24G×0.75" 0.7×19mm 20mL/min	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
83	一次性使用静脉留置针(Y型)	江西三鑫医疗科技股份有限公司	乐至亲和医院	生产批号:批 181113 生产日期:20181113	Y型-03 22G×1.00" 0.9×25mm 31mL/min	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
84	一次性使用静脉留置针(Y型)	江西三鑫医疗科技股份有限公司	泸州市江阳区丹林镇卫生院	生产批号:批 20190217A 生产日期:20190217	Y型-03 24G×0.75 0.7×19mm 20mL/min	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
85	一次性使用留置针	上海锦泽夏本医疗器械有限公司	广安市广安区人民医院	生产批号: 20180925 生产日期:20180930	FY 0.9×25mm (22G) 流速: 23 mL/min	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
86	一次性使用留置针	上海锦泽夏本医疗器械有限公司	西南医科大学附属医院	生产批号:20190225 生产日期:20190226	FY 0.7×19mm (24G) 流速: 15mL/min	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
一次性使用输液器(带针) 100批							
1	一次性使用输液器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	乐山老年病专科医院	生产批号:批 20190221 生产日期:2019-02-28	带针 0.7#	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	一次性使用输液器 带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	内江市东兴区高梁中心卫生院	生产批号:批 20180508 生产日期:20180508	S2D2S 0.7×25TWLB	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	一次性使用输液器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	隆昌市响石中心卫生院	生产批号:批 20181020 生产日期:20181020	B3-1 0.7mm	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	一次性使用输液器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	汶川县人民医院	生产批号:批 190301 生产日期:20190301	型号: Y103 规格: 0.7×25TWLB	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
5	一次性使用输液器 带针	江西益康医疗器械集团有限公司	南充市身心医院	生产批号:批 190301 生产日期:20190307	A3 0.9×26TWLB	营山县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	一次性使用输液器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	隆昌市山川中心卫生院	生产批号:批 20190327 生产日期:20190327	B3-1 0.7mm	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	一次性使用输液器 带针	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	四川省天瑄药业有限公司	生产批号:批 180306 生产日期:20180306 (单包装)	A-0.6×25 TWLB	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	一次性使用输液器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川省内江宇成医疗设备有限责任公司	生产批号:批 190111 生产日期:20190111	型号: Y103 规格: 0.6×25TWLB	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	一次性使用输液器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	富顺县人民医院	生产批号:批 20190305 生产日期:20190305	C1 b	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
10	一次性使用输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	荣县人民医院	生产批号:批 20181120 (单包装) 生产日期:20181120	C1b 输液针规格 0.7×25 TWLB	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	一次性使用输液器带针	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	广元泰和医药贸易有限公司	生产批号:批 181004 生产日期:20181004 (单包装)	TB-0.7×25 TW LB	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	遂宁市中心医院	生产批号:批 190315 生产日期:190315 (单包装)	IS-G 0.7×25TW-LB	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	射洪县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号:批 190301 生产日期:20190301	型号: Y103 规格: 0.7×25TW LB	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	一次性使用输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	攀枝花市轩迈商贸有限公司	生产批号:批 20190424 生产日期:20190424	C1bYT	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	攀枝花市第二人民医院	生产批号:批 190401 生产日期:20190401	型号: Y103 规格: 0.7×25TW LB	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
16	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川山峰医疗器械有限公司	生产批号:批 180511 生产日期:20180511	型号: Y103 规格: 0.55×20TWLB	绵阳市涪城区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	一次性使用输液器带针	河南曙光健士医疗器械集体股份有限公司	绵竹东风医院	生产批号:批 190321 生产日期:20190321 (单包装)	B-0.75×25TWLB	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	中江县中医医院	生产批号:批 181023 生产日期:181023 (单包装)	IS-G 0.7×25TW-LB	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川香山医药有限公司	生产批号:批 190121 生产日期:20190121	型号: Y103 规格: 0.7x25TWLB	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	一次性使用输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	绵阳市中心医院	生产批号:批 20190417 生产日期:20190417	C1b	绵阳市涪城区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	一次性使用输液器带针	湖南平安医械科技有限公司	四川宇航医疗器械有限公司	生产批号:批 20181112	A3 0.7×24 TWLB	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
22	一次性使用输液器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	雅安市中医医院	生产批号:批 190321 生产日期:20190321	型号: Y94 规格: 0.7×25TW LB	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	一次性使用输液器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	宜宾福仁药业有限责任公司	生产批号:批 190121 生产日期:190121 (单包装)	IS-G 0.7×25TW-LB	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	一次性使用输液器 带针	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	泸州市江阳区丹林镇卫生院	生产批号:批 181015 生产日期:20181015 (单包装)	A-0.55×19 RW LB	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	一次性使用输液器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	泸州市中医医院	生产批号:批 190401 生产日期:20190401	型号: Y76 规格: 0.7×25 TWLB	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	一次性使用输液器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	泸州市人民医院	生产批号:批 190416 生产日期:20190416	型号: Y93 规格: 0.7×25 TWLB	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	一次性使用输液器 带针	莲花医疗用品有限公司	雅安河北医院	生产批号:190222 (单包装) 生产日期:20190222 (单包装)	A1 0.7×25	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
28	一次性使用输液器 带针	四川康宁医用器材有限公司	喜德县妇幼保健计划生育服务中心(喜德县妇幼保健院)	生产批号:批 180917 生产日期:20180917	B3X0.7×25TWSB	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	一次性使用输液器 带针	四川康宁医用器材有限公司	广安市广安区人民医院	生产批号:批 190304 生产日期:20190304	BлX0.7×25TWSB	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	一次性使用输液器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	达州新天泰药业集团有限公司	生产批号:批 190119 生产日期:190119(见单包装)	IS-G1 0.6×25TW-LB	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	一次性使用输液器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	大竹县人民医院	生产批号:批 20180905(单包装) 生产日期:20180905	C1bYT 输液针规格: 0.7×25TWLB	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
32	一次性使用输液器 带针	河南曙光健士医疗器械集团有限公司	邻水县人民医院	生产批号:批 181230 生产日期:20181230(单包装)	Y-0.55×19RWLB	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	一次性使用输液器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	达县新桥医院	生产批号:批 190401 生产日期:20190401	型号: Y103 规格: 0.7×25 TWLB	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
34	一次性使用输液器带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	乐山鲍氏医疗投资有限公司乐山嘉定医院	生产批号:批 20180917D1 生产日期:20180917	S2D2SO.7×25TWLB	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	一次性使用输液器带针	四川康宁医用器材有限公司	四川康宁医用器材有限公司	生产批号:批 190220 生产日期:20190220	BлX0.7×25TWSB	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	一次性使用输液器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	丹棱南苑中医医院	生产批号:批 20190327 生产日期:20190327	B3-1 0.7mm	丹棱县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	彭山新城医院	生产批号:批 190506 生产日期:20190506	Y103 0.7×25 TW LB	眉山市彭山区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川壮力药业有限公司	生产批号:批 190401 生产日期:20190401	型号: Y103 规格: 0.55×20 TW LB	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	巴中市恩阳区中医医院	生产批号:批 190321 生产日期:20190321	型号: Y94 规格: 0.7×25 TW LB	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
40	一次性使用输液器带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	岳池县人民医院	生产批号: 批 20181213D1 生产日期:20181213	S2D2S0.7×25TWLB	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	金堂县中医医院	生产批号:批 190611 生产日期:20190611	型号: Y76 规格: 0.7×25 TWLB	金堂县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	一次性使用输液器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	金堂县第一人民医院	生产批号:批 20190523 生产日期:20190523	B3-1 0.7mm	金堂县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	彭州市中医医院	生产批号:批 190506 生产日期:20190506	型号: Y76 规格: 0.7×25 TW LB	彭州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
44	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	邛崃市医疗中心医院	生产批号:批 190516 生产日期:20190516	型号: Y103 规格: 0.7×25TWLB	邛崃市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号:批 190716 生产日期:20190716	型号: Y75 规格: 0.8×28 TW LB	新津县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
46	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	阆中骨科医院	生产批号:批 180714 生产日期:080714 (单包装)	IS-G1 0.6×25TW-LB	阆中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	一次性使用输液器带针	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	阆中市七里社区卫生服务中心	生产批号:批 180722 生产日期:20180722 (单包装)	A-0.55×19 RW LB	阆中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	彭州市人民医院	生产批号:批 190616 生产日期:20190616	型号: Y76 规格: 0.7×25 TWLB	彭州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	崇州市人民医院	生产批号:批 190417 生产日期:190417 (单包装)	IS-G1 0.7×25TW-LB	崇州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
50	一次性使用输液器带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	四川新世纪医用高分子制品有限公司	生产批号:20190325 1	型号: H 静脉输液针规格: 0.7×25TW SB	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	攀枝花煤业(集团)有限责任公司总医院	生产批号:批 180306 生产日期:20180306	型号: Y103 规格: 0.7×25TW LB	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
52	一次性使用输液器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	大英县中医医院	生产批号:批 190401 生产日期:20190401	型号: Y103 规格: 0.7×25TW LB	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	一次性使用输液器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	四川普瑞斯生物科技有限公司	生产批号:批 190123 生产日期:190123 (单包装)	IS-G 0.55×20RW-LB	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	一次性使用输液器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	阿坝藏族羌族自治州人民医院	生产批号:批 190511 生产日期:20190511	型号: Y103 规格: 0.7×25TWLB	阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	一次性使用输液器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川鑫广源医疗器械有限公司	生产批号:批 181016 生产日期:20181016	型号: Y103 规格: 0.7×25 TW LB	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
56	一次性使用输液器 带针	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	达州市远圣药业有限责任公司	生产批号:批 190318 生产日期:20190318(见单包装)	A-0.6×25TWLB	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	一次性使用输液器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	乐至县石湍镇中心卫生院	生产批号:批 190117 生产日期:190117 (单包装)	IS-G1 0.7×25TW-LB	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
58	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	资阳市人民医院	生产批号:批 190401 生产日期:20190401	型号: Y103 规格: 0.7×25TWLB	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	一次性使用输液器带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	国药集团四川遂宁市医疗器械有限公司	生产批号:20190325 1	型号: H 静脉输液针 规格: 0.7×25TW SB	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	眉山市彭山区人民医院(眉山市第三人民医院)	生产批号:批 190401 生产日期:20190401	型号: Y103 规格: 0.7×25 TW LB	眉山市彭山区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
61	一次性使用输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	巴中市中心医院	生产批号:批 20190416 生产日期:20190416	C1b 0.7×25TWLB	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
62	一次性使用输液器带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	四川新世纪医用高分子制品有限公司	生产批号:20190527 5	型号: H 静脉输液针规格: 0.55×20	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
63	一次性使用输液器带针	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	巴中市妇幼保健院	生产批号:批 190131 生产日期:20190131 (单包装)	A-0.7×25TW LB	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
64	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	广安福源医院	生产批号:批 181121 生产日期:20181121	Y103 0.7×25TWLB	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
65	一次性使用输液器带针	四川双陆医疗器械有限公司	盐边县人民医院	生产批号:20180811 生产日期:20180811	C1b	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
66	一次性使用输液器带针	四川康宁医用器材有限公司	广元市第三人民医院	生产批号:批 190410 生产日期:20190410	BлX 0.7×25 TWSB	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
67	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	眉山市彭山区彭溪镇卫生院	生产批号:批 190213 生产日期:190213 (单包装)	IS-G1 0.7×25TW-LB	眉山市彭山区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
68	一次性使用输液器带针	河南曙光健士医疗器械集团有限公司	四川安岳贝尔康医药有限公司	生产批号:批 190403 生产日期:20190403 (单包装)	A-0.6×25 TW LB	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
69	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	夹江县人民医院	生产批号:批 190401 生产日期:20190401	型号: Y76 规格: 0.7×25 TW LB	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
70	一次性使用输液器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	平昌县人民医院	生产批号:批 190212 生产日期:190212 (单包装)	I S-G 0.7×25TW-LB	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
71	一次性使用输液器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	荣县妇幼保健院	生产批号:批 190111 生产日期:20190111	型号: Y84 规格: 0.7×25TWLB	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
72	一次性使用输液器 带针	四川康宁医用器材有限公司	四川绵阳科伦医药贸易有限公司	生产批号:批 190305 生产日期:20190305	BлX 0.6×25TWSB	绵阳市涪城区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
73	一次性使用输液器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	华蓥市人民医院	生产批号:批 190326 生产日期:20190326	型号: Y103 规格: 0.7×25TWLB	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
74	一次性使用输液器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	西南医科大学附属医院中医医院	生产批号:批 190426 生产日期:20190426	型号: Y94 规格: 0.7×25 TWLB	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
75	一次性使用输液器 带针	四川康宁医用器材有限公司	宁南县人民医院	生产批号:批 190313 生产日期:20190313	BлX0.7×25TWSB	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
76	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	兴文县人民医院	生产批号:批 180906 生产日期:20180906	型号: Y94 规格: 0.7×25TWLB	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
77	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	攀枝花市海恩医疗器械有限公司	生产批号:批 190110 生产日期:190110 (单包装)	IS-G1 0.7×25TW-LB	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
78	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川省富顺中兴药业有限公司	生产批号:批 190301 生产日期:20190301	型号: Y103 规格: 0.7×25TWLB	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
79	一次性使用输液器带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	泸州九龙泌尿专科医院有限公司	生产批号:批 20181226 生产日期:20181226	B3-1 0.7mm	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
80	一次性使用输液器带针	四川康宁医用器材有限公司	遂宁市船山区妇幼保健院	生产批号:批 190408 生产日期:20190408	BлX0.7×25TWSB	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
81	一次性使用输液器带针	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	绵阳同安医疗器械有限公司	生产批号:批 190120 生产日期:20190120 (单包装)	A-0.7×25 TW LB	绵阳市涪城区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
82	一次性使用输液器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	雅安仁康医院	生产批号:批 190417 生产日期:190417 (单包装)	IS-G1 0.7×25TW-LB	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
83	一次性使用输液器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	丹棱县人民医院	生产批号:批 20190410 生产日期:20190410	C1 输液针规格: 0.7×25 TW LB	丹棱县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
84	一次性使用输液器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	德阳市旌阳区中医院	生产批号:批 20181205 (单包装) 生产日期:20181205	C1bYT 输液规格 0.75×25TWLB	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
85	一次性使用输液器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	邛崃市医疗中心医院	生产批号:批 190526 生产日期:20190526	型号: Y103 规格: 0.7×25TWLB	邛崃市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
86	一次性使用输液器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号:批 190721 生产日期:20190721	型号: Y81 规格: 0.7×25 TW LB	新津县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
87	一次性使用输液器 带针	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司	四川省铭杰药业有限公司	生产批号:批 190321 生产日期:20190321 (单包装)	A-0.7×25TWLB	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
88	一次性使用输液器带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	达州骨科医院有限公司	生产批号:批 20181218D1 生产日期:20181218	S2D2S 0.7×25TWLB	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
89	一次性使用输液器带针	四川康宁医用器材有限公司	仪陇县妇幼保健院	生产批号:批 190429 生产日期:20190429	ВлX0.7×25TWSB	仪陇县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
90	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号:批 190716 生产日期:20190716	型号: Y75 规格: 0.8×28TW LB	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
91	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号:批 190611 生产日期:20190611	型号: Y103 规格: 0.6×25TW LB	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
92	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	仪陇县第二人民医院	生产批号:批 190216 生产日期:20190216	型号: Y103 规格: 0.7×25TW LB	仪陇县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
93	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	雅安市人民医院	生产批号:批 190401 生产日期:20190401	型号: Y76 规格: 0.7×25TW LB	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
94	一次性使用输液器带针	圣光医用制品股份有限公司	绵阳市万康医疗器械有限责任公司	生产批号:批 190105	A1 0.7×25 TWLB	绵阳市涪城区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
95	一次性使用输液器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	雅安职业技术学院附属医院	生产批号:批 180321 生产日期:20180321	型号: Y85 规格: 55×20TW LB	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
96	一次性使用输液器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	自贡市光华医疗器械有限公司	生产批号:批 190301 生产日期:190301 (单包装)	I S-G 0.7×25TW-LB	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
97	一次性使用输液器带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	四川省广汉市医药开发有限公司	生产批号:20190408 7	型号: H 静脉输液针规格: 0.7×25TW SB	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
98	一次性使用输液器带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	广元协和医院	生产批号: 批 20190225D1 生产日期:20190225	S4D2S 0.7×25TWLB	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
99	一次性使用多穿刺器式输液器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	凉山彝族自治州第二人民医院	生产批号:批 20190401 生产日期:2019-04-04	进气式 0.7mm	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
100	一次性使用多穿刺器式输液器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	崇州市人民医院	生产批号:批 20190521 生产日期:2019-05-29	进气式 0.7mm	崇州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
医用电气设备 (202 批)							
1	制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	资阳市康路医疗器械经营部	生产日期:2019/02/18 出厂编号:190200568 (产品编号)	9F-3	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	低频治疗仪	深圳市攀高电子有限公司	乐至县双树医疗器械有限公司	生产批号: LOT-201804091(外包装上) 生产日期: 2018-04-24 (外包装上) 出厂编号: SN-1804071839(外包装上)	PG-2602A	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	小型医用制氧机	合肥雅美娜环境医疗设备有限公司	遂宁市康民君乐医疗器械有限公司	生产批号: 20190500704 /X(批号/产品编号) 生产日期:20190506 出厂编号: 20190500704 /X(批号/产品编号)	ZY-3FW	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
4	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	自贡市宏达医疗器械有限公司	生产日期:2018.09.07 出厂编号: 81809004031 (产品编号)	TDP-T1	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	医用分子筛制氧机	江苏巨贸医疗设备有限公司	四川易知康贸易有限公司	生产批号:20180811(外包装上) 生产日期:2018.08.11 (外包装上) 出厂编号: 18HDY310200Y (外包装上)	JMC3A Ni	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	自流井区康源医疗器械经营部	生产日期:2019-02 出厂编号: D002R192002360 (SN)	SDZ-II	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	特定电磁波治疗器	重庆雨逸科技有限公司	荣县晓林医疗器械有限责任公司	生产日期:2018/08/09 出厂编号:1808090072 (产品编号)	L-13A	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	红外线体温计	深圳市百乐富电子科技有限公司 (外包装上)	荣县旭阳镇惠康医疗器械经营部	生产批号:BSC17K13A (L OT) 生产日期:2017-11 (外包装上)	IT-121	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	红外体温计	深圳市爱立康医疗股份有限公司	四川华芝药业有限公司	生产批号:17G40 (生产批号) 生产日期:20170822	AET-R101	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
10	特定电磁波治疗器	重庆蜀轩医疗器械有限公司	自流井区康源医疗器械经营部	生产日期:2018.08 (出厂日期) 出厂编号:2018080185	CQX-20T	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	中频激光综合治疗仪	广州市祥友医疗器械科技有限公司	安岳县你永健医疗器械经营部	生产日期:2017.09.07 (制造日期) 出厂编号:0801301 (机身编码)	XY-802	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	红外线治疗器	重庆雨逸科技有限公司	安岳县好孝心医疗器械经营部	生产日期:2018/01/24 出厂编号: 180124230 (产品编号)	T-01	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	经穴治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	四川鑫广源医疗器械有限公司	生产日期:2018.06.13 出厂编号: 21806002190	HM6805-II-5	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	红外体温计	东莞市兴洲电子科技有限公司	四川一心堂医药连锁有限公司资阳娇子大道店	生产批号:20170703 (生产批号) (外包装上) 生产日期:2017年07月11日 (外包装上) 出厂编号:样品1: 2017070101718 (SN) 样品2: 2017070100074 (SN)	HW-1	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
15	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	广汉市吉昌药业连锁有限公司二分店	生产日期:2018.03 出厂编号:028599	CQ-10	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	四川美迪康医疗器械有限公司	生产日期:2019.02.20 出厂编号:015956	CQ-29P	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	电脑中频治疗仪	北京奔奥新技术有限公司	四川康普乐医疗器械有限公司	生产日期:2018年9月 出厂编号:180914080	BA2008- I	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	低频脉冲治疗仪	青岛鑫升实业有限公司	雅安市雨城区怡达医疗器械总汇	生产日期:2019/03/29 出厂编号:121903055 (编号)	G6805-I 型	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	广元市保利康医疗器械有限公司	生产日期:2019-03 出厂编号: D002R193006143 (SN)	SDZ-II	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	特定电磁波谱治疗器	重庆长乐硅酸盐有限责任公司	绵阳市万康医疗器械有限责任公司	生产日期:2019/01/24 出厂编号: 19012408332 (产品编号)	CQG-10A	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
21	低中频脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司临江路分店	生产日期:2018-08-14 出厂编号: M18060017-001-0477 (序列号)	HYS-3500	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	广元市广康医疗器械经营部	生产日期:2019-02-22 出厂编号: T19010003-001-0047 (序列号)	HYS-339	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	乐至县乐益保健用品店	生产日期:2018.11.11 出厂编号:139110	CQ-10	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	电针治疗仪	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	资阳市蜀康药品有限责任公司	生产日期:2018年10月15日 出厂编号: 18100098073 (产品编号)	XYD-I	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	红外线治疗仪	重庆市国人医疗器械有限公司	绵阳子安医疗器械有限公司	生产日期:2018.12.20 出厂编号: 1812200030053	HW-T-1	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川山峰医疗器械有限公司	生产日期:2019/03/08 出厂编号:190300083 (产品编号)	7F-3DW	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
27	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	盐亭本草堂药业有限公司	生产日期:2019.03.26 出厂编号: 31903043157 (产品编号)	TDP-L3	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	特定电磁波治疗器	重庆华伦医疗器械有限公司	四川杏林医药连锁有限责任公司 德阳市泰山北路药店	生产批号:1903015 (批号) 生产日期:2019年03月06日 出厂编号:1190297 (编号)	CQJ-16B	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	特定电磁波治疗器	重庆市国人医疗器械有限公司	德阳大中太极大药房连锁有限公司 连锁25店	生产日期:2018.12.04 出厂编号: 1812042003695	TDP-T-I-1	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	绵阳市涪城区康怡医疗器械经营部	生产日期:2017-04 出厂编号: D002R174017674 (SN)	SDZ-II型	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	特定电磁波治疗器	重庆市国人医疗器械有限公司	四川天诚药业股份有限公司	生产日期:2018.11.03 出厂编号:1811032006804	TDP-T-I-1	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
32	特定电磁波治疗器	重庆博之翰科技有限公司	四川一百年医疗器械有限公司 广元分公司	生产日期:2018.11 出厂编号:18110313 (生产编号)	OH-TJ	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
33	特定电磁波治疗器	重庆雨逸科技有限公司	广元市广康医疗器械经营部	生产批号: 生产日期:2018/11/06 出厂编号:1811060760(产品编号)	T-11A	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	红外线治疗仪	重庆市康牌医疗器械有限公司	广元市锦康商贸有限公司	生产批号:160702(生产批号) 生产日期:2016年07月06日 出厂编号:616029	KHT-1	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	特定电磁波治疗器	重庆市国人医疗器械有限公司	四川恒瑞医疗器械有限公司	生产日期:2019.03.13 出厂编号: 1903132216104	TDP-L-I-4	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	红外线治疗仪	重庆惹青医疗器械有限公司	广元市兴器医疗器械经营部	生产批号: 生产日期:2018年1月29日 出厂编号: YQ1801297035(产品编号)	KHL-2	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	雅安市雨城区怡达医疗器械总汇	生产日期:2019-01 出厂编号: D002R191004211(SN)	SDZ-II	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
38	经穴治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	雅安市雨城区康健医疗器械销售部	生产日期:2017.08.18 出厂编号: 11708001129	HM6805-I-5	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	低中频脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	雅安市雨城区康健医疗器械销售部	生产批号: CUM17030008 生产日期:2017.05.12 出厂编号:A00729	HYS-3200	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	红外线治疗器	重庆长乐硅酸盐有限责任公司	雅安市雨城区康健医疗器械销售部	生产日期:2019/03/08 出厂编号: 19030803897 (产品编号)	T-100A	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	多参数监护仪	深圳市施博瑞科技实业有限公司	四川中邦医用设备有限公司	生产日期:2019/5/6 出厂编号: 1905060434-6P (仪器编号)	SPR9000A	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	红外线治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	四川中邦医用设备有限公司	生产日期:2018.12.04 出厂编号: 61812001119	HM/HW-L1	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	泸州凡字医疗器械有限公司	生产日期:2017-06 出厂编号: D002R176049668 (SN)	SDZ-II	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
44	高电位治疗机	上海冠瑞医用电子有限公司	绵阳市涪城区冠瑞医疗器械经营部	生产日期:2019-03 出厂编号:0360909001	GR-GDW-09C	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	特定电磁波治疗器	重庆市国人医疗器械有限公司	四川恒悦医疗器械有限公司	生产批号: 生产日期:2018.11.01 出厂编号: 1811015301481	TDP-L-I-3	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	泸州市东升大药房连锁有限公司第五直营店	生产日期:2016.08 出厂编号:084893	CQ-10	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	四川华太药业有限公司合江县明珠花园店	生产日期:2018/03/08 出厂编号: M17110002-018-0036 (序列号)	HYS-339	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	医用分子筛制氧机	北京神鹿医疗器械有限公司	四川医源医疗器械有限公司	生产日期:2019年05月16日 出厂编号: 0193E0515086 (产品编号)	SL-3E-310	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	四川全泰堂恒达医疗器械有限公司	生产日期:2018-07 出厂编号:SN D003X18700 0755 (产品编号)	SDZ-III	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
50	红外线治疗器	重庆长乐硅酸盐有限责任公司	遂宁市美康阜医疗器械有限公司	生产日期:2019/03/08 出厂编号: 19030803898 (产品编号)	T-100A	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	医用制氧机	佛山市顺德区键合电子有限公司	四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司	生产批号:A03799A04 (生产批号) 生产日期:2018.12.25 出厂编号: A03799A04066 (产品编号)	K5B-3	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	攀枝花宏吉昌商贸有限公司	生产日期:2019.02.18 出厂编号: 31902006217 (产品编号)	TDP-L3	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	攀枝花宏吉昌商贸有限公司	生产日期:2017-06 出厂编号: D002R176043986 (SN)	SDZ-II	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	红外线治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司中心店	生产批号: CUM17060007 (生产批号) 生产日期:2017.08.25 出厂编号:A080091 (序列号)	HYS-H130	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
55	红外耳式体温计	昆山热映光电有限公司	攀枝花市敬仁堂医药连锁有限责任公司	生产批号:PC728A012(生产批号)(外包装上) 生产日期:2017年07月12日(外包装上) 出厂编号:样品1:E707C025690(SN) 样品2:E707C025683(SN)	TH859S	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
56	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	四川洪辉医疗器械有限公司	生产日期:2017-05 出厂编号: D002R175018626(SN)	SDZ-II型	眉山市东坡区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	耳腔式医用红外体温计	温州友尚医疗科技有限公司	四川洪辉医疗器械有限公司	生产批号:CEMS03(生产批号)(外包装上) 生产日期:20190506(外包装上) 出厂编号:样品1:CEMS0300433(LOT) 样品2:CEMS03 00417(LOT)	YI-100A	眉山市东坡区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	四川杏林医药连锁有限责任公司 隆昌市康复中路药店	生产日期: 2018.06.24(铭牌上) 出厂编号:098892 B	CQ-29P	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	特定电磁波治疗器	重庆益鸟医疗器械有限公司	西昌安可医疗器械有限责任公司	生产日期:2015.06(出厂日期) 出厂编号:YN1506028	YN-18	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
60	制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	凉山州康源医疗器械有限责任公司	生产批号:1811(批号)(外包装上) 生产日期:2018/11/15(检验/生产日期)(铭牌上) 2018/11(外包装上) 出厂编号:181101307(器号)(外包装上)、181101307(产品编号)(铭牌上)	7F-3DW	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
61	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	四川省德盛堂健康器械连锁有限公司翠屏区文星街店	生产日期:2018-08-02 出厂编号: M18070010-015-0018(序列号)	HYS-339	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
62	9F系列制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川博源药业有限公司	生产日期:2017/03/31 出厂编号:170303752(产品编号)	9F-3	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
63	医用分子筛制氧机	江苏江航医疗设备有限公司	内江市康惠多大药房有限公司五星路店	生产日期:2017.10.21 出厂编号:1710210010(产品编号)	ZH-A36	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
64	小型医用制氧机	黄山市雅适医疗器械有限公司	威远鑫天瑄大药房有限公司	生产批号:20180303(生产批号) 生产日期:20180303 出厂编号:2018033120(产品编号)	YS-300	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
65	红外线体温计	东莞市福达康实业有限公司	四川圣杰药业有限公司内江市东兴区万达广场店	生产批号:1806(生产批号)(外包装上) 生产日期:20180605(外包装上)	FT-F11	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
66	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	凉山佳能达医药贸易有限责任公司	生产日期:2017-06 出厂编号: D002R176046780(SN)	SDZ-II	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
67	中频电疗仪	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	西昌瑞思迈贸易有限公司	生产日期:2018年05月 出厂编号:18050703(出厂序号)	ZP-100D I D	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
68	特定电磁波治疗器	重庆中芝医用仪器有限公司	西昌瑞思迈贸易有限公司	生产日期:2019-3-6 出厂编号: 190305F27(产品编号)	CQ-BS8	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
69	低频治疗仪	成都东方人健康产业有限责任公司	凉山州光华医疗器械有限责任公司	生产批号:20161216(外包装上)(产品批号) 生产日期: 2016.12.16(外包装上) 出厂编号:160901	DFR/DZ-1	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
70	红外线治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	凉山川西南零售连锁药业有限公司	生产日期:2019.04.02 出厂编号:0014498H	CQ-61	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
71	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	四川省巴中市康庆医疗器械有限公司	生产日期:2018-09-15 出厂编号: M18080001-028-0036 (序列号)	HYS-339	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
72	经穴治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	通江县中医医院	生产日期:2017.12.06 出厂编号: 21712006175	HM6805-II-5	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
73	红外线体温计	东莞市振海电子科技有限公司	四川省儒龙医药有限公司	生产批号:18AC (批号) (外包装上) 生产日期:2018/11/2 (外包装上) 出厂编号:样品 1: 18ACB20081 (SN) 样品 2: 18ACB20079 (SN)	HTD8818C	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
74	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	四川速睿贸易有限公司	生产日期:2017-05 出厂编号: D002R175023122 (SN)	SDZ-II 型	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
75	中频治疗仪	廊坊市天月医疗器械有限公司	四川速睿贸易有限公司	生产日期:181107 出厂编号: Z18221793 (产品编号)	ZM-C-IA	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
76	制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	井研县益康医疗器械有限公司	生产日期:2018/03/25 出厂编号:180304953 (产品编号)	7F-3BW	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
77	中频激光综合治疗仪	广州市祥友医疗器械科技有限公司	乐山众康医疗器械有限公司	生产日期:2018.01.03 (制造日期) 出厂编号:XY886004 (机身编码)	XY-805	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
78	红外线治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	乐山市凯安医疗器械有限公司	生产日期:2019.05.24/02 批 出厂编号:002494 8K	CQ-61	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
79	医用分子筛制氧/雾化机	仁新节能环保设备(上海)有限公司	乐山市健步医疗器械有限责任公司	生产批号:20190301 (生产批号)(外包装上) 生产日期:2019-3-14 (外包装上) 出厂编号: 321903000183 (产品编号)(外包装上)	LP-3L-Y	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
80	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	平昌县人民医院	生产日期:2048.06.24 (铭牌上) 出厂编号:066997	CQ-29P	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
81	医用分子筛制氧机	保定迈卓医疗器械有限公司	四川一百年医疗器械有限公司巴中祝甯康分公司	生产批号:MZ2019-32 (产品批号) 生产日期:2019-03-11 出厂编号:MZJ3S 40683 (产品编号)	JAY-3AW	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
82	低中频电子脉冲治疗仪	深证市好一生电子科技有限公司	四川齐隆医疗器械有限公司	生产日期:2018/07/20 出厂编号: M18060013-023-0017 (序列号)	HYS-339	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
83	红外线治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	广安正和祥药业连锁有限公司	生产日期:2018.06.07 出厂编号: 81806001175	HM/HW-T1	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
84	经穴治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	四川齐隆医疗器械有限公司	生产日期: 2018.03.01 出厂编号: 11803001052	HM6805- I -5	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
85	干式荧光免疫分析仪	广州科方生物技术股份有限公司	广安永城医疗器械有限责任公司	生产日期:2018.07.09 出厂编号: MA-I10118060145 (仪器编号)	MA-I	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
86	小型医用制氧机	黄山市雅适医疗器械有限公司	宜宾天天康大药房零售连锁有限责任公司文星街二店	生产日期:20170622 出厂编号:2017062302 (产品编号)	YS-300	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
87	红外线治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	宜宾市腾翔医疗器械有限公司	生产日期:2019.03.05 出厂编号: 61903004009 (产品编号)	HM/HW-L1	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
88	红外体温计	东莞市兴洲电子科技有限公司	泸州本草堂医药有限公司	生产批号:20190204 序列号028(生产批号)(外包装上) 生产日期:2019-02 (铭牌上)、2019年02月(外包装上) 出厂编号:样品 1: 1902EA10003 (SN)、 样品 2: 1902EA10063 (SN)	HW-1	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
89	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	四川省内江宇成医疗设备有限责任公司	生产日期:2019.04.03 出厂编号: 81904003201 (产品编号)	TDP-T1	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
90	特定电磁波治疗器	重庆雨逸科技有限公司	国药广安医疗器械有限公司	生产日期:2018/09/10 出厂编号:1809100170 (产品编号)	L-23A	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
91	制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川得弘医疗器械物流有限公司	生产日期:2018/12/12 出厂编号:181200624 (产品编号)	9F-3BW	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
92	特定电磁波治疗仪	重庆市国人医疗器械有限公司	马尔康市医药公司	生产日期:2018.11.16 出厂编号: 1811165331863	TDP-L-I-5	阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
93	病人监护仪	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	阿坝藏族羌族自治州人民医院	生产日期:2018-12 出厂编号: EV-8C041791 (SN)	iMEC12	阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
94	红外线治疗仪	重庆华伦弘力实业有限公司	茂县葆芝林药房	生产批号:1902003 (批号) 生产日期:2019年02月14日 出厂编号:2190074 (编号)	HLH-2	阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
95	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	四川一心堂医药连锁有限公司筠连筠州北路店	生产日期:2018.11.06 出厂编号:81811011084 (产品编号)	TDP-T1A	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
96	中频电疗仪	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	渠县华邦医疗器械有限公司	生产日期:2018年03月 出厂编号:18030239 (出厂序号)	ZP-100C II A	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
97	特定电磁波治疗器	重庆雨逸科技有限公司	渠县振波医疗器械有限公司	生产日期:2019/01/04 出厂编号:1901040297 (产品编号)	L-23A	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
98	红外线治疗器	重庆雨逸科技有限公司	渠县振波医疗器械有限公司	生产日期:2017/11/23 出厂编号:171123471 (产品编号)	T-01	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
99	经穴治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	达州市建华医疗器械有限公司	生产日期:2019.03.07 出厂编号: 11903003129 (产品编号)	HM6805- I -5	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
100	医用制氧机	江苏富林医疗设备有限公司	达州市宇泰医疗器械有限公司	生产日期:20190226 出厂编号:010950142 (产品编号)	Y007-3W	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
101	医用红外体温计	温州友尚医疗科技有限公司	宜宾仁康医疗器械有限公司	生产批号:CEMS04 (生产批号) (外包装上) 生产日期:20190506 (外包装上) 出厂编号:样品 1: CEMS04 00104 (LOT) 样品 2: CEMS04 00162 (LOT)	YI 100	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
102	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	四川省德盛堂健康器械连锁有限公司翠屏区刘臣街店	生产日期:2017-03 出厂编号: D002R173008392 (SN)	SDZ- II 型	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
103	TDP 特定电磁波治疗器	重庆鑫亿医疗器械有限公司	宜宾天天康大药房零售连锁有限责任公司江北旧州路店	生产日期:20161011 (合格证上) 出厂编号: 20161011316D	TDP-XY-8X	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
104	制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	长宁县蜀胜医疗器械有限责任公司	生产日期:2017/12/20 出厂编号:171200852 (产品编号)	7F-3EW	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
105	高电位治疗仪	广州南都电子科技有限公司	南充和美医疗器械有限公司	生产日期:2019年4月17日 (机身底部) 出厂编号: ND02B6300190400066 (机身上)	ND-1000B	西充县市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
106	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	甘孜藏族自治州人民医院	生产日期:201412 (检验/出厂日期) (产品合格证上)	SDZ-II 型	甘孜藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
107	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	南充双盛医疗器械有限公司	生产日期:2018-09-15 出厂编号: M18080001-047-0017 (序列号)	HYS-339	南充市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
108	荧光免疫定量分析仪	深圳市锦瑞生物科技有限公司	四川盛欣医疗器械有限公司	生产日期:20190402 出厂编号: 1800402191345 (SN)	FA50	南充市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
109	小型医用制氧机	合肥康居人智能科技有限公司	康定市龙一大药房康巴同泰六店	生产批号:20180518 (批号) 生产日期:20180518 出厂编号: 20180518150 (编号)	KJR-Y21	甘孜藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
110	手术显微镜	成都科奥达光电技术有限公司	成都科奥达光电技术有限公司	生产日期:2019 07 28 出厂编号:21001338	ASOM-510	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
111	超声治疗仪	深圳市德迈科技有限公司	四川靖林医疗器械有限公司	生产日期:2016.06.22 出厂编号:7160600064 (制造编号)	DM-200B	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
112	特定电磁波 (TDP) 治疗器	重庆市康牌医疗器械有限公司	南充泰润医疗器械有限公司	生产批号:170520 (生产批号) 生产日期:2017年05月26日 出厂编号:217004	KLJ-1	南充市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
113	制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	成都铸盛医疗器械有限公司	生产日期:2017/09/12 出厂编号:170900185 (产品编号)	9F-3	成都市金牛区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
114	数码中频治疗仪	陕西嘉盛科技开发有限公司	成都市惠诚医疗器械有限公司	生产日期:2017.6.03 出厂编号:000463 (出产编号)	JF-AI 型	成都市金牛区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
115	红外体温计	深圳市爱立康医疗股份有限公司	成都岚湖医疗器械有限公司	生产批号:19D15 (生产批号) 生产日期:20190420	AET-R101	成都市金牛区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
116	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	成都煜华医疗器械有限公司	生产日期:2019-04-15 出厂编号: M18100002-016-0011 (序列号)	HYS-339	成都市青羊区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
117	电子针灸治疗仪	无锡佳健医疗器械股份有限公司	成都联利达医疗器材有限公司	生产日期:2018-11 出厂编号:1803734D (产品编号)	CMNS6-1 型	成都市青羊区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
118	经皮神经电刺激仪	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	生产日期:2019年05月 出厂编号:19050008 (出厂序号)	QL/T-II A	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
119	红外线治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	四川恒明科技开发有限公司	生产日期:2019.06.03 出厂编号: 61906001012 (产品编号)	HM/HW-L1	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
120	经穴治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	南充锦盛康医疗器械有限公司	生产日期:2017.04.16 出厂编号: 31704001001	HM6805-III-6	南充市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
121	电脑中频经络通治疗仪 (商品名: 数码多功能治疗仪)	广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司	四川大地长合医疗器械有限公司	生产日期:2018年08月07日(制造日期) 出厂编号:01841960(本机编号)	QX2001-AII型	南充市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
122	红外线体温计	东莞市福达实业有限公司	南充得复康医疗器械有限公司	生产批号:1711(生产批号)(外包装上) 生产日期:20171117(外包装上)	FT-F11	南充市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
123	智能电刺激仪	四川省智能电子实业有限公司	四川省智能电子实业有限公司	生产日期:2019年08月01日(外包装上) 出厂编号:105502(产品编号)(外包装上)	IS300型(外包装上)	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
124	特定电磁波治疗器	重庆华伦医疗器械有限公司	成都力健生大药房有限责任公司	生产批号:1901061 生产日期:2019年01月29日 出厂编号:1190248(编号)	CQJ-16B	成都市武侯区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
125	神经射频治疗仪	四川锦江电子科技有限公司	四川锦江电子科技有限公司	生产日期:2019年07月 出厂编号:NR190601	VATION-50N	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
126	医用制氧机	四川大爱科技有限公司	康定市同康大药房	生产日期:2016年6月(出厂日期) 出厂编号:16067010	DZ-3W	甘孜藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
127	半自动尿液分析仪	成都恩普生医疗科技有限公司	成都恩普生医疗科技有限公司	生产日期:2019年07月26日 出厂编号: 701168656UB	Ui	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
128	半自动尿液分析仪	成都恩普生医疗科技有限公司	成都恩普生医疗科技有限公司	生产日期:2019年07月26日 出厂编号: 701167895UT	Ui-pro	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
129	非接触式红外体温计	广州市倍尔康医疗器械有限公司	成都九鼎药房连锁有限责任公司高新区(紫竹中街药店)	生产日期:2018.10.12(外包装上) 出厂编号:样品 1: C00181077481(S/N)、 样品 2: C00181077486(S/N)	JXB-182	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
130	红外线治疗器	重庆华伦弘力实业有限公司	成都维特大药房有限公司高新区紫荆东路药店	生产批号:1902005(批号) 生产日期:2019年02月18日 出厂编号:1190183(编号)	HLH-1	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
131	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	四川省德盛堂健康器械连锁有限公司自贡欧姆龙专卖店	生产日期:2018-09-15 出厂编号: M18080001-016-0010(序列号)	HYS-339	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
132	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	成都新世纪川康大药房连锁有限公司双流东升街道安福街药店	生产日期:2018.11.16 出厂编号: 31811034221	TDP-L3	成都市双流区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
133	病人监护仪	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	金川县人民医院	生产日期:2017-04 出厂编号: EX-74044825 (SN)	iMEC10	阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
134	中频电疗仪	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	四川医源医疗器械有限公司	生产日期:2018年12月 出厂编号:18120331(出厂序号)	ZP-100D I A	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
135	温热中低频治疗仪	武汉市康本龙医疗器械有限公司	四川康普乐医疗器械有限公司	生产日期:2017年03月(出厂日期) 出厂编号:17000368	HL-Y6A	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
136	中频电疗仪	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	泸州凡宇医疗器械有限公司	生产日期:2018年04月 出厂编号:18040347(出厂序号)	ZP-100DIB	泸州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
137	9F系列制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川佳祥医疗器械有限公司	生产批号:1706-0020(批号)(外包装上) 生产日期:2017/06/21 出厂编号:170601913(器号)(外包装上)、170601913(产品编号)(铭牌上)	9F-3	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
138	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	雅安市雨城区怡达医疗器械总汇	生产日期:2019-01-14 出厂编号: M18120010-013-0053(序列号)	HYS-339	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
139	医用制氧机	苏州柯尔医疗器械有限公司	成都德仁堂药业连锁有限公司高新区府城大道药店	生产日期:2019年03月05日 出厂编号: ZY3LW1903002037(生产编号)	CR-ZY3LW	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
140	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	四川蔓珍贸易有限公司	生产日期:2019.01.15 出厂编号: 81901028208(产品编号)	TDP-T1	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
141	红外线治疗器	重庆市雨逸科技有限公司	岳池县福安康医疗器械有限公司	生产日期:2018/08/29 出厂编号:1808290557(产品编号)	L-01	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
142	病人监护仪	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	四川瀚诚医疗科技有限公司	生产日期:2019-03 出厂编号: EX-93067354(SN)	iMEC10	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
143	医用制氧机	苏州柯尔医疗器械有限公司	乐至县乐益保健用品店	生产日期:2018年10月24日 出厂编号:ZY3LW 1810003871(生产编号)	CR-ZY3LW	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
144	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	四川省红叶医疗卫生材料有限公司	生产日期:2019-05 出厂编号: D002R195002785(SN)	SDZ-II	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
145	心脏射频消融仪	四川锦江电子科技有限公司	四川锦江电子科技有限公司	生产日期:2019年06月 出厂编号:XP190511	HL-100F	成都市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
146	特定电磁波治疗器	重庆华伦医疗器械有限公司	成都维特大药房有限公司高新区紫荆东路药店	生产批号:1903015 生产日期:2019年03月06日 出厂编号:1190223(编号)	CQJ-16B	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
147	低频治疗仪	深圳市攀高电子有限公司	广元市保利康医疗器械有限公司	生产批号:LOT-201804091(外包装上) 生产日期:2018-04-24(外包装上) 出厂编号: SN-1804071406(外包装上)	PG-2602A	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
148	低频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	雅安市雨城区怡达医疗器械总汇	生产日期:2018-08-29 出厂编号: M18070011-001-0027(序列号)	HYS-222	雅安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
149	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	成都煜华医疗器械有限公司	生产日期:2019-01 出厂编号: D002R191008462(SN)	SDZ-II	成都市青羊区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
150	红外线体温计	东莞市福达康实业有限公司	四川省广汉市吉昌药业有限公司	生产批号:1902(生产批号)(外包装上) 生产日期:20190225(外包装上)	FT-F11	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
151	医用红外体温计	深圳市家康科技有限公司	遂宁市美康阜医疗器械有限公司	生产批号:M170319(外包装上) 生产日期:2017/04/19(外包装上) 出厂编号:样品1:M17031900179(序列号) 样品2:M17031900122(序列号)	IFR600	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
152	制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川德阳太极大药房连锁有限责任公司连锁二十六店	生产日期:2017/07/24 出厂编号:170700034(产品编号)	7F-3EW	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
153	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	四川速睿贸易有限公司	生产日期:201506 出厂编号:063694	CQ-10	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
154	特定电磁波治疗器	重庆市国人医疗器械有限公司	四川省德盛堂健康器械连锁有限公司自贡自由路店	生产日期:2018.12.22 出厂编号:1812225435524	TDP-L-I-8A	自贡市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
155	TDP 治疗器	重庆市国人医疗器械有限公司	甘孜藏族自治州人民医院	生产日期:2016年3月11日 出厂编号:1603116310649	TDP-L-I-3	甘孜藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
156	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	广安正和祥药业连锁有限公司	生产日期:2018.06.24 (铭牌上) 出厂编号:000244 C	CQ-29P	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
157	红外线治疗器	重庆雨逸科技有限公司	船山区康复之音保健器械经营部	生产日期:2018/01/24 出厂编号: 180124254 (产品编号)	T-01	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
158	红外线治疗器	重庆长乐硅酸盐有限责任公司	成都希尔康商贸有限公司	生产日期:2019/04/02 出厂编号: 19040215530 (产品编号)	L-150A	成都市金牛区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
159	低频治疗仪	湖南六合医疗保健用品有限公司	攀枝花市友帮医疗器械有限公司	生产批号:LH17EA129 (产品批号)(合格证上) 生产日期:20171109(检验日期)(合格证上) 出厂编号:LH17EA 12900013 (产品生产编号)	LK-EA 家用型	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
160	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	内江市市中区天天笑体育用品经营部	生产日期:2018/03/08 出厂编号: M17110002-025-0040 (序列号)	HYS-339	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
161	尿液分析仪	艾康生物技术(杭州)有限公司	宜宾腾博医疗设备有限公司	生产日期:2017-06 出厂编号: 197D0005323 (SN)	U120	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
162	经穴治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	绵阳市康正医疗器械有限公司	生产日期:2017.12.03 出厂编号: 31712002157	HM6805-III-6	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
163	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	四川绵晟药业有限公司	生产日期:2018.12.03 出厂编号: 11812004082	TDP-L1	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
164	特定电磁波谱治疗器	重庆长乐硅酸盐有限责任公司	四川全泰堂恒达医疗器械有限公司	生产日期:2018/10/29 出厂编号:SN 18102917055 (产品编号)	CQG-222B	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
165	非接触式红外体温计	广州市倍尔康医疗器械有限公司	达州新天泰药业集团有限公司	生产日期: 2018.11.28(外包装上) 出厂编号:样品 1: CO2181 220272(S/N)(机身上)、 样品 2: C02181220279(S/ N)(机身上)	JXB-178	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
166	经穴治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	成都鲁蓉医疗器械有限公司第一分公司	生产日期:2018.10.16 出厂编号: 11810002105	HM6805-I-5	成都市青羊区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
167	经穴治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	乐山新瑞医疗器械有限公司	生产日期:2019.04.10 出厂编号: 11904001146(产品编号)	HM6805-I-5	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
168	小型医用制氧机	佛山市凯亚医疗科技有限公司	甘孜藏族自治州人民医院	生产日期:2017年05月24日 出厂编号: OC1705001556	ZY-3AC	甘孜藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
169	医用制氧机	四川大爱科技有限公司	四川大爱科技有限公司	生产日期:2019年4月 出厂编号: 33119040004(产品编号)	DZ-3W-1	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
170	红外线治疗器	重庆雨逸科技有限公司	攀枝花市爱康多商贸有限公司	生产日期:2018/06/30 出厂编号: 1806300678(产品编号)	L-02	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
171	电脑中频电疗仪	北京天长福医疗设备制造有限公司	绵阳长康医疗器械销售有限公司	生产日期:2018年10月15日 出厂编号:18012453(编号)	T99-A I	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
172	医用分子筛制氧机	江苏巨贸医疗设备有限公司	安岳县康永医疗器械经营部	生产批号:20180813(外包装上批号) 生产日期:2018.08.13(外包装)	JMC3A Ni	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
173	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	大竹县万兴医疗器械有限公司	生产日期:2019-01 出厂编号: D002R191005812(SN)	SDZ-II	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
174	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	金川县中藏医院	生产日期:2018-02 出厂编号: D002R182015158 (SN)	SDZ-II	阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
175	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	南充鑫洪医疗器械有限公司	生产日期:2019-01 出厂编号: D002R191004223 (SN)	SDZ-II	南充市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
176	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	成都岚湖医疗器械有限公司	生产日期:2017-03 出厂编号:D002R173011396 (SN)	SDZ-II型	成都市金牛区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
177	红外线治疗器	重庆华伦弘力实业有限公司	眉山市乐康医疗器械有限公司	生产批号:1712027 (批号) 生产日期:2017年12月22日 出厂编号:117032 (编号)	HLH-1	眉山市东坡区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
178	红外线治疗器	重庆华伦弘力实业有限公司	四川省南部县大药房零售连锁有限公司第一店	生产批号:1809017 (批号) 生产日期:2018年09月12日 出厂编号:218016 (编号)	HLH-2	南充市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
179	热垫式中频脉冲治疗仪	上海康伴保健器械有限公司	成都力健生大药房有限责任公司	生产日期:2018/06/01 (外包装上) 出厂编号:BB0012433	WDM-8000	成都市武侯区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
180	制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川省红叶医疗卫生器材有限公司	生产批号:1811 生产日期:2018/11/14 出厂编号:181100938 (产品编号)(铭牌上)	7F-3DW	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
181	医用制氧机	江苏康尚生物科技有限公司	南充和平药房连锁有限责任公司第16店	生产日期:2018.11.30 出厂编号: Ma18111220132 (产品编号)	KSOC-3N	南充市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
182	特定电磁波谱治疗器	重庆长乐硅酸盐有限责任公司	四川济世药业有限公司	生产日期:2019/02/16 出厂编号: 19021616513 (产品编号)	CQG-22A	内江市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
183	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	广安永城医疗器械有限责任公司	生产日期:2018.10.30 出厂编号: 11810022219	TDP-L1	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
184	红外耳式体温计	昆山热映光电有限公司	西昌康华零售连锁药业有限公司康华大药房	生产批号:PC728A012(生产批号)(外包装上) 生产日期:2017年07月12日(外包装上) 出厂编号:样品1: E707C025690(SN) 样品2: E707C025683(SN)	TH859S	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
185	红外线电子体温计	信利仪器(汕尾)有限公司	德阳市玉泉万心堂大药房有限公司	生产批号:XL18A01206(生产批号)(外包装上) 生产日期:2018-03-27 出厂编号:样品1:NX509597(SN) 样品2:NX509608(SN)	TET-340	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
186	电针仪	扬州康岭医用电子仪器有限公司	攀枝花市友帮医疗器械有限公司	生产日期:2018年12月 出厂编号:0506180309(产品编号)	G91-A型	攀枝花市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
187	红外线电子体温计	信利仪器(汕尾)有限公司	四川省均东医药有限公司	生产批号:XL18A01218(生产批号)(外包装上) 生产日期:2018-05-25 出厂编号:样品1:NX572815(SN) 样品2:NX572636(SN)	TET-340	巴中市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
188	电脑中频治疗仪	北京金豪商贸有限公司	成都联利达医疗器材有限公司	生产日期:2018年06月29日 出厂编号: 0120180629187964(产品编号)	J18A1	成都市青羊区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
189	低频脉冲治疗仪	青岛鑫升实业有限公司	射洪县中医院	生产日期:2019/03/29 出厂编号: 081903046(编号)	G6805-I型	遂宁市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
190	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	四川佳祥医疗器械有限公司	生产日期:2018-09-15 出厂编号: M18080001-014-0035(序列号)	HYS-339	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
191	立体动态干扰电治疗仪	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	四川顺泽科技有限公司	生产日期:2018年10月2日 出厂编号: 18100571001(产品编号)	XY-K-GR-AI	宜宾市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
192	电脑中频电疗仪	北京天长福医疗设备制造有限公司	四川天颐医疗器械有限公司	生产批号: 生产日期:2015年10月10日(出厂检验日期) 出厂编号:15015389(批(编)号)	T99-A I	资阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
193	特定电磁波治疗器	重庆蜀轩医疗器械有限公司	凉山州光华医疗器械有限责任公司	生产日期:2018.09(出厂日期) 出厂编号:2818090209	CQX-28D	凉山彝族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
194	特定电磁波治疗器	重庆华伦医疗器械有限公司	夹江县容星医疗器械经营部	生产批号:L1901010 生产日期:2019年01月16日 出厂编号:1190013(编号)	CQJ-16B	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
195	红外体温计	东莞市兴洲电子科技有限公司	四川一心堂医药连锁有限公司旺苍药店	生产批号:20170703(生产批号)(外包装上) 生产日期:2017年07月11日(外包装上) 出厂编号:样品1:2017070100354(SN) 样品2:2017070101431(SN)	HW-1	广元市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
196	电脑中频治疗仪	北京金豪商贸有限公司	康定市龙一大药房康巴同泰六店	出厂编号: 0120130714139194 (机器编号)	J18A1	甘孜藏族自治州市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
197	医用制氧机	江苏富林医疗设备有限公司	眉山市康泰健医疗器械经营部	生产批号: 20180628005 (外包装上) (生产批号) 生产日期:20180711 (外包装上)	Y007-3W	眉山市东坡区市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
198	小型医用制氧机	合肥雅美娜环境医疗设备有限公司	广安康仁医疗器械经营部	生产批号: 20181006532 生产日期:20181019 (机身条码上) 出厂编号: 20181006532 (机身条码上)(产品编号)	ZY-2AW	广安市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
199	射频治疗仪	绵阳立德电子股份有限公司	绵阳立德电子股份有限公司	生产日期:2019年04月17日 出厂编号:ZB19-1002	LDRFT-50	绵阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
200	低频治疗仪	深圳市攀高电子有限公司	德阳大成家人健康连锁药房有限公司天山路店	生产批号: LOT201709023 (外包装上) 生产日期:2017-09-12 (外包装上) 出厂编号: SN-1709020718	PG-2601B8	德阳市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
201	医用红外耳温计	东莞建仪医疗电子有限公司	乐山三好名典药业零售连锁有限公司愈康店	生产批号: E20170815 (生产批号) 生产日期:20170815 (说明书上)	ET-001	乐山市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院
202	电脑中频治疗仪	北京益康来科技有限公司	达州市建华医疗器械有限公司	生产日期:2019年2月20日 出厂编号: A201902008-08	YKL-A 型	达州市市场监督管理局	四川省食品药品检验检测院

附件 2

医疗器械抽检项目不符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产企业 (进口总代理)所在省份/ 国家	生产批号/ 生产日期/ 出厂编号	规格/型号	检品来源	检验依据	不合格项目	不合格项目的标准规定和 检验数据	检验结果	检测机构
1	一次性使用医用口罩	安徽省小山卫生材料有限公司	成都艾鑫堂大药房有限公司	安徽省	生产批号: 20181122 生产日期: 20181122	挂耳式 175*95mm	成都市锦江区市场监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及安徽省小山卫生材料有限公司一次性使用医用口罩产品技术要求皖械注准20152640178	2.3.2.1 细菌过滤效率	标准规定: 应不小于95%; 检验数据: 47%、55%、53% (不合格品数: 3)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院
2	一次性使用医用口罩	河南省升元医用卫材有限公司	乐山市中区城北医院	河南省	生产批号: 20190106 生产日期: 2019年1月6日	平面型	乐山市监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及河南省升元医用卫材有限公司一次性使用医用口罩产品技术要求豫械注准20162640755	2.5 口罩带-2.5.2; 2.6 细菌过滤效率(BFE); 2.8 无菌	标准规定: 每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N; 检验数据: 均小于10N(不合格品数: 3)。标准规定: 应不小于95%; 检验数据: 63%、60%、63%(不合格品数: 3)。标准规定: 应无菌; 检验数据: 有菌生长	不符合规定	四川省食品药品检验检测院
3	一次性使用医用口罩	南昌市凯旋医疗器械有限公司	万源市天泰药业有限责任公司	江西省	生产批号: 20181202 生产日期: 2018年12月2日	型号: II型 耳挂式规格: 中号	达州市监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及南昌市凯旋医疗器械有限公司一次性使用医用口罩产品技术要求赣械注准20162640164	2.6 细菌过滤效率(BFE)	标准规定: 应不小于95%; 检验数据: 19%、16%、16% (不合格品数: 3)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院

4	医用口罩	新乡市康民卫材开发有限公司	通江新区医院	河南省	生产批号: 20190216 生产日期: 2019年2月16日	平面耳挂式	巴中市市场监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及新乡市康民卫材开发有限公司医用口罩产品技术要求豫械注准20172640664	2.6 细菌过滤效率 (BFE)	标准规定: 应不小于95%; 检验数据: 49%, 49%, 48% (不合格品数: 3)	不符合规定	四川省药品检验院
5	天然胶乳橡胶避孕套	中拓河北乳胶科技发展有限公司	筠连县喜乐堂大药房	河北省	生产批号: 190102 生产日期: 190107	颗粒型长度 $\geq 160\text{mm}$ 标称宽度 $52\pm 2\text{mm}$	宜宾市市场监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及 GB/T 7544-2009 天然胶乳橡胶避孕套技术要求与试验方法	6.1 未处理的避孕套- 爆破体积	标准规定: 爆破体积应不小于 18.0dm^3 ; 检验数据: 检验数据: $13.0\text{dm}^3 \sim 28.5\text{dm}^3$ 不合格品数: 3	不符合规定	四川省药品检验院
6	天然胶乳橡胶避孕套	茂名市江源乳胶制品有限公司	四川星广医药有限公司	广东省	生产批号: T7122 生产日期: 2017.12 出厂编号: 036210(产品编码)	光面型 标称宽度: $52\text{mm}\pm 2\text{mm}$ 长度: $\geq 160\text{mm}$	广元市市场监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及 GB/T 7544-2009 天然胶乳橡胶避孕套技术要求与试验方法	6.1 未处理的避孕套; 8 针孔(漏水试验)	标准规定: 爆破体积应不小于 18.0dm^3 ; 检验数据: $17.0\text{dm}^3 \sim 36.0\text{dm}^3$ 不合格品数: 1。 标准规定: 将上述未发现可见渗漏的充水避孕套移至吸水纸上, 用手在纸上方 (25-35) mm 处对避孕套施加压力并滚动闭口端至少一周, 使整个避孕套平均受压且与吸水纸接触, 在距开口端 25mm 以外处检视其漏水(针孔), 应符合规定; 检验数据: 11 个样品有漏水 不合格品数: 11	不符合规定	四川省药品检验院

7	一次性使用无菌阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械有限公司	内江亚和贸易有限公司	重庆市	生产日期: 2019年04月13日	中号B型	内江市市场监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及YY0336-2013一次性使用无菌阴道扩张器	4.4.2 结构强度	标准规定: 扩张器扩张至最大档时, 施加30N作用力, 任何部件不应断裂; 检验数据: 插销(档位调节杆)脱落. 不合格品数: 5	不符合规定	四川省药品检验检测院
8	电脑中频经络通治疗仪(商品名: 数码多功能治疗仪)	广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司	资中县宏易有限公司	广东省	生产日期: 2014年06月02日(制造日期) 出厂编号: 0145395(机身编码)	QX-263型	内江市市场监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及GB9706.1-2007医用电气设备第1部分: 安全通用要求、YY0607-2007医用电气设备第2部分: 神经和肌肉刺激器安全专用要求	GB9706.1-2007 中56.3 连接—概述 c)	标准规定: c)与患者发生导电连接的导线应设计成患者远端的连接端的导电连接不应接地或接触可能有的危险电压 检验数据: 患者远端可触及危险电压	不符合规定	四川省药品检验检测院
9	电脑中频治疗仪	北京金豪商贸有限公司	四川恒兴医药有限公司	北京市	出厂编号: 0120150727148608(机器编号)	J18A1	泸州市市场监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及YY0505-2012医用电气设备第1-2部分: 安全通用要求 并列标准: 电磁兼容 要求和试验、YY0607-2007医用电气设备第2部分: 神经和肌肉刺激器安全专用要求	4.1 传导发射	标准规定: 在150kHz至30MHz范围内, 传导发射应满足标准限值的要求 检验数据: 传导发射超标(不符合规定)	不符合规定	四川省药品检验检测院

10	中频电疗仪	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	眉山市健康器械经营部	四川省	生产日期: 2018年07月 出厂编: 18070391 (出厂序号)	ZP-100DIA	眉山市东坡区市场监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及GB 9706.1-2007医用电气设备第1部分:安全通用要求、YY 0505-2012医用电气设备第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验、YY 0607-2007医用电气设备第2部分:神经和肌肉刺激器安全专用要求	GB 9706.1-2007 中58.9 保护接地连接	标准规定: 当保护接地通过插头和插座实现时,保护接地连接应在电源接通前先接通,在电源断开后再断开 检验数据: 不符合规定(网电源插头上没有保护接地脚)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院
11	中频综合治疗仪	广州市健崎电子科技有限公司	遂宁市康民君乐医疗器械有限公司	广东省	生产日期: 2019年02月19日 (检验日期)(合格证上) 出厂编号: 0836839	JQ-848	遂宁市市场监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及YY 0505-2012医用电气设备第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验、YY 0607-2007医用电气设备第2部分:神经和肌肉刺激器安全专用要求	4.2 辐射发射	标准规定: 在30MHz至1GHz范围内,辐射发射应满足标准限值的要求 检验数据: 辐射发射超标(不符合规定)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院
12	温热中低频治疗仪	武汉市康本龙医疗器械有限公司	通江县中医院	湖北省	生产日期: 2017年05月 (出厂日期) 出厂编号: 17000146	HL-Y6A	巴中市市场监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及GB 9706.1-2007医用电气设备第1部分:安全通用要求、YY 0607-2007医用电气设备第2部分:神经和肌肉刺激器安全专用要求	YY 0607-2007 中50 工作数据的准确性-50.2	标准规定: 50.2 当用随机文件中规定负载范围内误差不超过±10%的负载电阻进行测量时,测量值对随机文件中规定的或设备标识的脉冲宽度、脉冲重复频率和幅度值,包括直流分量的偏差必须不大于±30% 随机文件中公布参数如下: 脉冲宽度: 333.3μs 检验数据: 156.0μs 偏差: -53%	不符合规定	四川省食品药品检验检测院

13	特定电磁波(TDP)治疗器	重庆华伦弘力实业有限公司	成都胡记华生大药房有限公司	重庆市	生产批号: 1801041 生产日期: 2018年01月 09日出 厂编号: 518005 (编号)	CQH-25A	成都市武侯区市场监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及GB 9706.1-2007医用电气设备第1部分:安全通用要求、YY 0306-2008热辐射类治疗设备安全专用要求	GB 9706.1-2007中15电压和(或)能量的限制	标准规定: b)用插头与供电网连接的设备,在拔断电源插头后1秒时,各电源插脚之间的电压不超过60V 检验数据: 最大:180V 标准规定: 以及每一电源插脚与外壳之间的电压不超过60V 检验数据: 最大:119V	不符合规定	四川省食品药品检测院
14	特定电磁波治疗器	重庆华伦医疗器械有限公司	成都胡记华生大药房有限公司	重庆市	生产批号: 1810259 (批号) 生产日期: 2018年10月 29日出 厂编号: 518025 (编号)	CQJ-25B	成都市武侯区市场监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及GB 9706.1-2007医用电气设备第1部分:安全通用要求、YY 0306-2008热辐射类治疗设备安全专用要求	GB 9706.1-2007中24正常使用时的稳定性-24.1	标准规定: 正常使用时设备倾斜10°不会失衡,或应满足24.3的要求 检验数据: 设备倾斜10°失衡	不符合规定	四川省食品药品检测院

15	小型医用制氧机	黄山市雅适医疗器械有限公司	泸州李芝林大药房有限公司叙永人医直营店	安徽省	生产日期: 2017.12.20 出厂编号: 20171220061 (产品编号)	YS-300YW	泸州市市场监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及YY0505-2012医用电气设备第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验	4.1 传导发射	标准规定: 在 150kHz 至 30MHz 范围内, 传导发射应满足标准限值的要求 检验数据: 传导发射超标(不符合规定)	不符合规定	四川省药品检验检测院
16	医用分子筛制氧机	沈阳爱尔泰科技有限公司	攀枝花市康汇医疗器械有限公司	辽宁省	生产日期: 2019-03-26 出厂编号: 4131903260425004 (条码编号)	AE-3	攀枝花市市场监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及YY0505-2012医用电气设备第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验	4.2 辐射发射	标准规定: 在 30MHz 至 1GHz 范围内, 辐射发射应满足标准限值的要求 检验数据: 辐射发射超标(不符合规定)	不符合规定	四川省药品检验检测院
17	医用制氧机	江苏康尚生物医疗科技有限公司	中江县康伴医疗器械经营部	江苏省	生产日期: 2018.11.13 出厂编号: Ma18101980006 (产品编号)	KS0C-3	德阳市市场监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及YY0505-2012医用电气设备第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验	4.1 传导发射 4.2 辐射发射	标准规定: 在 150kHz 至 30MHz 范围内, 传导发射应满足标准限值的要求 在 30MHz 至 1GHz 范围内, 辐射发射应满足标准限值的要求 检验数据: 传导发射超标 (不符合规定); 辐射发射超标(不符合规定)	不符合规定	四川省药品检验检测院

18	医用制氧机	佛山市顺德区键合电子有限公司	剑阁县华盛堂医药连锁有限公司大药房	广东省	生产日期： 2016/10/13 出厂编号： A01336I06011（机身编码）	K1B	广元市监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及YY0505-2012医用电气设备第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验	4.1 传导发射	标准规定： 在150kHz至30MHz范围内，传导发射应满足标准限值的要求 检验数据： 传导发射超标（不符合规定）	不符合规定	四川省食品药品检测院
19	红外线治疗器	重庆航天火箭技术有限公司	四川省儒龙医药有限公司	重庆市	生产日期： 2018.06.24 （铭牌上）出厂编号： 002246 C8D	CQ-32	巴中市市场监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及GB 9706.1-2007医用电气设备第1部分：安全通用要求、YY 0306-2008热辐射类治疗设备安全专用要求	GB 9706.1-2007中15（或）能量的限制	标准规定： b) 用插头与供电网连接的设备，在拔断电源插头后1秒时测得电压不超过60V； 检验数据： 最大：142V 标准规定： 以及每一电源插脚与外壳之间的电压不超过60V 检验数据： 最大：76V	不符合规定	四川省食品药品检测院
20	定制式固定义齿	成都亚非齿科技术有限公司	成都亚非齿科技术有限公司	四川省	生产日期：2019年7月31日；出厂编号：20190731039（编号）	金属合金铸造烤瓷冠、桥	成都高新技术产业开发区监督管理局	川药监发〔2019〕34号文及成都亚非齿科技术有限公司定制式固定义齿产品技术要求 川械注准20152630116	2.6 耐急冷热性	标准规定：定制式固定义齿（金属合金冠/桥除外）的瓷质部分不应出现裂纹； 检验数据：瓷质部分出现裂纹	不符合规定	四川省食品药品检测院

21	特定电磁波治疗器	重庆华伦医疗器械有限公司	眉山市康乐医疗器械有限公司	重庆市	批号: 1812323 生产日期: 2018年12月 28日出 厂编号: 518009	CQJ-25B	眉山市 东坡区 市场监 管局	川药监发〔2019〕34号文及GB 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分:安全通用要求、YY 0306-2008热辐射类治疗设备安全专用要求	GB 9706.1-2007 中 24 正常使用时的稳定性-24.1	标准规定: 正常使用时设备倾斜 10°不会失衡,或应满足 24.3 的要求。 检验数据: 设备倾斜 10°失衡	不符合 规定	四川省 食品药 品检验 检测院
22	制氧机	广东欧格斯科技有限公司	叙永县健元医疗器械有限公司	广东省	生产日期: 20190307 (合格证 上) 出厂 编号: 20190307- 0167	OZ-3- 01PW0	泸州市 市场监 管局	川药监发〔2019〕34号文及GB 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分:安全通用要求、YY 0505-2012 医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验	GB 9706.1-2007 中 57.2 网电源连接器和设备电源输入插口	标准规定: g) 除非需要提供功能接地, I类设备的电源输入插口不能用于II类设备。 检验数据: II类设备使用了 I类设备电源输入插口。	不符合 规定	四川省 食品药 品检验 检测院

信息公开选项：主动公开

四川省药品监督管理局办公室

2020年5月28日印发
