

四川省食品药品监督管理局 通告

2018年 第8号

关于发布2018年医疗器械监督抽检结果的通告 (第一期)

为加强医疗器械质量监督管理,保障医疗器械产品使用安全有效,四川省食品药品监督管理局组织对一次性使用无菌引导扩张器、一次性使用无菌注射器、医用外科口罩、手术刀片、医用脱脂纱布、天然胶乳橡胶避孕套等6个品种454批产品进行了质量监督抽检,现将抽检结果予以通告。

对发现的抽检项目不符合标准规定产品,有关市(州)食品药品监督管理局应当对相关企业依法进行调查处理,对企业进行

产品召回、不合格原因调查、落实整改措施及公开披露信息等情况进行监督，并将调查处置情况及时向社会公开。企业未按要求落实上述要求的，应当依法严肃查处。

相关市（州）食品药品监督管理局于2018年10月20日前将调查处置情况上报省食品药品监督管理局。

- 附件：1.医疗器械抽检项目符合标准规定产品名单
2.医疗器械抽检项目不符合标准规定产品名单

四川省食品药品监督管理局

2018年9月30日



抄送：省食品药品监督管理局稽查总队

附件 1

医疗器械抽检项目符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
一次性使用无菌阴道扩张器(104 批)							
1	一次性使用无菌阴道扩张器	江西华强医疗器械有限公司	四川省自贡先锋医药有限公司	生产批号: 20171108 生产日期: 20171108	型号: 轴转式 规格: 中号	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	一次性使用无菌阴道扩张器	陕西富源医用塑料有限公司	四川安控医药有限公司	生产批号: 20170828	中号-B	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	筠连县三江药业有限责任公司	生产日期: 2017年11月06日	型号: A型轴转式 规格: 中号	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	一次性使用无菌阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械有限公司	宜宾市星合益医疗用品有限责任公司	生产日期: 2018年01月05日	中号 B 型	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	一次性使用无菌阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械有限公司	珙县药业有限责任公司	生产日期: 2017年07月18日	中号 B 型	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌翔翊医疗器械有限公司	宜宾市南溪区新康医院	生产日期: 171205	中号	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	一次性使用无菌阴道扩张器	江西华强医疗器械有限公司	四川省高洲药业有限责任公司	生产批号: 20171108 生产日期: 20171108	型号: 轴转式 规格: 中号	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	一次性使用无菌阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械有限公司	资阳市第一人民医院	生产日期: 2018年01月05日	中号 B 型	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	一次性使用无菌阴道扩张器	常州晓春医疗器材有限公司	资阳市人民医院	生产批号: 171201 生产日期: 171201	半透明调节式中号	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
10	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	和平泰康资阳药业 有限责任公司	生产批号: 170301 生产日期: 170301	半透明调节式中号	资阳市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
11	一次性使用无菌 阴道扩张器	江西岚湖医疗器械 有限公司	资阳市蜀康药品有 限责任公司	生产日期: 2018年01月06日	A型中号	资阳市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
12	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	安岳县龙台镇中心 卫生院	生产日期: 2018年01月06日	型号: A型轴转式 规格: 中号	资阳市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
13	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	夹江县妇幼保健计 划生育服务中心	生产批号: 171101 生产日期: 171101	半透明调节式中号	乐山市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
14	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	四川海棠医药有限 公司	生产日期: 2017年07月06日	型号: A型轴转式 规格: 中号	乐山市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
15	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	乐山市市中区妇幼 保健院	生产日期: 2018年01月06日	型号: A型轴转式 规格: 中号	乐山市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
16	一次性使用无菌 阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械 有限公司	乐山市中医医院	生产日期: 2017年07月28日	中号B型	乐山市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
17	一次性使用无菌 阴道扩张器	陕西富源医用塑料 有限公司	乐山市人民医院	生产日期: 20180312	中号-B	乐山市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
18	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	炉霍县妇幼保健院	生产批号: 170501 生产日期: 170501	半透明调节式中号	甘孜藏族自治州 食品药品监督管 理局	四川省食品药 品检验检测院
19	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	小金县人民医院	生产批号: 171001 生产日期: 171001	半透明调节式中号	阿坝藏族羌族自 治州食品药品监 督管理局	四川省食品药 品检验检测院
20	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	九寨沟县妇幼保健 计划生育服务中心	生产批号: 171101 生产日期: 171101	半透明调节式中号	阿坝藏族羌族自 治州食品药品监 督管理局	四川省食品药 品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
21	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	金川县妇幼保健计 划生育服务中心	生产批号：2017年07月06日	型号：A型轴转式 规格：中号	阿坝藏族羌族自 治州食品药品监 督管理局	四川省食品药 品检验检测院
22	一次性使用无菌 阴道扩张器	河南亚都实业有限 公司	松潘县人民医院	生产批号： 174506LSH617451202 生产日期：2017年11月06日	转轴式、中号	阿坝藏族羌族自 治州食品药品监 督管理局	四川省食品药 品检验检测院
23	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	茂县妇幼保健计划 生育服务中心	生产批号：170601 生产日期：170601	半透明调节式中号	阿坝藏族羌族自 治州食品药品监 督管理局	四川省食品药 品检验检测院
24	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	达州新天泰药业集 团有限公司	生产批号：20180306	型号：A型轴转式 规格：中号	达州市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
25	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市通达医疗器 械有限公司	宣汉县中医院	生产日期：2017年01月08日	中号	达州市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
26	一次性使用无菌 阴道扩张器	江西益康医疗器械 集团有限公司	达州市中心医院	生产批号：171001 生产日期：20171007	中号	达州市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
27	一次性使用无菌 阴道扩张器	江西岚湖医疗器械 有限公司	万源市生源药业有 限公司	生产日期：20170306	A型中号	达州市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
28	一次性使用无菌 阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械 有限公司	达州市达川区妇幼 保健院	生产日期：2017年07月18日	中号B型	达州市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
29	一次性使用无菌 阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械 有限公司	西昌平安医院	生产日期：2017年07月18日	中号B型	凉山彝族自治州 食品药品监督管 理局	四川省食品药 品检验检测院
30	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	西昌现代妇产医院	生产批号：2017年11月06日	型号：A型轴转式 规格：中号	凉山彝族自治州 食品药品监督管 理局	四川省食品药 品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
31	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	德昌县妇幼保健计 划生育服务中心	生产批号: 180101 生产日期: 180101	半透明调节式中号	凉山彝族自治州 食品药品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
32	一次性使用无菌 阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械 有限公司	四川地和医药有限 责任公司	生产日期: 2017年06月15日	中号B型	凉山彝族自治州 食品药品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
33	一次性使用无菌 阴道扩张器	新乡市康民卫材开 发有限公司	攀钢西昌医院	生产批号: 批161221 生产日期: 20161221	半透明手按式 中号	凉山彝族自治州 食品药品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
34	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	四川友谊医院	生产日期: 2017年10月06日	型号: A型轴转式 规格: 中号	成都市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
35	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	内江市市中区妇幼 保健院	生产批号: 171001 生产日期: 171001	半透明 调节式小号	内江市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
36	一次性使用无菌 阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械 有限公司	威远县第三人民医 院	生产日期: 2017年07月28日	中号B型	内江市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
37	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	隆昌市人民医院	生产日期: 20171106	型号: B型推拉式 规格: 中号	内江市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
38	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌卫材医疗器械 有限公司	四川天朕药业有限 公司	生产批号: 20171108 生产日期: 2017年11月08日	型号: A型(轴转式) 规格: 中号	内江市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
39	一次性使用无菌 阴道扩张器	陕西富源医用塑料 有限公司	内江骅康医院(有限 合伙)	生产批号: 20170828	中号-B	内江市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
40	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌爱博医疗器械 有限公司	岳池县中医医院	生产日期: 2017年11月02日	型号: A型 规格: 中号	广安市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
41	一次性使用无菌 阴道扩张器械	南昌市旭辉医疗器 械有限公司	岳池县妇幼保健院	生产批号: 2017年06月16日	型号: A型 规格: 中号	广安市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
42	一次性使用无菌 阴道扩张器械	常州晓春医疗器材 有限公司	岳池县人民医院	生产批号：171201 生产日期：171201	半透明调节式中号	广安市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
43	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	成都市成华区妇幼 保健院	生产日期：2017年11月06日	型号：A型轴转式 规格：中号	成都市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
44	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	雅安职业技术学院 附属医院	生产日期：2018年01月06日	型号：A型轴转式 规格：中号	雅安市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
45	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	雅安市人民医院	生产批号：180101 生产日期：180101	半透明调节式中号	雅安市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
46	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	汉源县中医医院	生产批号：171201 生产日期：171201	半透明调节式中号	雅安市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
47	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	汉源县人民医院	生产批号：171001 生产日期：171001	半透明调节式中号	雅安市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
48	一次性使用无菌 阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械 有限公司	雅安市名山区人民 医院	生产日期：2017年07月18日	中号B型	雅安市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
49	一次性使用无菌 阴道扩张器	陕西富源医用塑料 有限公司	四川新康源医疗器 械有限责任公司	生产批号：20171008	中号—B	德阳市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
50	一次性使用无菌 阴道扩张器	成都明森医疗器械 有限责任公司	四川省中江神龙医 药有限公司	生产批号：20171125 生产日期：20171125	中号	德阳市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
51	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	广汉市人民医院	生产批号：171101 生产日期：171101	半透明调节式中号	德阳市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
52	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市意尔康医疗 器械有限公司	四川方贞药业有限 公司	生产批号：20170806 生产日期：20170806	型号：B型：聚丙烯 规格：中号	德阳市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
53	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	德阳市罗江区人民 医院	生产批号：171001 生产日期：171001	半透明调节式中号	德阳市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
54	一次性使用无菌阴道扩张器	常州晓春医疗器材有限公司	遂宁市船山区妇幼保健院	生产批号: 180101 生产日期: 180101	半透明调节式中号	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	蓬溪县妇幼保健计划生育服务中心	生产日期: 2017年11月06日		遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
56	一次性使用无菌阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械有限公司	遂宁嘉慧妇儿医院有限公司	生产日期: 2017年07月28日	中号B型	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	一次性使用无菌阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械有限公司	遂宁慈铭体检医院	生产日期: 2018年01月05日	中号B型	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	一次性使用无菌阴道扩张器	江西淑兰金环医疗科技有限公司	遂宁妇产医院	生产批号: 20180309	中号	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	一次性使用无菌阴道扩张器	成都明森医疗器械有限责任公司	成都市妇女儿童中心医院	生产批号: 20180214 生产日期: 20180214	中号	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	一次性阴道照明扩张器	江门大诚医疗器械有限公司	绵阳海航医疗器械有限公司	生产批号: DXS20180109 生产日期: 20180109	WXS	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
61	一次性使用无菌阴道扩张器	常州晓春医疗器材有限公司	四川天康医疗器材有限公司	生产批号: 180301 生产日期: 180301	半透明调节式中号	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
62	一次性使用无菌阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械有限公司	四川百鹤堂药业有限公司	生产日期: 2018年01月05日	中号B型	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
63	一次性使用无菌阴道扩张器	常州晓春医疗器材有限公司	绵阳市中医医院	生产批号: 171201 生产日期: 171201	半透明调节式中号	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
64	一次性使用无菌阴道扩张器	江西益康医疗器械集团有限公司	绵阳市游仙区妇幼保健计划生育服务中心	生产批号: 180121 生产日期: 20180130	中号	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
65	一次性使用无菌 阴道扩张器	陕西富源医用塑料 有限公司	南部县妇幼保健院	生产批号: 20171106 生产日期: 20171106	中号-B	南充市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
66	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	阆中名城医院	生产日期: 2017年09月06日	型号: A型 轴转式 规格: 中号	南充市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
67	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	南充现代妇产医院	生产批号: 2018年01月06日	型号: A型轴转式 规格: 中号	南充市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
68	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	南充市顺庆区妇幼 保健院	生产批号: 171201 生产日期: 171201	半透明调节式中号	南充市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
69	一次性使用无菌 阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械 有限公司	邻水东方医院	生产日期: 2017年07月28日	中号 B型	邻水县食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
70	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市意尔康医疗 器械有限公司	邻水西苑医院	生产批号: 20180106 生产日期: 20180106	型号: B型: 聚丙烯 规格: 中号	广安市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
71	一次性使用无菌 阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械 有限公司	眉山市彭山区人民 医院	生产日期: 2018年01月05日	中号 B型	眉山市彭山区食 品药品监督管理 局	四川省食品药 品检验检测院
72	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	彭山新城医院	生产日期: 2018年01月06日	型号:A型轴转式 规格:中号	眉山市彭山区食 品药品监督管理 局	四川省食品药 品检验检测院
73	一次性使用无菌 阴道扩张器	陕西富源医用塑料 有限公司	眉山市彭山区中医 医院	生产批号: 20170724	中号-B	眉山市彭山区食 品药品监督管理 局	四川省食品药 品检验检测院
74	一次性使用无菌 阴道扩张器	河南飘安集团有限 公司	丹棱县人民医院	生产日期: 2017年07月07日	中号	丹棱县食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
75	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市兴兴医疗器 械有限公司	丹棱县妇幼保健计 划生育服务中心	生产日期: 2017年08月13日	型号: A型轴转式 规格: 中号	丹棱县食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
76	一次性使用无菌 阴道扩张器	陕西富源医用塑料 有限公司	自贡市宏达医疗器 械有限公司	生产批号：20171106	中号-B	自贡市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
77	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	富顺县人民医院	生产批号：170501 生产日期：170501	全透明钩扣式中号	自贡市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
78	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	自贡市光华医疗器 械有限公司	生产日期：2017年03月06日	型号：A型轴转式 规格：中号	自贡市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
79	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	富顺县晨光医院	生产批号：171201 生产日期：171201	半透明调节式中号	自贡市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
80	一次性使用无菌 阴道扩张器	上海康寿医疗器械 有限公司	攀枝花市妇幼保健 院	生产批号：171026 生产日期：2017.10.26	中号	攀枝花市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
81	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市朝阳医疗保 健用品有限公司	攀枝花市宏实医院	生产批号：20171002 生产日期：20171002	中号	攀枝花市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
82	一次性使用无菌 阴道扩张器	新乡市康民卫材开 发有限公司	中国十九冶集团有 限公司职工医院	生产日期：2017年11月06日	中号 半透明手按式	攀枝花市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
83	一次性使用无菌 阴道扩张器	陕西富源医用塑料 有限公司	攀枝花慈铭健康体 检医院	生产批号：20171106	中号-B	攀枝花市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
84	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	攀枝花市仁和区人 民医院	生产日期：2017年11月06日	型号:A型轴转式 规格:中号	攀枝花市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
85	一次性使用无菌 阴道扩张器	陕西富源医用塑料 有限公司	成都玛丽亚妇产儿 童医院	生产批号：20171106	中号-B	成都市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
86	一次性使用无菌 阴道扩张器	江西淑兰金环医疗 科技有限公司	泸州市新永宁药业 有限责任公司	生产批号：20180309	中号	泸州市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
87	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	泸州金伟医药有限 公司	生产日期：2017年09月06日	型号：A型轴转式 规格：中 号	泸州市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
88	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌益民医用卫生 材料有限公司	古蔺县人民医院	生产批号：20180106 生产日期：2018年01月06日	轴转式 中号	泸州市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
89	一次性使用无菌 阴道扩张器	江西岚湖医疗器械 有限公司	合江县人民医院	生产日期：2018年01月06日	A型 中号	泸州市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
90	一次性使用无菌 阴道扩张器	陕西富源医用塑料 有限公司	泸州市妇幼保健院 (泸州市第二人民 医院)	生产批号：20180312	中号-B	泸州市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
91	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	广元市广卫医疗器 械有限公司	生产日期：2017年11月06日	型号：A型轴转式 规格：中号	广元市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
92	一次性使用无菌 阴道扩张器	陕西富源医用塑料 有限公司	广元市利州区荣山 镇卫生院	生产批号：20171008	中号-B	广元市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
93	一次性使用无菌 阴道扩张器	江西益康医疗器械 集团有限公司	旺苍县妇幼保健院	生产批号：180121 生产日期：20180130	中号	广元市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
94	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌翔翊医疗器械 有限公司	广元博爱医院	生产批号：20171205 生产日期：20171205	中号轴转式	广元市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
95	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	广元市中心医院	生产批号：180301 生产日期：180301	半透明 调节式小号	广元市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
96	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	四川国峰医药有限 公司	生产日期：2017年09月06月	型号：A型轴转式 规格：中 号	巴中市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
97	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	南江县人民医院	生产日期：2017年11月06日	型号：A型轴转式 规格：中 号	巴中市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
98	一次性使用无菌 阴道扩张器	陕西富源医用塑料 有限公司	南江县妇幼保健院	生产批号：20161008	中号-B	巴中市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
99	一次性使用无菌 阴道扩张器	陕西富源医用塑料 有限公司	南江县妇幼保健院	生产批号：20171106	中号-B	巴中市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
100	一次性使用无菌 阴道扩张器	江西华强医疗器械 有限公司	平昌江龙医院	生产批号：20170108	型号：轴转式 规格：中号	巴中市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
101	一次性使用无菌 阴道扩张器	南昌市康洁医用卫 生用品有限公司	九龙县妇幼保健计 划生育服务中心	生产日期：2018年01月06日	型号：A型轴转式 规格：中号	甘孜藏族自治州 食品药品监督管 理局	四川省食品药 品检验检测院
102	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	康定市第二人民医 院	生产批号：180101 生产日期：180101	半透明调节式小号	甘孜藏族自治州 食品药品监督管 理局	四川省食品药 品检验检测院
103	一次性使用无菌 阴道扩张器	常州晓春医疗器材 有限公司	甘孜藏族自治州妇 幼保健计划生育服 务中心	生产批号：171001 生产日期：171001	全透明钩扣式中号	甘孜藏族自治州 食品药品监督管 理局	四川省食品药 品检验检测院
104	一次性使用无菌 阴道扩张器	陕西富源医用塑料 有限公司	泸定县妇幼保健计 划生育服务中心	生产批号：20171106	中号-B	泸定县食品药品 工商质量监督管 理局	四川省食品药 品检验检测院
天然胶乳橡胶避孕套（91批）							
1	天然胶乳橡胶避 孕套	广州双一乳胶制品 有限公司	四川久泰医药贸易 有限公司	生产批号：2017.05 生产日期：2017.05	标称宽度：52mm 类型：光面 型	自贡市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
2	天然胶乳橡胶避 孕套	广东汇通乳胶制品 有限公司	自贡市自流井区红 旗乡卫生院	生产批号：16102202 001	标称宽度：52mm 类型：光面 型	自贡市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
3	天然胶乳橡胶避 孕套	山东亚奇乳胶科技 有限公司	筠连县三佳药房连 锁有限责任公司中 心店	生产批号：201702 生产日期：201702	标称宽度：52±2mm 长度：≥160mm 类型：光面	宜宾市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
4	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂)	珙县妇幼保健计划生育服务中心(珙县妇幼保健院)	生产批号: 17075302 生产日期: 20170714	标称宽度: 52mm 光面型	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	天然胶乳橡胶避孕套	威乐士医疗卫生用品(湖北)有限公司	宜宾恒康药业有限公司	生产批号: 1706103 生产日期: 201706	宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm 类型: 光面型	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	天然胶乳橡胶避孕套	中拓河北乳胶科技发展有限公司	四川宜宾福星药业有限责任公司新特药分公司	生产批号: JY1703 生产日期: 201703	宽度: 52±2mm 长度≥160mm 型号:光面型	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	天然胶乳橡胶避孕套	NULATEX SDN.BHD.	四川宜宾福星药业有限责任公司	生产批号: 17S01 生产日期: 201701	非平滑型(三合一) 标称宽度: 52±2mm	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	资阳市泉润商贸有限公司	生产批号: 80004028 生产日期: 201606	标称宽度: W52mm 光面	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	天然胶乳橡胶避孕套	威乐士医疗卫生用品(湖北)有限公司	四川金池药业有限公司	生产批号: 1705112 生产日期: 201705	标称宽度: W52±2mm 长度: ≥160mm 产品型号: 光面型	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	安岳唐芝林药品有限公司岳阳北门口店	生产批号: 1000357631 生产日期: 2018-01	标称宽度 52.5mm	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	安岳妇女儿童医院	生产批号: 16094202 001	标称宽度 52mm 类型: 光面型	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	天然胶乳橡胶避孕套	东台百地医用制品有限公司	四川宏康医药有限公司	生产批号: 160301 生产日期: 201603	型号: 平面型 标称宽度: 52±2mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	四川科伦医药贸易有限公司	生产批号: 1000410987 生产日期: 2018-03	标称宽度 52mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
14	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	四川科伦医药贸易有限公司	生产批号: 1000247009 生产日期: 2017-06	标称宽度 52mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	茂县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号: 17090403 生产日期: 20170905	标称宽度: 52mm 光面型	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂)	九寨沟县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号: 17119702 生产日期: 20171128	标称宽度: 52mm 光面型	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂)	炉霍县妇幼保健院	生产批号: 17114504 生产日期: 20171115	标称宽度: 52mm 光面型	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	天然胶乳橡胶避孕套	福州君悦乳胶有限公司	达州新天泰药业集团有限公司	生产批号: FD1127 生产日期: 2017/11	规格: 52mm±2mm 长度≥160mm 浮点型	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	天然胶乳橡胶避孕套	河北维妮德橡胶制品有限公司	万源市天泰药业有限责任公司	生产批号: 171102	光面型 宽度 52±2mm	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	天然胶乳橡胶避孕套	NULATEX SDN.BHD	达州正和祥药业连锁有限责任公司	生产批号: 1705/06 生产日期: 2017/05	平滑超薄型 标准宽度: 52mm±2mm	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	天然胶乳橡胶避孕套	康乐工业有限公司 KAREXINDUSTRIES SDN.BHD(马来西亚)	达州市国达医药有限公司	生产批号: HB3534 生产日期: 05/2016	规格型号: 平滑型 宽度: 52mm±2mm	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	达州市朝阳医药有限责任公司	生产批号: HB1711F 生产日期: 20171102	类型: 颗粒型 宽度: 52±2mm	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	西昌东升大药房连锁有限责任公司	生产批号: KR170402 生产日期: 2017 04	标称宽度 W52mm 光面	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
24	天然胶乳橡胶避孕套	优丽达斯(张家港)乳胶业有限公司	凉山州德川医药贸易有限责任公司	生产批号: U8A604 生产日期: 2018 01	52±2mm 光面	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	天然胶乳橡胶避孕套	保定三普科技开发有限公司	四川云泽医药有限公司	生产批号: 170902	光面型 宽度: 52±2mm 长度≥160mm	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	西昌康华零售连锁药业有限公司康华大药房	生产批号: 16117 生产日期: 20161102	宽度: 52±2mm 型号: 颗粒型	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	天然胶乳橡胶避孕套	河北安琪胶业有限公司	四川省会东县医药有限责任公司	生产批号: 170447 生产日期: 20170403	规格: 平滑型 标称宽度: 52±2mm (W52)	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	天然胶乳橡胶避孕套	上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂)	四川济世药业有限公司	生产批号: 161411 生产日期: 201606	标称宽度: 52mm 型号: 光面润滑型	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	天然胶乳橡胶避孕套	威乐士医疗卫生用品(湖北)有限公司	四川天朕药业有限公司	生产批号: 1705112 生产日期: 201705	产品型号: 光面型 标称宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	天然胶乳橡胶避孕套	福州君悦乳胶有限公司	四川省天瑄药业有限公司	生产批号: YD0317 生产日期: 2017/03	产品型号: 异型 规格: 宽度 52±2mm 长度: ≥160mm	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	内江市煜砺商贸有限公司	生产批号: WML18A 生产日期: 2018.01	类型: 螺纹型 标称宽度: 52mm	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
32	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	四川梓潼官大药房连锁有限公司	生产批号: 7077 生产日期: 20170702	宽度: 52±2mm 型号: 颗粒型	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
33	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	武胜县清平镇卫生院	生产批号: 16095204 001	标称宽度: 52mm 类型: 光面型	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	广安本草堂药业有限公司	生产批号: 7057 生产日期: 20170508	宽度: 52±2mm 型号: 颗粒型	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	天然胶乳橡胶避孕套	SURETEX LIMITED	武胜县久芝林大药房有限公司	生产批号: 17048TB 生产日期: 2017/04	标称宽度: 52mm	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	广安正和祥药业连锁有限公司武胜城北店	生产批号: S1708DA 生产日期: 2017.08	标称宽度:52mm 标准长度: ≥170mm 型号: 颗粒型	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	广安博达药业有限公司	生产批号: 16071 生产日期: 20160702	宽度: 52±2mm 型号: 光面型	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	天然胶乳橡胶避孕套	PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD	成都辉莹医疗器械有限公司	生产批号: 16E34 生产日期: 2016-05	标称宽度 52±2mm 长度≥160mm 平滑型	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	天然胶乳橡胶避孕套	东台百地医用制品有限公司	成都市同胜堂商贸有限公司	生产批号: ZRT1711 生产日期: 201711	平面型 标称宽度: 52±2mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	天然胶乳橡胶避孕套	福州君悦乳胶有限公司	四川盈动鼎新科技有限公司	生产批号: FB1107 生产日期: 201511	型号: 浮点型 规格: 52±2mm 长度≥160mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	四川海堂医药有限公司	生产批号: HS1710L 生产日期: 20171002	类型: 光面型 宽度: 52±2mm 长度≥160mm	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	四川海堂医药有限公司	生产批号: HS1709P 生产日期: 20170902	类型: 光面型 宽度: 52±2mm 长度≥160mm	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
43	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	乐山好伙伴贸易有限公司	生产批号: 1000379377 生产日期: 2018-01	标称宽度: 52mm	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
44	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂)	乐山好伙伴贸易有限公司	生产批号: JQ1704 生产日期: 2017.04	类型: 光面型 标称宽度: 52mm	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	乐山好伙伴贸易有限公司	生产批号: A18AML 生产日期: 2018.01	类型: 光面型 标称宽度: 52mm	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	成都市康美龙大药房连锁有限公司双流东升街道双桂药店	生产批号: 1000426213 生产日期: 2018-03	标称宽度: 52mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	成都市康美龙大药房连锁有限公司双流东升街道双桂药店	生产批号: 30001560 生产日期: 2016 05	光面 标称宽度: W52mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	天然胶乳橡胶避孕套	广州万方健医药有限公司	成都市康美龙大药房连锁有限公司双流东升街道双桂药店	生产批号: CX7085 生产日期: 2017年08月	光面型 标称宽度: 52mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	天然胶乳橡胶避孕套	东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司	四川省西充医药有限责任公司	生产批号: 71121 F 生产日期: 2017 11	类型: 浮点型 标称宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
50	天然胶乳橡胶避孕套	上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂)	四川省南充市嘉陵药业有限公司	生产批号: 151301 生产日期: 06/2015	光面润滑型 标称宽度: 52mm	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	天然胶乳橡胶避孕套	上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂)	南充嘉宝堂正红大药房连锁有限公司	生产批号: SH150801 生产日期: 04/2015	光面润滑型 标称宽度: 52mm	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
52	天然胶乳橡胶避孕套	山东亚奇乳胶科技有限公司	蓬安本草堂药业有限公司	生产批号: 201702L 生产日期: 201702	标称宽度: 52±2mm 长度≥160mm 类型: 非光面	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	天然胶乳橡胶避孕套	东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司	四川阆中东方食药贸易连锁有限公司	生产批号: 70504 L 生产日期: 2017 05	标称宽度: 52±2mm 长度≥160mm 类型: 螺纹型	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	四川省厚源医药有限公司	生产批号: 1000375147 生产日期: 2018-01	标称宽度: 52.5mm	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	绵阳正和祥药业连锁有限公司	生产批号: A17BLM 生产日期: 2017.09	类型: 颗粒型 标称宽度: 52mm	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
56	天然胶乳橡胶避孕套	SURETEX LIMITED	绵阳保康林大药房连锁有限责任公司	生产批号: 17097TF 生产日期: 2017/09	标称宽度: 52mm	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	成都家乐福超市有限公司府青路店	生产批号: 1000364691 生产日期: 2018-01	标称宽度 52mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	深圳沃尔玛百货零售有限公司成都 SM 分店	生产批号: 1000346696 生产日期: 2017-12	标称宽度 49mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	四川华润万家生活超市有限公司成都荆竹中路店	生产批号: 1000377648 生产日期: 2018-01	标称宽度 52mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	天然胶乳橡胶避孕套	DONGKUK TECHCO RUBBER INDUSTRIES SDN.BHD	汉源县鸿庆医药有限公司	生产批号: 16K03 生产日期: 201603	规格型号: 非平滑型(颗粒) 标称宽度: 52±2mm	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
61	天然胶乳橡胶避孕套	威乐士医疗卫生用品(湖北)有限公司	汉源盛德医药贸易有限公司	生产批号: 1706103 生产日期: 201706	宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm 类型: 光面型	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
62	天然胶乳橡胶避孕套	SURETEX LIMITED	雅安西康医药有限公司	生产批号: 17103JG 生产日期: 2017/10	标称宽度: 52mm	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
63	天然胶乳橡胶避孕套	东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司	雅安西康医药有限公司	生产批号: 150710 生产日期: 2015 07	标准宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm 型号: 光面型	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
64	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	雅安吉选商业经营管理有限公司	生产批号: 1000396247 生产日期: 2018-02	标称宽度 52mm	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
65	天然胶乳橡胶避孕套	SURETEX LIMITED	自贡市远东贸易有限公司	生产批号: 17094JB 生产日期: 2017/08	标称宽度:52mm	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
66	天然胶乳橡胶避孕套	东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司	富顺新元药业连锁有限公司釜江广场店	生产批号: 识别码: 1709 生产日期: 2017 09	标称宽度 52±2mm 长度≥160mm 型号:光面型	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
67	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	自贡市远东贸易有限公司	生产批号: 1000284406 生产日期: 2017-09	标称宽度 52.5mm	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
68	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	沃尔玛(四川)百货有限公司成都华府大道分店	生产批号: 1000297729 生产日期: 2017-10	标称宽度 52mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
69	天然胶乳橡胶避孕套	PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD	沃尔玛(四川)百货有限公司成都华府大道分店	生产批号: LB170922 生产日期: 2017-09	光面型 标称宽度: 52mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
70	天然胶乳橡胶避孕套	SURETEX LIMITED	成都天府新区华阳吉选超市有限公司	生产批号: 170112JLL 生产日期: 2017/01	标称宽度: 52mm	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
71	天然胶乳橡胶避孕套	山东铭源乳胶有限责任公司	四川山河水药业有限公司	生产批号: 16090225	W52±2mm (非光面)	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
72	天然胶乳橡胶避孕套	山东铭源乳胶有限责任公司	四川君祥药业有限公司	生产批号: 17030225	W52±2mm (光面)	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
73	天然胶乳橡胶避孕套	河北安琪胶业有限公司	四川蓬溪汇通药业有限公司	生产批号: 180160 生产日期: 201801	型号: 颗粒型 标称宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
74	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	蓬溪县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号: 16099602 001	标称宽度: 52mm 类型: 光面型	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
75	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	遂宁市西部华源医药有限公司	生产批号: 7052 生产日期: 20170522	宽度: 52±2mm 型号: 光面型	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
76	天然胶乳橡胶避孕套	河南为善药业有限公司	四川强泰药业有限公司	生产批号: 20170708 生产日期: 20170712	标称宽度: 52mm 型号: 光面型	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
77	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	四川省德本药业股份有限公司	生产批号: 1000370362 生产日期: 2018-01	标称宽度 52mm	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
78	天然胶乳橡胶避孕套	威乐士医疗卫生用品(湖北)有限公司	四川绵晟药业有限公司	生产批号: 1705112 生产日期: 201705	标称宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm 型号: 光面型	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
79	天然胶乳橡胶避孕套	福州君悦乳胶有限公司	四川美迪药业有限公司	生产批号: GD0713 生产日期: 201707	规格: 52±2mm 长度≥160mm 型号: 光面型	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
80	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司	生产批号: S1801SB 生产日期: 2018.01	标称宽度: 52mm 标准长度: ≥170mm 型号: 光面型	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
81	天然胶乳橡胶避孕套	广州大明联合橡胶制品有限公司	攀枝花市时济医药有限公司	生产批号: Y04CD15GA11010 生产日期: 2015.10	标称宽度: 52mm 型号: 浮点型	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
82	天然胶乳橡胶避孕套	福州君悦乳胶有限公司	广元德华保健食品有限责任公司	生产批号: LD1120 生产日期: 201711	规格: 52±2 mm 长度≥160mm 型号: 螺纹型	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
83	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	广元芝心大药房连锁有限公司	生产批号: S1801D 生产日期: 2018.01	标称宽度: 52mm 标准长度: ≥170mm 型号: 颗粒型	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
84	天然胶乳橡胶避孕套	福州君悦乳胶有限公司	四川星广医药有限公司	生产批号: FD0512 生产日期: 201705	规格: 52±2mm 长度≥160mm 型号: 浮点型	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
85	天然胶乳橡胶避孕套	晋江市康乐乳胶用品有限公司	广元市一九药业连锁有限责任公司济生店	生产批号: 14040812B 生产日期: 2014-04	规格: 52mm±2mm 长度 ≥160mm 产品型号: 浮点型	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
86	天然胶乳橡胶避孕套	威乐士医疗用品(湖北)有限公司	四川凯艺药业有限公司	生产批号: 1705112 生产日期: 201705	标称宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm 产品型号: 光面型	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
87	天然胶乳橡胶避孕套	PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD	平昌县友邦药业有限公司	生产批号: LB171207 生产日期: 2017-12	标称宽度: 52mm 光面型	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
88	天然胶乳橡胶避孕套	SURETEX LIMITED	平昌县友邦药业有限公司	生产批号: 17074JLL 生产日期: 2017/07	标称宽度: 52mm	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
89	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	平昌县友邦药业有限公司	生产批号: 1MZ1703 生产日期: 20170325	型号: 光面型 宽度: 52±2mm	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
90	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	平昌县友邦药业有限公司	生产批号: 1000426201 生产日期: 2018-03	标称宽度 52mm	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
91	天然胶乳橡胶避孕套	PLEASURE LATEX PRODUCTS SND.BHD.	康定市佳美大药房连锁有限公司	生产批号: 18A15 生产日期: 2018-01	标称宽度 52±2mm 长度≥160mm 颗粒型	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
一次性使用无菌注射器（72批）							
1	一次性使用无菌注射器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	成都市温江区中医医院	生产批号：20170901 生产日期：20170901	5mL 0.7×30TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	一次性使用无菌注射器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	成都市温江区中医医院	生产批号：20170907 生产日期：20170907	5mL 0.7×30TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	一次性使用无菌注射器带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	四川省自贡先锋医药有限公司	生产批号：批 171218 生产日期：20171218	5ml-0.6×25TWLB	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	一次性使用无菌注射器带针	四川双陆医疗器械有限公司	自贡市精神卫生中心	生产批号：20171218 生产日期：20171218	5mL 0.7×30TW LB	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	一次性使用无菌注射器带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	自贡市自流井区红旗乡卫生院	生产批号：A1 批 20170627 生产日期：20170627	5ml 0.7×30 TWLB	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	一次性使用无菌注射器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司	生产批号：批 170706 生产日期：20170706	5ml 0.7×30TW·LB	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号：批 180326 生产日期：20180326	5ml 0.7×30TW·LB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号：批 180311 生产日期：20180311	5ml 0.7×30TW·LB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号：批 180211 生产日期：20180211	20ml 1.2×30TW·LB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号：批 180126 生产日期：20180126	20ml 1.2×30TW·LB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
11	一次性使用无菌注射器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	兴文县人民医院	生产批号: 20171221 生产日期: 20171221	5mL 0.7×30TW·LB	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	一次性使用无菌注射器 带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	筠连县三江药业有限责任公司	生产批号: A1 批 20171015 生产日期: 20171015	5ml 0.7×30TW·LB	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	高县人民医院	生产批号: 批 171106 生产日期: 20171106	5ml 0.6×25TW·LB	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	一次性使用无菌注射器 带针	四川康宁医用器材有限公司	珙县红康医药有限公司	生产批号: 180320 生产日期: 20180320	5mL 0.6×25TW·LB	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	一次性使用无菌注射器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	四川普瑞斯生物科技有限公司	生产批号: 批 180313 生产日期: 180313	5mL 0.7×32TW·LB	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	一次性使用无菌注射器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	资阳市第一人民医院	生产批号: 批 20180401 生产日期: 2018-04-02	5mL 0.7×32TW·LB	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	资阳市人民医院	生产批号: 批 170226 生产日期: 20170226	5ml 0.5×36RW·LB	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	一次性使用无菌注射器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	和平泰康资阳药业有限责任公司	生产批号: 批 180124 生产日期: 180124	5mL 0.7×32TW·LB	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	安岳县龙台镇中心卫生院	生产批号: 批 170926 生产日期: 20170926	5ml 0.7×30TW·LB	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	乐至县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号: 批 170911 生产日期: 20170911	5ml 0.7×30TW·LB	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	一次性使用无菌注射器 带针	西班牙 Becton Dickinson S.A.	乐山市市中区妇幼保健院	生产批号: 1711 167 生产日期: 2017-11	5mL 22G 1 1/4" 0.7×32mm	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
22	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	乐山市中医医院	生产批号: 批 171226 生产日期: 20171226	5ml 0.7×30TW·LB	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	乐山市中医医院	生产批号: 批 180111 生产日期: 20180111	10ml 0.8×30TW·LB	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	乐山市人民医院	生产批号: 批 180221 生产日期: 20180221	10ml 0.8×30TW·LB	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	一次性使用无菌注射器 带针	四川康宁医用器材有限公司	四川康宁医用器材有限公司	生产批号: 180306 生产日期: 20180306	5ml 0.7×30TWLB	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市龙泉驿区仁爱社区卫生服务中心	生产批号: 批 171126 生产日期: 20171126	5ml 0.7×30TW·LB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市龙泉驿区仁爱社区卫生服务中心	生产批号: 批 171216 生产日期: 20171216	20mL 1.2×30TW·LB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	一次性使用无菌注射器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	达州新天泰药业集团有限公司	生产批号: 批 180321 生产日期: 180321	5ml 0.6×25 TW-LB	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	一次性使用无菌注射器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	万源市天泰药业有限责任公司	生产批号: 批 180130 生产日期: 180130	2ml 0.55×20RW-LB	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	一次性使用无菌注射器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	大竹县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号: 20180206 生产日期: 20180206	5mL 0.7×30TW LB	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	大竹县万兴医疗器械有限公司	生产批号: 批 170601 生产日期: 20170601	2ml 0.5×20RW·LB	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
32	一次性使用无菌注射器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	达州市达川区中医医院	生产批号: 批 171201 生产日期: 20171201	5ml 0.7×30TW·LB	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
33	一次性使用无菌注射器带针	西班牙 Becton Dickinson S.A.	凉山彝族自治州第一人民医院马道分院	生产批号: 1709 145 生产日期: 2017-09	5mL 22G 1 1/4" 0.7×32mm	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	一次性使用无菌注射器带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	西昌现代妇产医院	生产批号: 170511 生产日期: 20170511	5ml 0.7×30TW LB	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	一次性使用无菌注射器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	德昌县麻栗镇中心卫生院	生产批号: 批 170101 生产日期: 20170101	20ml 1.2×30TW·LB	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	一次性使用无菌注射器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	冕宁县巨龙中心卫生院	生产批号: 批 170621 生产日期: 20170621	2ml 0.6×25TW·LB	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	一次性使用无菌注射器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	金川县人民医院	生产批号: 批 170926 生产日期: 20170926	5ml 0.7×30TW·LB	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	一次性使用无菌注射器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	甘孜县人民医院	生产批号: 批 170926 生产日期: 20170926	20mL 1.2×30TW·LB	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	一次性使用无菌注射器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	威远川康医院	生产批号: 批 171026 生产日期: 20171026	20mL 1.2×30TW·LB	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	一次性使用无菌注射器带针	武汉市王冠医疗器械有限责任公司	威远县龙会中心卫生院	生产批号: 批 20171115 生产日期: 20171115	5mL 0.7×30TWLB	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	一次性使用无菌注射器带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	内江市东兴区人民医院	生产批号: 20171106	5ml 0.7×30TWLB	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	一次性使用无菌注射器带针	湖北仙明医疗器械有限公司	内江惠康医院	生产批号: 批 2017年09月27日	5mL 0.7×30TWLB	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
43	一次性使用无菌注射器 带针	江苏治宇医疗器材有限公司	内江大羊医院	生产批号: 20160418 生产日期: 20160418	2ML 0.5×20	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
44	一次性使用无菌注射器带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	岳池县人民医院	生产批号: A4 批 20160329 生产日期: 20160329	2ml 0.45×15RWLB	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	一次性使用无菌注射器带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	岳池县中医医院	生产批号: A1 批 20170415 生产日期: 20170415	5ml 0.6×25TWLB	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	一次性使用无菌注射器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	岳池现代医院	生产批号: 批 170221 生产日期: 20170221	10ml 0.8×30TW·LB	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	一次性使用无菌注射器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	汉源县中医医院	生产批号: 20180130 生产日期: 20180130	5mL 0.7×30TW LB	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川省雅通药业有限公司	生产批号: 批 180101 生产日期: 20180101	5ml 0.6×25TW·LB	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	一次性使用无菌注射器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	雅安职业技术学院附属医院	生产批号: 20170724 生产日期: 20170724	5mL 0.6×25TW LB	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
50	一次性使用无菌注射器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	汉源县人民医院	生产批号: 20180126 生产日期: 20180126	5mL 0.7×30TW LB	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	一次性使用无菌注射器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	成都市第三人民医院	生产批号: 批 20180112 生产日期: 20180112	2mL 0.6×25TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	一次性使用无菌注射器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	成都市第三人民医院	生产批号: 20180207 生产日期: 20180207	5mL 0.7×30TW LB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川君祥药业有限公司	生产批号: 批 171126 生产日期: 20171126	5ml 0.7×30TW·LB	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	一次性使用无菌注射器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	四川蓬溪汇通药业有限公司	生产批号: 批 170413 生产日期: 20170413	2.5ml 0.5×20RW LB	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
		司					
55	一次性使用无菌注射器 带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	四川新世纪医用高分子制品有限公司	生产批号: 20180409 6 生产日期: 20180414	5ml (CC) 0.7×30TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
56	一次性使用无菌注射器 带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	四川新世纪医用高分子制品有限公司	生产批号: 20180416	2ml (CC) 0.6×25TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	一次性使用无菌注射器 带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	四川新世纪医用高分子制品有限公司	生产批号: 20180409	10ml (CC) 1.2×30TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	一次性使用无菌注射器 带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	四川大容医药有限公司	生产批号: A4 批 20160507 生产日期: 20160507	2ml 0.5×20 RWLB	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	一次性使用无菌注射器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	四川百鹤堂药业有限公司	生产批号: 批 180211 生产日期: 20180211	5ml 0.7×30 TWLB	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	一次性使用无菌注射器	四川康宁医用器材有限公司	绵阳市中医医院	生产批号: 180315 生产日期: 20180315	5mL 0.7×30TWLB	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
61	一次性使用无菌注射器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	江油市人民医院	生产批号: 20180209 生产日期: 20180209	5mL 0.7×30TW LB	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
62	一次性使用无菌注射器 带针	四川康宁医用器材有限公司	德阳市第六人民医院 (东汽医院)	生产批号: 180412 生产日期: 20180412	5mL 0.7×30TWLB	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
63	一次性使用无菌注射器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	德阳市罗江区鄢家镇中心卫生院	生产批号: 批 170929 生产日期: 20170929	5ml 0.6×25TW LB	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
64	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	西充县义兴中心卫生院	生产批号: 批 170726 生产日期: 20170726	5ml 0.6×25TW·LB	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
65	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川西充贝尔康医药有限公司	生产批号: 批 180111 生产日期: 20180111	10ml 0.8×30TW·LB	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
66	一次性使用无菌注射器 带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	四川省南充市嘉陵药业有限公司	生产批号: A1 批 20170520 生产日期: 20170520	5ml 0.6×25TWLB	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
67	一次性使用无菌注射器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	四川省永生药业有限公司	生产批号: 批 171219 生产日期: 171219	5mL 0.6×25TWLB	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
68	一次性使用无菌注射器带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	岳池县人民医院	生产批号: A1 批 20171101 生产日期: 20171101	5ml 0.7×30TWLB	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
69	一次性使用无菌注射器 带针	四川康宁医用器材有限公司	洪雅县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号: 170405 生产日期: 20170405	2mL 0.5×20 TWLB	洪雅县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
70	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	青神县人民医院	生产批号: 批 170921 生产日期: 20170921	5ml 0.7×30TW·LB	青神县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
71	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	洪雅县瓦屋山药业有限公司	生产批号: 批 171026 生产日期: 20171026	2ml 0.5×20 RW·LB	洪雅县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
72	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	青神县妇幼保健院	生产批号: 批 170606 生产日期: 20170606	10ml 0.8×30TW·LB	青神县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
医用外科口罩 (43 批)							
1	医用外科口罩	四川友邦企业有限公司	成都市温江区中医医院	生产批号: A2017112804 生产日期: 20171129	YB.WKKZ.DZ (带子)	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	医用外科口罩	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川百泰医疗器械有限公司	生产批号: 批 171006 生产日期: 20171006	SF/WKZ-1P	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	医用外科口罩	成都市新津事丰医疗器械有限公司	宜宾天乐医药有限公司	生产批号: 批 170611 生产日期: 20170611	SF/WKZ-1D	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
4	一次性使用无菌 医用外科口罩	四川康博医疗器械 有限公司	四川省屏山县人民 医院	生产批号：20171115	B型 绑带式	宜宾市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
5	医用外科口罩	稳健医疗用品股份 有限公司	资阳市第一人民医 院	生产批号：20180212 生产日期：2018-02-12	长方型 绑带 17cm×9cm	资阳市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
6	一次性使用无菌 医用外科口罩	四川康博医疗器械 有限公司	资阳市人民医院	生产批号：20180119	B型（绑带式）	资阳市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
7	一次性使用无菌 医用外科口罩	四川康博医疗器械 有限公司	成都市龙泉驿区仁 爱社区卫生服务中 心	生产批号：20180110	A型 耳挂式	成都市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
8	医用外科口罩	成都市新津事丰医 疗器械有限公司	宣汉县南坝中心卫 生院	生产批号：批 171006 生产日期：20171006	SF/WKZ-1P	达州市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
9	医用外科口罩	河南飘安集团有限 公司	达州市中心医院	生产批号：006171102 生产日期：2017年11月2日	平面型挂耳	达州市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
10	医用外科口罩	成都市卫生材料厂	西昌市人民医院	生产批号：A180147 生产日期：2018年01月10日	A型 17×17×3	凉山彝族自治 州食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
11	医用外科口罩 医用一次性帽子	四川友邦企业有限 公司	会理县人民医院	生产批号：A2018012601 生产日期：20180127	YB.WKKZ.DZ YB.MZ.Y/YB.WKKZ.XJ YB.MZ.Y	凉山彝族自治 州食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
12	一次性使用无菌 医用外科口罩	四川康博医疗器械 有限公司	道孚县人民医院	生产批号：20170708	A型 耳挂式	甘孜藏族自治 州食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
13	一次性使用无菌 医用外科口 罩、医用帽	四川康博医疗器械 有限公司	茂县人民医院	生产批号：20180113	A型 耳挂式口罩/A型 弹力帽	阿坝藏族羌族自 治州食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
14	医用外科口罩	河南康尔健医疗科技有限公司	威远县人民医院	生产批号: 11706075 生产日期: 2017年6月13日	17cm×17cm (挂耳)长方形	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	医用外科口罩	河南飘安集团有限公司	资中县人民医院	生产批号: 006171102 生产日期: 2017年11月2日	平面型挂耳	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	医用外科口罩	稳健医疗用品股份有限公司	广安市人民医院	生产批号: 20171122 生产日期: 2017-11-22	长方型 绑带 17cm×9cm	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	医用外科口罩	成都市卫生材料厂	雅安职业技术学院附属医院	生产批号: A180147 生产日期: 2018年01月10日	A型 17×17×3	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	医用外科口罩	河南飘安集团有限公司	四川绵阳四〇四医院	生产批号: 006180302 生产日期: 2018年3月17日	平面型系带	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	医用外科口罩	稳健医疗用品股份有限公司	绵阳市安州区中医院	生产批号: 20171102 生产日期: 2017-11-02	长方型 绑带 17cm×9cm	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	一次性使用无菌 医用外科口罩	四川康博医疗器械有限公司	遂宁市第三人民医院	生产批号: 20180310	A型 耳挂式	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	一次性使用无菌 医用外科口罩、 医用帽	四川康博医疗器械有限公司	遂宁市中医院	生产批号: 20171028	B型 绑带式口罩/B型 直筒帽	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	医用外科口罩	四川友邦企业有限公司	四川友邦企业有限公司	生产批号: A2018041702 生产日期: 20180418	YB.WKKZ.DZ(带子)	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	医用外科口罩	成都新津事丰医疗器械有限公司	德阳市第二人民医院	生产批号: 批 180301 生产日期: 20180301	SF/WKZ-1D	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	医用外科口罩	四川友邦企业有限公司	德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心	生产批号: A2017120503 生产日期: 20171206	YB.WKKZ.DZ(带子)	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
25	一次性使用无菌 医用外科口 罩、医用帽	四川康博医疗器械 有限公司	乐山科伦医药贸易 有限公司	生产批号：20171102	A型 耳挂式口罩/A型 弹力帽	乐山市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
26	医用外科口罩	四川友邦企业有限 公司	乐山市市中区人民 医院	生产批号：A2018031408 生产日期：20180315	YB.WKKZ.DZ(带子)	乐山市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
27	一次性使用医用 外科口罩、无菌 医用帽	成都明森医疗器械 有限责任公司	西充县中医医院	生产批号：20171006 生产日期：20171006	BI 配 MS/YYM-A	南充市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
28	医用外科口罩	稳健医疗用品股份 有限公司	蓬安县人民医院	生产批号：20171102 生产日期：2017-11-02	长方型 绑带 17cm×9cm	南充市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
29	医用外科口罩	稳健医疗用品股份 有限公司	岳池县人民医院	生产批号：20180402 生产日期：2018-04-02	长方型 绑带 17cm×9cm	广安市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
30	医用外科口罩	四川友邦企业有限 公司	洪雅骨科医院	生产批号：A2018032601 生产日期：20180327	YB.WKKZ.DZ(带子)	洪雅县食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
31	医用外科口罩	新乡市华西卫材有 限公司	洪雅县中医医院	生产批号：18010606 生产日期：2018年1月6日	型号：平面型 规格：17.5cm×9.5cm(允差 ±1cm)	洪雅县食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
32	一次性使用无菌 医用外科口罩	四川康博医疗器械 有限公司	富顺县人民医院	生产批号：20180321	A型 耳挂式	自贡市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
33	一次性医用外科 口罩	美迪康医用材料 (上海)有限公司	自贡市第四人民医 院	生产批号：5411000770 生产日期：2017.08.27	绑带式 产品代码：2000B 外形尺寸(cm)：17.8×8.9 颜色：蓝色	自贡市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
34	医用外科口罩	河南省蓝天医疗器 械有限公司	攀枝花市妇幼保健 院	生产批号：01117110201 生产日期：2017年11月2日	平面形	攀枝花市食品药 品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
35	医用外科口罩	河南飘安集团有限公司	攀钢集团总医院	生产批号: 006171102 生产日期: 2017年11月2日	平面型系带	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	一次性使用无菌 医用外科口罩	四川康博医疗器械有限公司	合江县人民医院	生产批号: 20171024	A型 耳挂式	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	医用外科口罩	绍兴振德医用敷料有限公司	泸州石油医院	生产日期: 20160727	17cm×18cm-3P	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	一次性使用医用 外科口罩	成都明森医疗器械有限责任公司	雅安市第二人民医院	生产批号: 20180208 生产日期: 20180208	BI	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	一次性使用医用 外科口罩	成都明森医疗器械有限责任公司	广元市中心医院	生产批号: 20170929 生产日期: 20170929	AI	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	医用外科口罩	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川省旺苍县人民医院	生产批号: 批 170811 生产日期: 20170811	SF/WKZ-1D	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	一次性使用无菌 医用外科口罩	四川康博医疗器械有限公司	平昌县人民医院	生产批号: 20171026	A型	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	医用外科口罩	河南亚都实业有限公司	巴中市恩阳区人民医院	生产批号: 172502 生产日期: 2017年6月19日	长方形 系带式	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	医用外科口罩	成都市新津事丰医疗器械有限公司	九龙县人民医院	生产批号: 批 180406 生产日期: 20180406	SF/WKZ-1P	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
手术刀片 (41 批)							
1	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	自贡高新医院	生产批号: 35T1227 生产日期: 171230	11	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
2	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	成都市中西医结合医院	生产批号: 35T0907 生产日期: 170920	10	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	资阳市第一人民医院	生产批号: 35T0711 生产日期: 170730	23	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	资阳市人民医院	生产批号: 35S0907 生产日期: 160907	21	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	西昌鑫亿达医疗器械有限公司	生产批号: 2T0107 生产日期: 2018.01.22	11	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	西昌王氏骨科专科医院	生产批号: 35T0612 生产日期: 170614	23	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	内江市中医医院	生产批号: 35T1202 生产日期: 171206	15	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	隆昌市人民医院	生产批号: 31E0405 生产日期: 170414	23	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	茂县兴富医院	生产批号: 35T0805 生产日期: 170809	11	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	茂县人民医院	生产批号: 35T0705 生产日期: 170723	20	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	雅安市人民医院	生产批号: 35T0904 生产日期: 170906	11	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
12	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	汉源县中医医院	生产批号: 35T0701 生产日期: 170711	23	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	太极集团四川省德阳大中药业有限公司	生产批号: 35S0937 生产日期: 160902	15	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	中江县人民医院	生产批号: 35T0612 生产日期: 170614	23	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	广安昌宇药业有限公司	生产批号: 2T0101 生产日期: 2018.01.02	22	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	广安昌宇药业有限公司	生产批号: 35T0907 生产日期: 170909	11	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	绵阳市中心医院	生产批号: 35T0902 生产日期: 170907	10	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	绵阳市中医医院	生产批号: 35T0814 生产日期: 170830	23	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	仁寿县中医医院	生产批号: 31E0806 生产日期: 170814	21	仁寿县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	仁寿运长医院有限责任公司	生产批号: 2S0102 生产日期: 2017.1.6	15	仁寿县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	自贡市第四人民医院	生产批号: 35U0203 生产日期: 180201	11	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	攀枝花市第二人民医院	生产批号: 2S0607 生产日期: 2017.06.28	23	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
23	手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	米易县人民医院	生产批号: 31E0906 生产日期: 170923	15	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	泸县人民医院	生产批号: 35T1108 生产日期: 171129	23	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	无菌手术刀片	苏州医疗用品厂有限公司	古蔺县人民医院	生产批号: 170702 生产日期: 170707	10	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	西充县中医医院	生产批号: 1S1002 生产日期: 17年10月11日	23号	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	阆中市人民医院	生产批号: 35T0706 生产日期: 170728	22	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	广元市坤玖医用设备有限公司	生产批号: 35T0703 生产日期: 170712	15	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	四川明升商贸有限公司	生产批号: 35T1203 生产日期: 171203	23	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	一次性使用无菌手术刀片	淮阴医疗器械有限公司	宣汉县南坝中心卫生院	生产批号: N170801	22	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	渠县新太医药有限公司	生产批号: 35U0108 生产日期: 180121	23	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
32	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	乐山市市中区人民医院	生产批号: 2S0202 生产日期: 2017.2.14	23	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	乐山市市中区人民医院	生产批号: 2T0102 生产日期: 2018.01.04	11	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	遂宁市第三人民医院	生产批号: 35T1104 生产日期: 171108	23	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
35	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	遂宁嘉慧妇儿医院有限公司	生产批号: 35S0924 生产日期: 160905	21	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	平昌县人民医院	生产批号: 35T1002 生产日期: 171018	23	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	巴中市中医院	生产批号: 35S0701 生产日期: 160720	24	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	宜宾天乐医药有限公司	生产批号: 2S0103 生产日期: 2017.1.10	11	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	高县中医医院	生产批号: 2T0107 生产日期: 2018.01.22	23	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	无菌手术刀片	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	泸定县人民医院	生产批号: 35T0803 生产日期: 170811	22	泸定县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品有限公司	康定市第二人民医院	生产批号: 2S0606 生产日期: 2017.6.19	22	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
医用脱脂纱布（块）（101批）							
1	医用脱脂纱布块	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川省富顺中兴药业有限公司	生产批号: 批 171111 生产日期: 20171111	A8×8×8	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	医用脱脂纱布	成都市卫生材料厂	四川天和医疗器械有限公司	生产批号: A180107 生产日期: 2018年01月02日	型号: 22a 规格: A8m (± 0.15m) 经、纬纱支数: 21×21 经、纬纱线数: 110×110根 /10cm±5%	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
3	医用脱脂纱布块	新乡市华西卫材有限公司	自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司	生产批号: 26171202 生产日期: 2017年12月2日	型号: 非无菌型 规格: 10×10×8	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	医用脱脂纱布块	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号: 批 180116 生产日期: 20180116	A8×8×8	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	医用脱脂纱布块	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	生产批号: 批 180401 生产日期: 20180401	A8×10×8	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	医用脱脂纱布块	新乡市华西卫材有限公司	资阳毛氏骨科医院有限公司	生产批号: 25171102 生产日期: 2017年11月2日	非无菌型 8×10×8	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	医用脱脂纱布垫	成都市卫生材料厂	资阳市人民医院	生产批号: A180125 生产日期: 2018年01月10日	型号: AM 纱支规格: 21×21 纱线数: 110×110 根/10cm±5% 规格: 8×8×8	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	脱脂纱布块	河南亚太医疗用品有限公司	和平泰康资阳药业有限责任公司	生产批号: 321710020 生产日期: 2017年10月16日	I型 60×80mm×8P	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	医用脱脂纱布块	河南省宇安医疗科技开发有限公司	资阳市蜀康药品有限责任公司	生产批号: 17120112 生产日期: 20171201	型号规格: 7×9×8 纱支: 21×21	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	医用脱脂纱布块	新乡市华西卫材有限公司	西昌现代妇产医院	生产批号: 67170811 生产日期: 2017年8月11日	型号: 无菌型 规格: 6×8×8	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	医用脱脂纱布	成都市卫生材料厂	凉山州光华医疗器械有限责任公司	生产批号: A180107 生产日期: 2018年01月02日	型号: 22a 规格: A8m (±0.15m) 经、纬纱支数: 21×21 经、纬纱线数: 110×110 根/10cm±5%	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	脱脂棉纱布	曹县华鲁卫生材料有限公司	凉山州康源医疗器械有限责任公司	生产批号: 20170501 生产日期: 2017年5月2日	型号: 72cm×8m 规格: 21×32 88×84	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
13	医用脱脂纱布块	新乡市华西卫材有限公司	会理华南医院	生产批号: 171008 生产日期: 2017年10月8日	型号: 无菌型 规格: 8cm×10cm-8p	凉山彝族自治州 食品药品监督管理局	四川省食品药品 品检验检测院
14	医用脱脂纱布块	新乡市华西卫材有限公司	茂县兴富医院	生产批号: 55170725 生产日期: 2017年7月25日	型号: 无菌型 规格: 10×15×8	阿坝藏族羌族自 治州食品药品监 督管理局	四川省食品药 品检验检测院
15	医用纱布块	河南省豫北卫材有限公司	松潘县人民医院	生产批号: 11708230 生产日期: 2017年8月16日	规格: 10×12×8 纱支/密度: 21×21 30×28	阿坝藏族羌族自 治州食品药品监 督管理局	四川省食品药 品检验检测院
16	医用纱布块	河南省豫北卫材有限公司	茂县人民医院	生产批号: 11801061 生产日期: 2018/1/6	规格: 7×9×12 纱支/密度: 21×21 30×28	阿坝藏族羌族自 治州食品药品监 督管理局	四川省食品药 品检验检测院
17	医用脱脂纱布块	河南省安邦卫材有限公司	小金县人民医院	生产批号: 170516 生产日期: 2017年5月16日	型号: I型 规格: 8×10×8	阿坝藏族羌族自 治州食品药品监 督管理局	四川省食品药 品检验检测院
18	脱脂纱布块	河南亚太医疗用品有限公司	九寨沟县人民医院	生产批号: 331801022 生产日期: 2018年1月16日	I型 80×100×8	阿坝藏族羌族自 治州食品药品监 督管理局	四川省食品药 品检验检测院
19	医用脱脂纱布块	新乡市康贝尔医疗科技有限公司	甘孜县同康大药房	生产批号: 170116 生产日期: 2017年1月17日	8×10CM×6层	甘孜藏族自治州 食品药品监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
20	医用脱脂纱布块	自贡市济生医用器材有限责任公司	四川明宏医药有限公司	生产日期: 2017年12月10日	WWX型 6cm×8cm×8层	内江市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
21	医用纱布块	河南康尔健医疗科技有限公司	资中县人民医院	生产批号: 21802093 生产日期: 2018年2月23日	型号: I型 规格: 6×8×8	内江市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
22	医用脱脂纱布	江苏米沙瓦医疗用品有限公司	四川济世药业有限公司	生产批号: 170803 生产日期: 170803	8m	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	医用纱布块	新乡市医邦卫生材料有限公司	内江骅康医院(有限合伙)	生产批号: 20170701 生产日期: 20170703	型号: A型 100% 纯棉 规格: 6cm×8cm×8层	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	医用脱脂纱布叠片	河南亚都实业有限公司	邻水东方医院	生产批号: 174015 生产日期: 2017年10月02日	80×100×8 纱支: 21×21 密度: 115×115	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	医用脱脂纱布叠片	河南亚都实业有限公司	邻水县中医医院	生产批号: 174815 生产日期: 2017年11月27日	80mm×100mm×8P 纱支:21 ×21 密度:115×115	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	医用脱脂纱布块	河南省安邦卫材有限公司	邻水县人民医院	生产批号: 170916 生产日期: 2017年9月16日	I型 8×10×8	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	医用纱布块	重庆市宏冠医疗设备有限公司	四川达明医疗器械有限公司	生产批号: 20180116 生产日期: 2018年1月16日	80*800cm(非灭菌型)	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	医用纱布块	振德医疗用品股份有限公司	雅安职业技术学院附属医院	生产批号: 20180108 生产日期: 20180108	8cm×10cm-8P 2片/袋	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	无菌脱脂纱布块	河南飘安集团有限公司	雅安市人民医院	生产批号: 0090901 生产日期: 2017年9月3日	9cm×11cm-6p 纱支/密度: 21×21×28×28	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	脱脂纱布块	河南亚太医疗用品有限公司	汉源县中医医院	生产批号: 321801002 生产日期: 2018年1月2日	型号: I型 规格: 100×150mm×8P	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	医用脱脂纱布	成都市卫生材料厂	成都市卫生材料厂	生产批号: A180309 生产日期: 2018年03月05日	型号: 22a 规格: A8m(±0.15m) 经、纬纱支数: 21×21 经、纬纱线数: 110×110根 /10cm±5%	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
32	医用脱脂纱布	成都市卫生材料厂	成都市卫生材料厂	生产批号: A180102 生产日期: 2018年01月02日	型号: 22b 规格: A8m(±0.15m) 经、纬纱支数: 21×32 经、纬纱线数: 110×110根 /10cm±5%	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品 品检验检测院
33	医用脱脂纱布	成都市卫生材料厂	成都市卫生材料厂	生产批号: A180310 生产日期: 2018年03月12日	型号: 20b 规格: A8m(±0.15m) 经、纬纱支数: 21×32 经、纬纱线数: 100×100根 /10cm±5%	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品 品检验检测院
34	医用脱脂纱布	成都市卫生材料厂	成都市卫生材料厂	生产批号: A180204 生产日期: 2018年2月02日	型号: 22a 规格: A8m(±0.15m) 经、纬支数: 21×21 经、纬纱线数: 110×110根 /10cm±5%	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品 品检验检测院
35	医用脱脂纱布	成都市卫生材料厂	成都市卫生材料厂	生产批号: A180502 生产日期: 2018年05月02日	型号: 20b 规格: A8m(±0.15m) 经、纬支数: 21×32 经、纬纱线数: 100×100根 /10cm±5%	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品 品检验检测院
36	医用脱脂纱布块	河南省戈尔医疗器械有限公司	四川百鹤堂药业有限公司	生产批号: 29180101 生产日期: 2018年1月2日	型号: I型 规格: 6cm×8cm-8p 纱支/密度: 21×32/115*105	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品 品检验检测院
37	医用脱脂纱布块	潜山县天虹卫生材料有限公司	绵阳正和祥药业连锁有限公司	生产批号: 180301 生产日期: 2018年03月05日	10cm×10cm×8层/2片	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品 品检验检测院
38	医用脱脂纱布块	河南怡众医疗器械有限公司	梓潼县人民医院	生产批号: 18030301 生产日期: 2018年3月22日	8cm×10cm - 12P I型	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品 品检验检测院
39	医用脱脂纱布块	四川三和医用材料有限公司	四川省德本药业股份有限公司	生产批号: 20180401 生产日期: 2018年4月2日	型号: WY型 纱支类型: 21C 规格: 6cm×8cm×8层	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品 品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
40	医用脱脂纱布块	河南省安邦卫材有限公司	四川省广汉市医药开发有限公司	生产批号: 171102 生产日期: 171102	型号: I型 规格: 9×11×8	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	医用脱脂纱布块	河南省戈尔医疗器械有限公司	四川华健药业有限公司	生产批号: 29180101 生产日期: 2018年1月2日	型号(规格): 8×10×8 纱支/密度:21×32	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	医用脱脂纱布叠片	河南亚都实业有限公司	邻水合协医院	生产批号: 173818 生产日期: 2017年09月18日	纱支: 21s×21s 密度: 115×105 规格: 70mm×80mm×8p	邻水县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	医用纱布块	新乡市华康卫材有限公司	青神县人民医院	生产批号: 2017092813 生产日期: 2017年10月2日	21×21/28×28 10cm×10cm-8P	青神县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
44	医用脱脂纱布垫	成都市卫生材料厂	四川广源药业有限公司	生产批号: A170703 生产日期: 2017年07月03日	型号: AM 规格: 6×6×8 纱支规格: 21×32 纱线数: 90×80根/10cm±5%	青神县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	医用脱脂纱布块	自贡市济生医用器材有限责任公司	自贡市济生医用器材有限责任公司	生产日期: 2018年04月05日	WWX型 6cm×8cm×8层	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	医用脱脂纱布块	自贡市济生医用器材有限责任公司	自贡市济生医用器材有限责任公司	生产日期: 2018年04月02日	wwx型 6cm×8cm×8层	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	医用纱布块	河南省豫北卫材有限公司	中国十九冶集团有限公司职工医院	生产批号: 11710083 生产日期: 2017/10/6	规格: 6×8×8 纱支密度: 21×21 30×28	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	医用脱脂棉纱布	焦作市君涌贸易有限公司	攀枝花市康和药业有限公司	生产批号: 2016011801 生产日期: 20160118	规格: 28*18 110*78 80*8M	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	医用脱脂纱布	四川三和医用材料有限公司	攀枝花市时济医药有限公司	生产批号: 20170205 生产日期: 2017年02月24日	型号: FY22c 规格: 8m/包 纱线数: 21s×21s/120±6×100±5 (根/10厘米)	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
50	医用脱脂纱布垫	成都市卫生材料厂	米易祥和医药有限公司	生产批号: A180307 生产日期: 2018年03月12日	型号规格: AM6×8×8 纱支规格: 21×32 纱线数: 100×100根/10cm±5%	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	医用纱布片	湖北省潜江市江赫医用材料有限公司	成都晓辉医疗器械有限公司	生产批号: 20160820 生产日期: 2016.08.20	10cm×10cm-8层	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	医用脱脂纱布块	河南省戈尔医疗器械有限公司	乐至县高寺镇卫生院	生产批号: 29180101 生产日期: 2018年1月2日	型号(规格): 6×8×8 纱支/密度: 21×32	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	医用脱脂纱布块	新乡市华西卫材有限公司	泸州市妇幼保健院 (泸州市第二人民医院)	生产批号: 05171112 生产日期: 2017年11月12日	8cm×10cm×8层	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	医用纱布块	河南省豫北卫材有限公司	雅安河北医院	生产批号: 11703038 生产日期: 2017年3月16日	规格: 6×8×8 纱支/密度: 21×21 30×28	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	脱脂纱布块	河南亚太医疗用品有限公司	雅安河北医院	生产批号: 331803021 生产日期: 2018年3月5日	I型 60×80×8	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
56	医用脱脂纱布块	邵阳市千康益医疗器械有限公司	达州正和祥药业连锁有限责任公司	生产批号: 20180102 生产日期: 2018-01-02	规格: 5×7cm-8层 型号: 不带X射线	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	医用纱布块	重庆市宏冠医疗设备有限公司	万源市生源药业有限公司	生产批号: 20170906 生产日期: 2017年9月6日	6×8×8cm(非灭菌型) 经纱纬纱: 21s×32s	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	医用纱布块	河南省豫北卫材有限公司	达州市达川区中医医院	生产批号: 11709123 生产日期: 2017年9月16日	规格: 8×8×8 纱支/密度: 21×21 30×28	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	医用脱脂纱布块	河南省蓝天医疗器械有限公司	成都市郫都区犀浦镇社区卫生服务中心 (成都市郫都区中西医结合医院)	生产批号: 00917121601	8×8×8	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
60	医用脱脂纱布块	河南省宇安医疗科技开发有限公司	南部中仁医院	生产批号: 17120112 生产日期: 171201	8×10×8 纱支: 21×21	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
61	脱脂纱布块	新乡市康民卫材开发有限公司	南部骨科医院	生产批号: 20180308	8×10×8	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
62	医用纱布块	新乡市金世康医疗器械有限公司	南部县妇幼保健院	生产批号: 171206 生产日期: 2017年12月8日	9×12×8	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
63	医用脱脂纱布块	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川省永生药业有限公司	生产批号: 批 170916 生产日期: 20170916	A6×8×8	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
64	医用脱脂纱布块	四川三和医用材料有限公司	遂宁市第三人民医院	生产批号: 20171103	型号: WY型 规格: 8cm×10cm×8层 纱支类型: 21C	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
65	纱布敷料	南昌市福康医疗器械有限公司	蓬溪安科医院	生产批号: 20180108	型号: A型 纱布块 经纱×纬纱: 21×32支 规格: 8cm×10cm-8层	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
66	外科纱布敷料 (无菌纱布块)	曹县华鑫卫生材料有限公司	射洪县人民医院	生产批号: 170906088 生产日期: 17年09月6日	8cm×10cm-8P 21支×21支 120根/ 10cm×110根/10cm	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
67	脱脂纱布块	河南亚太医疗用品有限公司	大英县中医医院	生产批号: 101803023 生产日期: 2018年3月16日	I型 80×100×8	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
68	医用脱脂纱布块	河南省安邦卫材有限公司	大英县人民医院	生产批号: 171016 生产日期: 17年10月16日	I型 8×10×8	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
69	医用脱脂纱布块	河南省安邦卫材有限公司	遂宁市安居区人民医院	生产批号: 180316 生产日期: 18年3月16日	I型 8×20×8	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
70	医用纱布块	河南省豫北卫材有限公司	遂宁市第一人民医院	生产批号: 11803179 生产日期: 2018/3/6	8×8×8 纱支/密度 21×21 30×28	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
71	脱脂棉纱布	四川省遂宁市康达卫生材料有限公司	四川省遂宁市康达卫生材料有限公司	生产批号: 17111204	型号规格: KD/SB-8m×80cm 纱线数: 110×100	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
72	脱脂棉纱布	四川省遂宁市康达卫生材料有限公司	四川省遂宁市康达卫生材料有限公司	生产批号: 17110803	型号规格: KD/SB-8m×80cm 纱线数: 110×100	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
73	医用脱脂纱布块	成都市新津事丰医疗器械有限公司	乐山市人民医院	生产批号: 批 180201 生产日期: 20180201	A8×10×8	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
74	医用脱脂纱布块	成都市新津事丰医疗器械有限公司	乐山市市中区人民医院	生产批号: 批 171126 生产日期: 20171126	B7×37×4	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
75	医用脱脂纱布块	成都市新津事丰医疗器械有限公司	乐山市市中区人民医院	生产批号: 批 180116 生产日期: 20180116	A6×6×8	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
76	医用脱脂纱布块	成都市新津事丰医疗器械有限公司	乐山市市中区人民医院	生产批号: 批 180126 生产日期: 20180126	B40×40×2	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
77	医用脱脂纱布块	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川壮力药业有限公司	生产批号: 批 180101 生产日期: 20180101	A6×8×8	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
78	医用脱脂纱布块	新乡市畅达医疗器械有限公司	南江县正直中心卫生院	生产批号: 17070601 生产日期: 2017年07月06日	8×20×8	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
79	医用纱布块	河南省豫北卫材有限公司	巴中市恩阳区人民医院	生产批号: 20160801 生产日期: 2016年8月6日	规格: 10×10×16 纱支/密度: 21×21 30×28	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
80	医用脱脂纱布叠片	河南亚都实业有限公司	南江县正直中心卫生院	生产批号: 151604511 生产日期: 2016年4月16日	纱支: 21×21 密度: 105×115 长(mm)×宽(mm)×层数: 80×200×8	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
81	医用脱脂纱布	四川三和医用材料有限公司	四川凯艺药业有限公司	生产批号: 20180301 生产日期: 2018年3月5日	型号: FY21C 规格: 8m/包 纱线数: 21×32/110±6×100±5 (根/10厘米)	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
82	脱脂纱布块	河南飘安集团有限公司	成都天府新区籍田中心卫生院	生产批号: 0101002 生产日期: 2017年10月6日	型号: I型 纱支/密度: 21S×21S/28×28 规格: 8cm×19cm - 8P	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
83	医用脱脂纱布垫	成都市卫生材料厂	成都华阳骨康综合医院(普通合伙)	生产批号: A171006 生产日期: 2017年10月12日	AM8×10×8 纱线数: 100×100根/10cm±5% 纱支规格: 21×32	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
84	脱脂纱布块	河南亚太医疗用品有限公司	自贡恒博医院	生产批号: 071707014 生产日期: 2017年7月2日	800×8000	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
85	医用脱脂纱布块	新乡市大方医疗器械制造有限公司	四川科邦医药有限责任公司	生产批号: 170315 生产日期: 2017年3月15日	6×8×8	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
86	外科纱布敷料	宝鸡高盛医疗用品有限公司	四川省福仁堂大药房连锁有限公司	生产批号: 20170821 生产日期: 2017年08月21日	6cm×8cm×8层	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
87	医用纱布敷料	南昌市爱益卫生材料有限公司	绵竹东区医院	生产批号: 20180106 生产日期: 2018年01月06日	型号: A1型 规格: 8cm×10cm-8层 经纱×纬纱: 21×32 经密×纬密: 22×25	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
88	外科纱布敷料	南昌市康圣医疗器械有限公司	盐边县人民医院	生产日期: 2017年07月1日	型号: A型(纱布块) 规格: 6cm±0.2×8cm±0.2×8层 经纱×纬纱: 21×21	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
89	医用脱脂纱布块	新乡市华西卫材有限公司	宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心	生产批号: 05171202 生产日期: 2017年12月2日	规格: 10cm×10cm×8层 型号: 无菌型	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
90	医用脱脂纱布块	四川三和医用材料有限公司	四川省仁寿县中药材有限公司	生产批号: 20180307 生产日期: 2018年3月19日	型号: WY型 纱支类型: 21C 规格: 8cm×8cm×8层	仁寿县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
91	医用脱脂纱布	成都市卫生材料厂	四川仁寿科伦医药 贸易有限公司	生产批号: A160103 生产日期: 2016年1月4日	规格: A8m(±0.15m) 型号: 20b 经、纬纱支数: 21×32 经、纬 纱线数: 100×100 根/10cm±5%	仁寿县食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
92	外科纱布敷料	山东昂扬医疗科技 有限公司	广元市第二人民医 院	生产批号: 20171006 生产日期: 20171006	纱布块(无菌型) 8cm×8cm-8P	广元市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
93	医用纱布敷料	江西丹美实业有限 公司	四川星广医药有限 公司	生产批号: 170406 生产日期: 2017年4月6日	型号: A型(已灭菌) 规格: 80mm×80mm×8层 纱布类型: 21c 经密×纬密: 110×100 根/100mm	广元市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
94	医用纱布块	新乡市医邦卫生材 料有限公司	宜宾福仁药业有限 责任公司	生产批号: 20171101 生产日期: 20171103	型号: A型 100% 纯棉 规格: 6cm×8cm×8层	宜宾市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
95	医用脱脂纱布块	新乡市大方医疗器 械制造有限公司	兴文县人民医院	生产批号: 170515 生产日期: 2017年5月15日	10×17×8	宜宾市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
96	医用脱脂纱布块	河南省蓝天医疗器 械有限公司	宜宾市矿山急救医 院	生产批号: 06017120903 生产日期: 2017年12月10日	8×10×8	宜宾市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
97	医用脱脂纱布块	成都市新津事丰医 疗器械有限公司	乐山市中医医院	生产批号: 批 180306 生产日期: 20180306	A8×8×8	乐山市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
98	医用脱脂纱布	四川三和医用材料 有限公司	绵阳高新区医院	生产批号: 20170406	型号: FY21c 规格: 8m/包 幅宽: 80厘米(±5厘米) 纱线数: 21×32/110±6×100±5 (根/10厘米) 重量: ≥45g/平方米	绵阳市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院
99	医用脱脂纱布块	四川三和医用材料 有限公司	江油市中医医院	生产批号: 20170908 生产日期: 2017年9月23日	型号: FY型 纱支类型: 21C 规格: 9cm×11cm×8层	绵阳市食品药品 监督管理局	四川省食品药 品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期 /出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
100	脱脂纱布块	河南亚太医疗用品有限公司	泸定县同康大药房	生产批号：96171205 生产日期：2017年12月6日	60mm×80mm-8p	泸定县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
101	医用脱脂纱布块	成都市新津事丰医疗器械有限公司	泸定县人民医院	生产批号：批180226 生产日期：20180226	FA6×8×8	泸定县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

附件 2

医疗器械抽检项目不符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产企业(进口代理)所在省份/国家	生产批号/生产日期/出厂编号	规格/型号	检品来源	检验依据	检验结果	不合格项目	不合格项目的标准规定和检验数据	检测机构	备注
天然胶乳橡胶避孕套 (2 批)													
1	天然胶乳橡胶避孕套	制造商: 施梦(天津)乳胶有限公司(受托方企业名称: 河北安琪胶业有限公司)	资阳市蜀康药品有限责任公司	河北省	生产批号: 1611S05 生产日期: 201611	标称宽度: 52±2mm 规格型号: 三合一型(普通型)	资阳市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文及 GB 7544-2009 天然胶乳橡胶避孕套技术要求与试验方法	不符合规定	8 针孔(漏水试验)	加入 20℃ 的水 (300±10) cm ³ , 在距开口端 25mm 以外处检视其渗漏现象; 2 个样品有渗漏, 其余均无渗漏(不符合规定); 将上述未发现可见渗漏的充水避孕套移至吸水纸上, 用手在纸上方 (25-35) mm 处对避孕套施加压力并滚动闭口端至少一周, 使整个避孕套平均受压且与吸水纸接触, 在距开口端 25mm 以外处检视其漏水(针孔), 2 个样品有渗漏, 其余均无渗漏(不符合规定)	四川省食品药品检验检测院	
2	天然胶乳橡胶避孕套	河北同乐乳胶制品有限公司	四川广源药业有限公司	河北省	生产批号: 1709033 生产日期: 170903	规格型号: 颗粒型 标称宽度: 52±2mm 长度≥160mm	青神县食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文及 GB 7544-2009 天然胶乳橡胶避孕套技术要求与试验方法	不符合规定	6.1 未处理的避孕套	爆破压力不小于 1.0kPa; 0~2.30kPa 爆破体积不小于 18.0dm ³ ; 0~35.0dm ³ 不合格品数: 4 (不符合规定)	四川省食品药品检验检测院	